

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

Stół operacyjny

L.p.	NAZWA	J.M	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stół operacyjny	szt.	1						
			RAZEM						

Wymagane parametry techniczne:

1	Stół operacyjny przeznaczony do operacji bariatrycznych	1 szt.
2	Napęd stołu elektromechaniczny	
3	Zasilanie akumulatorowe, ładowarka akumulatorów wbudowana w podstawę stołu, funkcja automatycznego wyłączania stołu po dłuższej bezczynności	
4	Podstawa stołu wykonana ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem Przegubu)	
5	Stół mobilny z centralną blokadą kół, centralna blokada kół realizowana za pomocą 4 wysuwanych mechanicznie lub elektromechanicznie stopek, koła duże, podwójne o średnicy min. 150 mm	
6	Blat stołu 5 segmentowy : podglówek, płyta plecowa górna , płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnózek czteroczęściowy	
7	Wymiary min 2100 mm x 580 mm	
8	Blaty stołu wyposażone w materace przeciwdleżynowe (dokument potwierdzający w załączeniu), zdejmowane , na zatrzaskach, bez rzepów, o wysokości min. 50 mm	
9	Blat stołu modułowy z możliwością montażu płyty plecowej,	

	podglówka, podnóżka i innych segmentów w tym płyt z włókna węglowego z obu stron stołu operacyjnego. Funkcje elektryczne podporządkowane wybranej konfiguracji blatu. Wizualna informacja o wybranej konfiguracji na pilocie lub panelu sterowniczym na kolumnie stołu	
10	Blat podstawowy stołu przezierny dla promieniowania rtg na całej długości, bez szyn poprzecznych	
11	Obsługa funkcji stołu z pilota kablowego przez układ elektromechaniczny: - regulacja wysokości - przechyły boczne - Trendeleburg / Antytrendeleburg - pozycja flex / reflex - płyta nożna - płyta plecowa - płyta standardowa 0	
12	Alternatywne sterowanie funkcji elektrycznych z panelu zlokalizowanego na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu). Panel zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem, aktywowany za pomocą równoczesnego przyciśnięcia dwóch przycisków	
13	Pilot lub panel sterujący wyposażony w sygnalizację stanu naładowania akumulatorów	
14	Serwisowanie, przeprowadzanie testów okresowych poprzez modem	
15	Mikroprocesorowy sterownik stołu w pełni kompatybilny z systemami Zintegrowanej Sali Operacyjnej firm co najmniej takich jak: Storz, Wolf, Stryker, Olympus. Wymaga się załączenia do oferty oświadczenia co najmniej producenta gwarantującego pełną współpracę z oprogramowaniem wymienionych powyżej firm.	
16	Wysokość blatu od min. 6000 mm do min. 950 mm	
17	Przechyły boczne stołu regulowane w zakresie min +/- 25 °	

18	Przechyły Trendeleburga / Antytrendeleburga regulowane w zakresie min. +/- 25 °	
19	Przesuw wzdłużny blatu min. 250 mm	
20	Podglówek regulowany w zakresie min +/- 55 °	
21	Podnózek regulowany w zakresie min. +90° / -90° góra/dół oraz odwodzony w płaszczyźnie poziomej do +90° w każdą stronę od osi długości stołu	
22	Płyta plecowa dolna regulowana w zakresie min. +80° / -40°	
23	Płyta plecowa górna regulowana w zakresie min +90° / -60°	
24	Stół przygotowany do zabiegów bariatrycznych, obciążalność min. 350°	
	Oprzysiadowanie do stołu bariatrycznego	
25	Podpora anestetyczna pod rękę z regulacją kąta i wysokości z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu	2 szt.
26	Podpory poszerzające blat stołu w segmencie pleców i siedziska	1 kpl
27	Podpora Goepela do zabiegów urologicznych / ginekologicznych z kompletem zacisków do szyn bocznych	2 szt.
28	Podpory pod stopy przy pozycji bariatrycznej	1 kpl.
29	Ekran anestetyczny	1 szt.
30	Pas do ciała pacjenta	2 szt.
31	Podpora do ułożeń bocznych z możliwością regulacji wysokości, wysunięcia, pochyleń. Dwie z poduszką dużą (ok. 100 x 200 mm) i jedną małą (około 120 x 170 mm)	3 szt.
32	Pasy do mocowania nóg	2 szt.
33	Podparcie łonowe do podpierania pacjenta z możliwością regulacji wysokości i odległości od pacjenta, dwie poduszki (około 85 x 85 mm)	1 szt.
34	Podpory barków w pozycji Trendelenburga	1 kpl.

Pakiet nr 2**Videokolonoskop**

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Videokolonoskop	szt.	1					
			RAZEM					

Parametry techniczne:

UKŁAD OPTYCZNY	- pole widzenia : 140° , - kierunek widzenia : do przodu , - głębia ostrości : 3-100 mm
ZGŁĘBNIK	- średnica zewnętrzna końcówki dalszej : Ø12,8 mm , - końcówka dalsza : GÓRA – soczewka obiektywu, dysza powietrzno-wodna LEWO – pomocniczy kanał wodny PRAWO – soczewka światłowod DÓŁ – wylot kanału narzędzia, soczewka światłowod - średnica zewnętrzna zgłębnika : Ø12,8 mm , - długość robocza : 1680 mm .
KANAŁ NARZĘDZIA	- średnica wewnętrzna kanału : Ø3,7 mm , - minimalna odległość widzenia : 5 mm od końcówki dalszej
SZYBKOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA	25 cm ³ /s

ODCINEK ZGINANIA	zakres zginania: góra 180°, dół 180°, prawo 160°, lewo 160°
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	1650 mm

Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności ze sprzętem już posiadanym firmy Olympus tj.

Monitor OEV 142, źródło światła ksenonowe EVISCLV – V40, procesor CV-160, myjnia ETD3