



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 17.01.2012 r.

DZPZ-530-Zp/7/PN-5/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę stołu operacyjnego oraz videokolonoskopu – Zp/7/PN-5/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z nowocześniejszym i bardziej niezawodnym napędem elektrohydraulicznym?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół z podstawą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa ABS? Proponowane rozwiązanie jest równie trwałe jak zawarte w SIWZ (zdjęcie ma charakter poglądowy)?



Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 3, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół mobilny z centralną blokadą kół, centralna blokada kół realizowana za pomocą czterech samopoziomujących wysuwanych elektrohydraulicznie stopek oraz wyposażony w koła o średnicy 75 mm?

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w blat 4 – segmentowy: podgłówek, płyta plecowa, płyta siedziska, podnózek czteroczęściowy?

Odp. Nie

Pytanie 5, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w materace szyte i uszczelniane z efektem pamięci kształtu, zdejmowane mocowane za pomocą rzepów o wysokości 50 mm?

Odp. Nie

Pytanie 6, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści blat modułowy na szybkozłączach – wypełnienie segmentów włóknem węglowym charakteryzującym się większą transparentnością dla promieni X oraz chronią przed nadmiernym szkodliwym promieniowaniem. Możliwość montażu płyty plecowej, podnóżki i innych segmentów z obu stron stołu operacyjnego. Funkcje elektryczne podporządkowane wybranej konfiguracji blatu. Wizualna informacja o wybranej konfiguracji na pilocie.

Odp. Nie

Pytanie 7, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół w którym obsługa funkcji realizowana jest z pilota przewodowego przez układ elektrohydrauliczny : regulacja wysokości , przechyły boczne, Trendelenburg i anty-Trendelenburg, segment pleców, segment podnóżków jednocześnie, segment każdego podnóżka indywidualnie, blokada stołu (podstawy). System jazdy stołu, pozycja „0”, pozycja krzesła, pozycja flex i reflex, pozycja urologiczna.

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 8dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół o regulacji wysokości blatu w zakresie od 635 mm do 1075 mm?

Odp. Nie

Pytanie 9, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół z przechyłami bocznymi regulowanymi w zakresie $\pm 20^\circ$?

Odp. Nie

Pytanie 10, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny nieposiadający funkcji przesuwu wzdłuż blatu?

Odp. Nie

Pytanie 11, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w regulowany podglówek w zakresie od -90° do $+45^\circ$?

Odp. Nie

Pytanie 12, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w podnóżki regulowane w pionie w zakresie od -90° do 30° oraz regulują płaszczyźnie w zakresie $+90^\circ$ w każdą stronę od osi długości stołu?

Odp. Nie

Pytanie 13, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją całej płyty plecowej w zakresie od -45° do 90° ?

Odp. Nie

Pytanie 14, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół z alternatywnym sterowanie wszystkich funkcji w przypadku awarii układu podstawowego za pomocą układu hydraulicznego sterowanego pedałem nożnym z wyborem funkcji na dodatkowym panelu umieszczonym na kolumnie stołu?

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 15, dot. pakietu nr 1

Czy wymagana przez Zamawiającego obciążalność stołu 350 kg dotyczy obciążenia w którym stół ma zapewnić możliwość wykonania wszystkich dostępnych ruchów blatu z pacjentem?

Odp. Nie

Pytanie 16, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół w pełni kompatybilny z systemami Zintegrowanej Sali Operacyjnej firm: Storz oraz SMS, bez oświadczenia producenta? Dotyczy punktu nr 15 w załączniku nr 1 do SIWZ.

Odp. Nie