



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych 23.01.2012 r.

DZPZ-530-Zp/9/PN-7/12

### **Wykonawcy - wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisowych aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu – Zp/9/PN-7/12.*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pyt. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie cen ryczałtowych za okresowe przeglądy techniczne z w kalkulowanym kosztem dojazdu oraz niezależnie ceny za roboczogodzinę dla napraw oraz jednorazowej stawki za dojazd pracowników serwisu do siedziby Zamawiającego?

**Pyt. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków gwarancji udzielanej na wykonanie usługi oraz dostarczone części zamiennne na okres 3 miesięcy ?

**Pyt. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego „napraw” na następujący „Pod pojęciem „naprawy” należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia medycznego, poprzez wymianę uszkodzonych lub zużytych części w ciągu 48 godzin lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.” Biorąc pod uwagę konieczność każdorazowego potwierdzenia kosztorysu naprawy przez Zamawiającego oraz ew. konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy terminy zaproponowane przez zamawiającego są nie do spełnienia.

**Pyt. 4.** W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na przegląd sprzętu medycznego prosimy o wydzielenie następujących urządzeń z

- pakietu nr 8 pozycje od 7 do 11 urządzenia do znieczulania ogólnego

od 22 do 63 – defibrylatory

od 70 do 84 – inkubatory

od 120 do 152 – respiratory

- pakietu nr 9 pozycje od 10 do 46 aparaty EKG

od 200 do 213 łóżka szpitalne

od 285 do 321 pompy infuzyjne ( **pompy są zgrupowane w pakiecie 6** )

od 334 do 353 pulsoksymetry

**Odp. na pyt. nr 1, 2, 3, 4. Zamawiający nie wyraża zgody na w/w propozycje zmian SIWZ.**