



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/8/PN-6/12

Wałbrzych, 23.01.2012r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy implantów do operacji kręgosłupa”.

-Zp/8/PN-6/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do w/w przetargu następujących rozwiązań:

Pakiet 4:

- wysokość implantu 20-72mm;
- blokada implantu wykonana z tytanu;
- pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie

Pakiet 14:

- implanty o kącie pochylenia 0°;
- implanty dostępne w rozmiarach 10x28mm oraz 11x33mm;
- niezależne uchwyty do implantów próbnych i właściwych;
- pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie

Pakiet 18:

- jeden element blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby;
- śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o co najmniej 30 stopni;
- nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta;
- możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji;

- gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby;
- wielokątowe lub sztywne śruby o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby, średnica 4,0- 8,5mm i długości 20-90mm;
- średnica pręta 5,5 mm (pręt gładki);
- poprzeczki mocowane wielokątowo bez konieczności doginania;
- pręty proste w rozmiarach 30-200mm, pręty wygięte 35-95mm;
- możliwość zastosowania do repozycji kręgozmyku wyłącznie na 4 śrubach z wykorzystaniem śrub o długich ramionach.

Odp. Nie

Pyt. 2 dot. pakietu nr 2

Stabilizacja przednia odcinka szyjnego płytą dynamiczną

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania :

- płytki o wymiarach 20-103mm
- płytki 4 otworowe (20-32mm), 6 otworowe (34-58mm), 8 otworowe (49-64mm), 10 otworowe (67-85mm) i 12 otworowe (82-103mm), ze skokiem co max. 3mm;

Odp. Nie

Pyt. 3 dot. pakietu nr 7

System transpedikularny do leczenia złamań kręgosłupa

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania implantów do zespolenia transpedikularnego o następujących wymiarach:

- tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa;
- śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe (ϕ 4,5mm i 5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6mm i 7mm o dłg. 25-60mm, ze skokiem co 5mm)
- śruby rewizyjne z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe (ϕ 8mm, dłg 25-60mm, ze skokiem co 5mm);
- śruby wieloosiowe o 42° ruchomości,
- śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami;
- szerokość głowy śruby 10mm, grubość ścianki głowy śruby 1mm;
- wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”;
- atraumatyczne zakończenie śruby;
- wsteczny kształt gwintu na styku śruby-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego;
- pręty proste ϕ 5,5mm osadzone w osi śruby, dłg. 35-500mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), osadzone w osi śruby, w 16 rozmiarach, pręty wstępnie dogięte ϕ 5,5mm osadzone w osi śruby, dłg. 35-100mm, w 11 rozmiarach
- stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej;
- poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dłg., ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm);
- poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego;
- jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący ϕ 10mm, wys. poniżej 5mm;
- element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego;
- trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;
- narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji?

Odp. Nie

Pyt. 4 dot. pakietu nr 10

Klatka międzytrzonowa do implantacji z dostępu przedniego (ALIF)

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania klatek w rozmiarze 9-19mm?

Odp. Nie.

Pyt. 5 dot. pakietu nr 14

Implant międzytrzonowy typu TLIF do stabilizacji odcinka lędźwiowego

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania implantów w 12 rozmiarach: wys. 7-17mm ze skokiem co 2mm), dłg. 26 i 30mm oraz szer. 11mm 9-19mm?

Odp. Nie.

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*