



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 26.01.2012 r.

DZPZ-530-Zp/9/PN-7/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisowych aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu – Zp/9/PN-7/12.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. punkt I.6 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie, czy koszt części użytych do napraw, uzgodniony z Zamawiającym, będzie stanowił przedmiot odrębnej faktury i nie należy wliczać go do ceny - stawka za roboczogodzinę? Trudno bowiem na etapie składania oferty przewidzieć i skalkulować koszt ewentualnie wymienianych części. Jednocześnie znacznie podrażałoby to koszt stawki, o której mowa powyżej.

Odp. Koszt części użytych do napraw będzie stanowił odrębną pozycję w fakturze i nie należy wliczać go do ceny – stawki rob/godz.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 8

Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji od 98 do 108.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu 8 w/w pozycji.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 9

Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 42, 345, 346, 348, 352, 353.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu 9 w/w pozycji.

Pytanie 4, dot. SIWZ

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści zapisu SIWZ Rozdział I pkt. 5 na następujący:

„Pod pojęciem „naprawy” należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia medycznego, poprzez wymianie uszkodzonych lub zużytych części. Reakcja serwisowa polegająca na zdiagnozowaniu usterki powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, naprawa bez użycia części zamiennych powinna zostać wykonana w terminie do 3 dni oraz naprawa z użyciem części zamiennych w terminie do 7 dni”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu SIWZ w/w rozdziału.

Pytanie 5, dotyczące pakietu nr 5 oraz zapisów umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) paragraf 2 punkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie następującej treści paragrafu nr 2 punkt 2 :
" - okresowe i doraźne naprawy"

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 6, dotyczące pakietu nr 5 oraz zapisów umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) paragraf 2 punkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści paragrafu nr 2 punkt 1 umowy na punkt o następującym brzmieniu:

"Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w Załączniku nr 1 Pakiet nr 5 "

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 7, dotyczące pakietu nr 5 oraz zapisów umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) paragraf 3 punkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie całego punktu 4 paragraf 3 z treści umowy ?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 8, dotyczące pakietu nr 5 oraz zapisów umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) paragraf 3 punkt 5.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści paragrafu 3 punkt 5.2 na:

"Wykonawca wystawia kosztorys naprawy i przedstawia go Zamawiającemu. Po akceptacji kosztorysu naprawy, Wykonawca przystępuje do naprawy i określa termin wykonania tej naprawy ?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 9, dotyczące pakietu nr 5 oraz zapisów umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) paragraf 3 punkt 5.3

W przypadku zgody na pytanie nr 4 prosimy o usunięcie z umowy zapisów punktu 5.3 w paragrafie 3

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 10, dotyczące pakietu nr 5 oraz zapisów umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) paragraf 3 punkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści paragrafu 3 punkt 6 na:

"Materiały i części zamienne niezbędne do wykonania usługi przeglądu zapewni Wykonawca. "

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 11, dotyczące pakietu nr 5 oraz zapisów umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) paragraf 4 punkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści paragrafu 4 punkt 1 na:

„Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi suma cen przeglądów wszystkich urządzeń zawartych w Pakiecie nr 5. Ceny jednostkowe netto przedmiotu zamówienia zawiera załącznik - oferta cenowa nr ... Wartość zamówienia wynosi brutto:..... w tym netto.....+ VAT w wysokości.....

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 12, dotyczące pakietu nr 5 oraz zapisów umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) paragraf 4 punkt 2

W przypadku zgody na pytanie nr 7 prosimy o usunięcie z umowy zapisów punktu 2 z paragrafu 4

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 13, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET NR 5

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w **pozycji nr 26** i podanie typu urządzenia oraz nr seryjnego oraz w **pozycji nr 27** typu urządzenia ?

Odp.

- **poz. 26 – zasilacz zinnego światła, typ CLE-10, nr fabr. 7735536.**

- **poz. 27 – źródło światła, typ CVE.**

Pytanie 14

Zamawiający w §2 ust. 2 umowy pisze o „kalibracji”. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę na dopisanie wzmianki do pkt. dotyczącego kalibracji treść „kalibracje – jeżeli jest taki wymów co do aparatów i sprzętu medycznego”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pierwszego zdania §3 ust. 3 na treść: „Propozycja rocznego harmonogramu konserwacji zostanie przedstawiona przez Wykonawcę na piśmie w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy serwisowej, po przedyskutowaniu z Zamawiającym najbardziej dogodnych terminów. Każdy termin określony w harmonogramie winien ostatecznie potwierdzony przez obie strony najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 16

W §3 ust. 4 Zamawiający pisze : „Pod pojęciem „**naprawy**” należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia medycznego, poprzez wymianę uszkodzonych lub zużytych części w ciągu 24 godzin, lecz nie później niż w terminie do 3 dni kalendarzowych, od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. (...)”

Ze względu na procesy logistyczne i ewentualne oczekiwanie na akceptację kosztów wymiany części, co nie jest tutaj uwzględnione przez Zamawiającego, zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na zmianę tego punktu jak następuje:

„Pod pojęciem „**naprawy**” należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia medycznego w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy w przypadku, gdy naprawa nie będzie wymagała wymiany części zamiennych oraz 3 dni robocze z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy, od momentu akceptacji przez Zamawiającego kosztów części zamiennych. (...)”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 17

W §3 ust. 4 Zamawiający pisze :

„Materiały i części wymienne niezbędne do wykonania usługi zapewni Wykonawca. Ceny części wymiennych będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym”.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego punktu jak następuje :

„Materiały i części zamienne niezbędne do wykonania usługi zapewni Wykonawca. Ceny części zamiennych będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Zamawiającego”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 18

Co Zamawiający rozumie przez treść podaną w §3 ust. 7 „Aparatura kontrolno, pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia”.

Odp. Aparatura kontrolno-pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji lub sprawdzenia, dopuszczające aparat do użytkowania.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z umowy treści, która mówi o prowadzeniu przez Wykonawcę dokumentacji aparatury? Pytanie podyktowane jest tym, iż przedmiotem w/w postępowania jest usługa serwisowa, która nie obejmuje prowadzenia przez Wykonawcę dokumentacji. Wg Wykonawcy wpis do paszportu i karty pracy jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym wykonanie usług serwisowych.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie §3 ust 11. Philips Polska jest niezależnym Wykonawcą i nie może brać odpowiedzialności za innych Wykonawców, szczególnie jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Ponadto, w celu mobilizacji Wykonawcy do realizacji postanowień umowy, Zamawiający posiada narzędzie w postaci kar umownych.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie §3 ust 12 jak następuje: „Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy i jego upoważnionych przedstawicieli z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączenia szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej całkowitej wartości wynagrodzenia”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie §4 treścią: „Datą realizacji zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 23

Zamawiający w §6 ust 1 pisze o 6 i 12 miesiącach gwarancji. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę na zmianę treści w/w paragrafu zgodnie z zaleceniami producenta, tzn. 90 dni gwarancji na części zamienne, natomiast, jeżeli chodzi o gwarancję na usługę zwracamy się o wykreślenie tej treści z umowy, gdyż Wykonawca nie udziela takiej samej gwarancji. Przy

takim sformułowaniu Zamawiający mógłby np. podważyć po 6 miesiącach dokonany przegląd bądź naprawę. Możemy mówić o należyтым wykonaniu usługi i to słusznie Zamawiający określił w §6 ust. 3.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie §7 treścią: „Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości całości zamówienia”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie §8 treścią:

„Wszystkie umowne zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie świadczenia Usług serwisowych zostały opisane w Umowie serwisowej. Wykonawca nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji z tytułu Umowy serwisowej. Strony wyłączają niniejszy przepis o odpowiedzialności z tytułu rękojmi w odniesieniu zarówno do Usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie niniejszej Umowy jak i do wymienionych na jej podstawie części zamiennych ”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu mowy.

Pytanie 26

W §7 ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 Zamawiający pisze o karach procentowych w stosunku do całości Zamówienia. Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający lub Wykonawca ma obliczyć wynagrodzenie (minimalne wynagrodzenie za umowę) skoro jedyną stawką jest stawka roboczogodziny? Nie można z góry określić ile będzie trwał przegląd techniczny. proponujemy dodatkowo wprowadzić do SIWZ, jako składnik oferty, cenę za jeden przegląd bądź wszystkie przeglądy w ramach pakietu. Wtedy będzie można ustalić wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy oraz kary umowne.

Ponadto takie ryczałtowe określenie ceny przeglądów technicznych jest praktykowane praktycznie przez wszystkich Wykonawców, co za tym idzie przymus podania stawki tylko roboczogodziny może powodować znaczny jej wzrost w stosunku do standardowej stawki, co może niekorzystnie wpłynąć na koszt napraw przeprowadzanych u Zamawiającego.

Odp. Wynagrodzenie naliczane będzie od szacunkowych kosztów zlecenia podanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego – umowa §3 ust. 5.2 i 5.3.

Pytanie 27

Prosimy o wyjaśnienie §7 ust. 1 pkt. 1.3 wzoru umowy. Dlatego Zamawiający chce żądać kary umownej od Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego (Zleceńodawcy)?

Odp. Zamawiający zmienia treść wzoru umowy poprzez usunięcie w §7 punktu 1.3.