



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 27.01.2012 r.

DZPZ-530-Zp/11/PN-9/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu jednorazowego użytku – Zp/11/PN-9/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 19, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do żył obwodowych 20G o długości 32 mm, taką jak w dotychczas stosowaną w Państwa placówce?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 19, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do żył obwodowych 18G o długości 38 mm, taką jak w dotychczas stosowaną w Państwa placówce?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 19, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do żył obwodowych 14G o długości 45 mm, taką jak w dotychczas stosowaną w Państwa placówce?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 19, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do żył obwodowych z zastawką antyzwrotną, która spełnia taką samą rolę jak filtr hydrofobowy, jak w dotychczas stosowanych kaniulach w Państwa placówce?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 19, poz. nr 8

Czy Zamawiający wymaga, aby koreczki do kaniul posiadały trzpień położony poniżej własnej krawędzi, co zwiększa jego aseptykę?

Odp. Tak



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 6, dot. pakietu nr 19, poz. nr 11

Czy Zamawiający dopuści kaniulę noworodkową bez portu bocznego, w opakowaniu z papieru medycznego, który zapewnia pełne bezpieczeństwo?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 3

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju dren tlenowy zamawiający ma na myśli? Czy Zamawiający oczekuje drenu do podawania tlenu dla dorosłych, zakończonego dwoma giętymi cewnikami donosowymi „tzw. wąsy tlenowe”?

Odp. Zamawiający ma na myśli dren tlenowy (przedłużacz), sterylny 2,1 m, z końcówkami lejek-lejek do podłączenia np. nebulizatora lub maski tlenowej z dozownikiem tlenowym.

Pytanie 8, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w paragrafie 2 ustęp 2 obecnego zapisu na : „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 9, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w Paragrafie 4 ust. 1 : „lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 10, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 5 ustęp 3 umowy zapisu o treści : „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
- b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia z życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

- c. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.
- d. istotnej zmiany cen przez producenta”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 11, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w Paragrafie 6 ustęp 1: „od daty dostarczenia...” na „od daty wystawienia faktury”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 12, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w paragrafie 6 ustęp 4?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 13, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 8 ustęp 1 punktu 2 zapisu „wartości umowy” na „wartość niezrealizowanej części umowy”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 14, dot. pakietu nr 19, poz. nr 1-6

Czy oferowane kaniule dożylnie typu wenflon ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania powinny posiadać koreczki zabezpieczające luer-lock z trzpieniem zamykającym światło kaniuli położonym poniżej własnej krawędzi ?

Odp. Tak

Czy oferowane kaniule do żył obwodowych typu wenflon powinny charakteryzować się barwnym oznaczeniem skrzydełek oraz korka portu bocznego, zgodnym z międzynarodowym kodem rozmiarów, ułatwiającym natychmiastową identyfikację rozmiaru ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego implantowanego pacjentowi na okres użytkowania - oferowane kaniule do żył obwodowych typu wenflon powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Czy oferowane kaniule do żył obwodowych typu wenflon ze względu na jednorodną technikę wkłucia powinny we wszystkich oferowanych rozmiarach być tego samego producenta ?

Odp. Tak

Pytanie 15, dot. pakietu nr 19, poz. nr 9

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na kraniki trójdrożne z przedłużką o całkowitej przestrzeni martwej kranika wraz z przedłużką na poziomie 0,65-0,80ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, światowego lidera w ich produkcji firmy Becton-Dickinson /USA/ ?

Odp. Tak jak W SIWZ.

Czy oferowane kraniki trójdrożne z przedłużką ze względu na „zamknięty kształt” wyrobu medycznego oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 16, dot. pakietu nr 19, poz. nr 10

Czy przedmiotem zamówienia jest korek do cewników urologicznych np. typu Foley oraz czy powinny to być korki sterylne, pojedynczo pakowane w opakowanie typu folia/papier ?

Odp. Tak

Pytanie 17, dot. pakietu nr 19, poz. nr 12

Czy oferowane kaniula noworodkowa 26G analogicznie do kaniuli 24G powinna charakteryzować się poniższymi parametrami: wykonana z PTFE, długość 19mm, przepływ 13ml/min, opakowanie jednostkowe typu tulej, dodatkowy zdejmowalny element ułatwiający wkłucie w delikatne naczynia ?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak

Pytanie 18, dot. projektu umowy, § 4, pkt. 3b.

Prosimy o zmianę terminu dostaw na cito na 2 dni robocze

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 19, dot. projektu umowy, § 6, pkt. 5.

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy;

W §6, pkt. 5 prosimy zmienić na:

„5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wartość brutto umowy, natomiast wartość netto zaoferowanego asortymentu pozostanie bez zmian”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 20, dot. projektu umowy, § 8, pkt. 1.1)

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy:

W §8, pkt. 1.1) prosimy zmienić na:

- 1) 0,2% wartości nie dostarczonego towaru – za każdy dzień zwłoki w dostawie.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 21, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’80szt z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę?

Odp. Tak

Pytanie 22, dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do odsysania ran pakowany pojedynczo, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie

Pytanie 23, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym i z kolorowym lejkiem odpowiadającym rozmiarowi?

Odp. Tak jak w SIWZ.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 24, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w opakowaniu papier-folia bez otworu?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 25, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z gładką wewnętrzną częścią lejka?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 26, dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści cewnik pępowinowy skalowany co 1 cm w rozmiarach CH4 i CH5?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 27, dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści cewnik pępowinowy o długości 47cm w rozmiarach CH4 i CH5?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 28, dot. pakietu nr 15

Czy Zamawiający ma na myśli cewnik Foleya lateksowy silikonowany czy też wykonany ze 100% silikonu?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 29, dot. pakietu nr 19, poz.2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do żył obwodowych 20 G o długości 32 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 30, dot. pakietu nr 19, poz.2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do żył obwodowych 14 G o długości 45 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak jak w SIWZ.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 31, dot. pakietu nr 19, poz.7

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny o przestrzeni martwej 0,3g, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 32, dot. pakietu nr 19, poz.8

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul pakowane pojedynczo w opakowaniu TYVEK, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 33, dot. pakietu nr 19, poz.11

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEB, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 34, dot. projektu umowy §8 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - 1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”.
 - 2) 10 % wartości **niezrealizowanej części umowy** – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 35, dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści pojemniki w sterylnym pojedynczym opakowaniu, spełniające pozostałe wymagania?

Odp. Nie

Pytanie 36, dot. pakietu nr 19, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na kraniki trójdrożne z przedłużką 7 cm, o przestrzeni martwej 0,80 ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie Wykonawców?

Odp. Tak jak w SIWZ.