

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

Materiał embolizacyjny do embolizacji naczynek na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu

L.p	NAZWA	J.M	IŁOŚĆ NA 1 ROK	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Materiał embolizacyjny do embolizacji naczynek na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu	szt.	15						
	RAZEM		15						

Wymagane parametry techniczne:

- Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH,
- DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH,
- Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie,
- Dostępny w trzech lepkościach 18, 24 oraz 34,
- W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki.

Pakiet nr 2**Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH**

L.p	NAZWA	J.M	ILOŚĆ NA 1 ROK	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH	szt.	2						
	RAZEM		2						

Wymagane parametry techniczne:

- Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,012, o średnicy zewnętrznej 2,3/1,7F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,015”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm, cewnik pokrywany hydrofilnie,
- Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,014, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/1,9F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,017”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm, cewnik pokrywany hydrofilnie,
- Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie,
- Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.

Pakiet nr 3**Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH**

L.p	NAZWA	J.M	ILOŚĆ NA 1 ROK	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH	szt.	2						
	RAZEM		2						

Wymagane parametry techniczne:

- Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,010”;
- Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 3,0/1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,012”;
- Mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej;
- Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 35 lub 42cm;
- Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika;
- Pokrycie hydrofilne na całej długości;
- Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego.

Pakiet nr 4**Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH**

L.p	NAZWA	J.M	ILOŚĆ NA 1 ROK	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH	szt.	2						
	RAZEM		2						

Wymagane parametry techniczne:

- Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,010”;
- Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,3F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013”;
- Mikrocewnik o zmiennej charekterystyce sztywności od największej do najmniejszej ;
- Mikrocewnik o dużej odporności na załamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23mm bez załamania ;
- Mikrocewnik z dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550g obciążenia bez deformacji ;
- Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm ;
- Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika;
- Pokrycie hydrofilne na całej długości;
- Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego.

Pakiet nr 5**Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH**

L.p	NAZWA	J.M	IŁOŚĆ NA 1 ROK	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH	szt.	2						
	RAZEM		2						

Wymagane parametry techniczne:

- Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,010”;
- Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F ;
- Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm ;
- Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym ;
- Mikrocewnik z dużej wytrzymałości ciśnieniowej– wytrzymałość ponad 411PSI statycznego ciśnienia ;
- Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm;
- Dystalne markery obrazującypoczątek I koniec segment odczepialnego cewnika;
- Objętość zalegająca mniejsza niż 0,23ml.