



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 06.02.2012 r.

DZPZ-530-Zp/14/PN-11/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę stołu operacyjnego oraz resektoskopu – Zp/14/PN-11/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2

Czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści do postępowania równoważny resektoskop o następujących parametrach :

- płaszcz resektoskopu z ciągłym przepływem z zaworem płukania i ssania 19/22 charr składający się z płaszcz zewnętrznego 22 charr i wewnętrznego z wkładką ceramiczną 19 charr
- obturator do płaszcz 19 charr
- rączka – element pracujący pasywny 19 charr, dołączany do płaszcz resektoskopu 19 charr
- elektroda-pętla tnąca 19 charr
- elektroda-kulka 19 charr
- elektroda-nóż 19 charr
- cystoskop-optyka średnica 2,9mm długość 30 cm kąt patrzenia 12 stopni
- kontener plastikowy do sterylizacji oraz używania ze środkami dezynfekcyjnymi powyżej 10 pH matą silikonową dedykowany do powyższego zestawu, wymiary wewnętrzne 543x255x112 mm?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z nowocześniejszym i bardziej niezawodnym napędem elektrohydraulicznym?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści stół z podstawą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa ABS? Proponowane rozwiązanie jest równie trwałe jak zawarte w SIWZ (zdjęcie ma charakter poglądowy)?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl



Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści stół mobilny z centralną blokadą kół, centralna blokada kół realizowana za pomocą czterech samopoziomujących wysuwanych elektrohydraulicznie stopek oraz wyposażony w koła o średnicy 75 mm?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w blat 4 – segmentowy: podgłówek, płyta plecowa, płyta siedziska, podnózek czteroczęściowy?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w materace szyte i uszczelnione z efektem pamięci kształtu, zdejmowane mocowane za pomocą rzepów o wysokości 50 mm?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści blat modułowy na szybkozłączach – wypełnienie segmentów włóknem węglowym charakteryzującym się większą transparentnością dla promieni X oraz chronią przed nadmiernym i szkodliwym promieniowaniem. Możliwość montażu płyty plecowej, podnóżki i innych segmentów z obu stron stołu operacyjnego. Funkcje elektryczne podporządkowane wybranej konfiguracji blatu. Wizualna informacja o wybranej konfiguracji na pilocie.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści stół w którym obsługa funkcji realizowana jest z pilota przewodowego przez układ elektrohydrauliczny: regulacja wysokości, przechyły boczne, Trendelenburg i anty – Trendelenburg, segment pleców, segment podnóżków jednocześnie, segment każdego podnóżka indywidualnie, blokada stołu (podstawy), System jazdy stołu, pozycja „0”, pozycja krzesła, pozycja flex i reflex, pozycja urologiczna.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści stół o regulacji wysokości blatu w zakresie od 635 mm do 1075 mm?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści stół z przechyłami bocznymi regulowanymi w zakresie $\pm 20^\circ$?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny nieposiadający funkcji przesuwu wzdłużnego blatu?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w regulowany podglówek w zakresie od -90° do $+45^\circ$?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w podnóżki regulowane w pionie w zakresie od -90° do 30° oraz regulacją płaszczyźnie poziomej w zakresie $+90^\circ$ w każdą stronę od osi długości stołu?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją całej płyty plecowej w zakresie od -45° do 90° ?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści stół z alternatywnym sterowaniem wszystkich funkcji w przypadku awarii układu podstawowego za pomocą układu hydraulicznego sterowanego pedałem nożnym z wyborem funkcji na dodatkowym panelu umieszczonym na kolumnie stołu?

Odp. Nie

Czy wymagana przez Zamawiającego obciążalność stołu 350 kg dotyczy obciążenia w którym stół ma zapewniać możliwość wykonania wszystkich dostępnych ruchów blatu z pacjentem?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści stół w pełni kompatybilny z systemami Zintegrowanej Sali Operacyjnej firm: Storz oraz SMS, bez oświadczenia producenta? Dotyczy punktu nr 15 w załączniku nr 1 do SIWZ.

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 3, dot. SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty zawarcia umowy lub na inny stosownie dłuższy zaproponowany przez Zamawiającego? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, dlatego proces jego produkcji może zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

Odp. Nie

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,1%? Proponowane kary umowne są bardzo wysokie biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym? Oferowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego i podnosi wartość użytkową stołu.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w trzy podwójne koła o średnicy 125mm, blokowany na czas zabiegu przez hydraulicznie wysuwane nóżki, aktywowane przy pomocy przewodowego pilota? Wskazane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego, zapewnia jednak pełną mobilność stołu i jego całkowite unieruchomienie na czas zabiegu.



Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, którego blat składa się z 6-segmentów: podglówek, płyta plecowa górna i dolna, płyta siedzeniowa dwuczęściowa i czteroczęściowy podnóżek dzielony wzdłużnie i poprzecznie? Wskazane rozwiązanie w zakresie funkcjonalnym jest równie korzystne jak oczekiwane i zapewnia pełną wartość użytkową stołu.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl



Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, którego całkowita szerokość blatu wynosi 550mm, natomiast z szynami 615mm? Wskazany parametr jest równie korzystny jak wymagany i pozwala na swobodne przeprowadzanie zabiegów pacjentom o większym obwodzie ciała.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny wyposażony w zdejmowane materace o wysokości 65mm mocowane do stołu za pomocą specjalnych wpustów? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i zdecydowanie podnosi komfort operowanego oraz ułatwia pracę personelu medycznego.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny bez możliwości montażu poszczególnych segmentów blatu z włókna węglowego? Oferowany stół wyposażony jest w blaty przeziernie dla promieni RTG, istnieje natomiast możliwość montażu dodatkowych przystawek (np. podpórki ręki) z włókna węglowego, rozwiązanie to jest równie korzystne jak wymagane i gwarantuje pełną funkcjonalność stołu podczas przeprowadzania różnych zabiegów chirurgicznych.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym i sterowaniem elektrycznym za pośrednictwem dwóch przewodowych pilotów – głównego i awaryjnego – identycznego jak pilot główny zamiast wymaganego panelu sterowania na kolumnie? Rozwiązanie to jest znacznie korzystniejsze od wymaganego dodatkowego panelu sterowania na kolumnie, gdyż w przypadku konieczności wykorzystania sterownika awaryjnego personel nie musi zginać się, a wręcz „wchodzić pod stół” co jest nie tylko wyjątkowo niekomfortowe jak również niepraktyczne z punktu widzenia dezynfekcji stołu. Ponadto obydwa piloty posiadają te same funkcje oraz piktogramy. Współgrają ze sobą, gdy wciśniemy jakiś przycisk



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

na jednym pilocie to sygnalizator diodowy aktywacji danej funkcji zapala się również na drugim pilocie. Jednak, ze względów bezpieczeństwa, w danym momencie można korzystać tylko z jednego pilota, nie ma możliwości sterowania funkcjami stołu z dwóch pilotów jednocześnie, co w zupełności realizuje wymaganą funkcję zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem.



Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, którego pilot wskazuje następujące informacje o poziomie naładowania akumulatorów: bateria naładowana (zielony LED), ładowanie baterii, podłączony kabel zasilający (żółty LED), bateria rozładowana (czerwony LED)? Wskazane rozwiązanie jest tożsame z oczekiwanym.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny bez możliwości podłączenia z systemami Zintegrowanej Sali Operacyjnej? Brak wymaganej funkcji nie wpływa na funkcjonalność stołu.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, którego zakres regulacji wysokości wynosi 650-1010mm? Parametr drugi jest korzystniejszy od wymaganego, natomiast pierwszy mimo, iż minimalnie odbiega od wymaganego i zapewnia optymalny komfort pracy chirurgów o zróżnicowanym wzroście, zarówno niższym jak i wyższym.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, z możliwością regulacji przechyłów bocznych w zakresie $\pm 17^\circ$? Oferowana wielkość tego parametru jest absolutnie wystarczająca dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, ponadto większe nachylenie spowodowałoby zsuwanie się operowanego z blatu stołu, a tym samym utrudnianie przeprowadzania zabiegów.

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ


*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, wyposażony w zdejmowany podgłówek, w którym regulacja położenia kąтового realizowana jest od -58° do $+26^{\circ}$ z dodatkową możliwością jego wysunięcia o 135mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i zapewnia pełną funkcjonalność stołu, a dodatkowa możliwość wysuwu podgłówka poszerza możliwości zastosowania stołu.



Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją segmentu podnóżków w zakresie $\pm 90^{\circ}$ (górną-dół) oraz dodatkowo przy pomocy sprężyny gazowej od -90° do $+10^{\circ}$? Wskazane rozwiązanie jest równie korzystne jak wymagane i pozwala na pełne wykorzystanie stołu w praktyce użytkowej, ponadto gdy zajdzie potrzeba podnóżki można rozsunąć na boki każdy o 90° lub też całkowicie zdjąć.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjny, w którym jednoczesna regulacja dwuczęściowego oparcia pleców odbywa się w przedziale od -35° do $+70^{\circ}$? Parametr ten minimalnie różni się od wymaganych, zapewniają jednak pełną funkcjonalność stołu, dlatego ma potrzeby by realizowane były w inny sposób i w wyższym zakresie.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny o dopuszczalnym obciążeniu w każdej pozycji wynoszącym 280kg i dodatkowo w centralnym położeniu blatu na poziomie 350kg? Parametry te są w pełni wystarczające dla pełnej funkcjonalności stołu podczas przeprowadzania zabiegów u pacjentów bariatrycznych.

Odp. Nie

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować co ma na myśli pod pojęciem „podpory stóp przy pozycji bariatrycznej”? Czy Zamawiający dopuści podpory widoczne na zdjęciu poniżej?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl



Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podpór łonową widoczną na zdjęciu poniżej?



Odp. Nie

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny z podstawą o prześwicie wynoszącym 80mm i umożliwiającym całkowite wsunięcie stóp chirurga pod podstawę? Jest to rozwiązanie, zapewniające pełny komfort pracy personelu przez umożliwienie łatwiejszego dostępu do operowanego.





ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Nie

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, wyposażony w system antykolizyjny zabezpieczający poszczególne jego elementy przed uszkodzeniem?

Odp. Nie

Pytanie 5, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu metalowy kontener do sterylizacji

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kontener o standardowych wymiarach zewnętrznych 465x280x100 mm?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kontenery z wymiennymi filtrami teflonowymi do 1200 sterylizacji? Zastosowanie takich filtrów jest bardzo ekonomiczne. Funkcja wymiany filtra umożliwia zamiast filtra tlenowego użycie filtrów papierowych – jednorazowe, lub tekstylne-wielorazowe.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kontener o wymiarach wewnętrznych 425x260x84 mm?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne kontenera z tolerancją +/- 10 mm?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.