



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 07.02.2012 r.

DZPZ-530-Zp/14/PN-11/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę stołu operacyjnego oraz resektoskopu – Zp/14/PN-11/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1

Prosimy o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w punkcie nr 16 załącznika nr 1 do SIWZ. Jest tam zapis „Wysokość blatu od min. 6000 mm do min. 950 mm”, a powinien być „Wysokość blatu od min. 600 mm do min. 950 mm”

Odp. Tak winno być „Wysokość blatu od min. 600 mm do min. 950 mm”.

Czy Zamawiający wydłuży czas przystąpienia do usunięcia awarii do 48 godzin? Tym sposobem nie będzie konieczne wskazywanie godzin, w których można zgłaszać usterki urządzeń, a wykonawca będzie miał wystarczającą ilość czasu na podjęcie stosownych działań.

Odp. Nie

Czy Zamawiający wydłuży czas dostarczenia stołu do stołu 6 tygodni od daty zawarcia umowy?

Odp. Nie