



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 02.03.2012 r.

DZPZ-530-Zp/5/PN-3/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę kardiowerterów defibrylatorów i stymulatorów dwujamowych serca – Zp/5/PN-3/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowanie stymulatory umożliwiły bezpieczne wykonanie badania RMI całego ciała bez ograniczeń strefowych?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. wzoru umowy

W § 2 ust. 2 Umowy – czy możliwe jest doprecyzowanie w taki sposób, że zamiast kropki stawia się na końcu zdania przecinek i dodaje się następująca treść: „pod warunkiem, że zmniejszenie łącznej ilości produktów objętych umową nie spowoduje zmniejszenie łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy o więcej, niż 20% kwoty wskazanej w § 2 ust.1 Umowy”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 3, dot. wzoru umowy

W § 3 ust. 2 Umowy – czy możliwe jest doprecyzowanie kwestii zakresu umowy poprzez dodanie na początku zdania słów: „W ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy (...)”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 4, dot. wzoru umowy

W § 3 ust. 3 – czy możliwe jest doprecyzowanie ilości papieru do programatora jaki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach przedmiotu zamówienia w stosunku do ilości programatorów eksploatacyjnych według umowy?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 5, dot. wzoru umowy

W § 3 Umowy – czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez wskazanie szczegółowych danych (imię, nazwisko, stanowisko, kontakt) osób u Zamawiającego odpowiedzialnych za składanie zamówień oraz dokładnego oznaczenia w tym samym zakresie odnośnie osób odpowiedzialnych u Wykonawcy



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

za przyjęcie zamówienia, albo dodanie nowego zapisu np. „8. Do koordynowania i dokonywania zamówień, dostaw, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają: (...)”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 6, dot. wzoru umowy

W § 4 ust. 3a Umowy – czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 5 dni „roboczych” rozumianych przez Strony jako dni od poniedziałku do piątku?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 7, dot. wzoru umowy

W § 4 ust. 3b Umowy – czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 48 godzin „w dni robocze” rozumiane przez Strony jako dni od poniedziałku do piątku?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 8, dot. wzoru umowy

W § 4 ust. 7 Umowy – czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 7 dni „roboczych” rozumianych przez Strony jako dni od poniedziałku do piątku?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 9, dot. wzoru umowy

W § 8 Umowy – czy możliwe jest doprecyzowanie polegające na tym, że dodany zostanie nowy ust. 4 o treści : „4. Łączna kwota kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę nie może przekroczyć 15% kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 10, dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do umowy zapisów kolejnego paragrafu o następującej treści:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w razie wycofania z produkcji sprzętu stanowiącego przedmiot umowy z uwagi na postęp technologiczny i zastąpi go innym o lepszych parametrach, innym numerze katalogowym, innym numerze seryjnym, innej nazwie”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 11, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o objętości 38 cm³?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o grubości 15 mm?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Nie

Co Zamawiający rozumie przez awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie?

Odp. Dodatkowe zabezpieczenie urządzenia mające zapewnić funkcjonalność ratującej życie stymulacji poprzez wyładowania i stymulację w przypadku systemu urządzenia („drugi obwód”

Czy z uwagi na fakt, że urządzenie CRT-D z założenia mają dostarczać jak najwięcej stymulacji komorowej Zamawiający dopuści urządzenie bez algorytmu minimalizującego stymulację RV?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zaprogramowania 3 konfiguracji stymulacji lewokomorowej dla BP elektrody?

Odp. Nie

Pytanie 12, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający przy założeniu „15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 5000hm, 2,5V powyżej 8 lat” dopuści urządzenie o żywotności 7,6 lat?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o objętości 37 cm³?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o grubości 15 mm?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o ilości szoków w jednej interwencji 6?

Odp. Nie

Co Zamawiający rozumie przez awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie?

Odp. Dodatkowe zabezpieczenie urządzenia mające zapewnić funkcjonalność ratującej życie stymulacji poprzez wyładowania i stymulację w przypadku systemu urządzenia („drugi obwód”

Pytanie 13, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający przy założeniu „15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 5000hm, 2,5V powyżej 7,5 roku” dopuści urządzenie o żywotności 6,7 lat?

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o objętości 37 cm³?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o grubości 15 mm?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o ilości szoków w jednej interwencji 6?

Odp. Nie

Co Zamawiający rozumie przez awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie?

Odp. Dodatkowe zabezpieczenie urządzenia mające zapewnić funkcjonalność ratującej życie stymulacji poprzez wyładowania i stymulację w przypadku systemu urządzenia („drugi obwód”

Pytanie 14, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający ma na myśli urządzenie pozwalające na wykonanie badania MRI całego ciała pacjenta, bez stref wykluczenia?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające trybu stymulacji DDT?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czułością przedsionka do 4 mV?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z amplitudą impulsu od 0,5V?

Odp. Nie

Czy Zamawiający ma na myśli wagę stymulatora $\geq 28g$ czy $\geq 28g$?

Odp. Mniej niż 28g.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z automatyczną kontrolą progu stymulacji, z najmniejszym programowalnym krokiem co 15 min.?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez algorytmu stabilizującego rytm komór w czasie Mode Switch?

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z Basic rate w zakresie od 30 do 175 ppm?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez znacznika stopy elektrody?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jednym algorytmem unikania stymulacji prawej komory?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności baterii 1,15Ah?

Odp. Nie

Pytanie 15, dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z automatyczną kontrolą progu stymulacji, z najmniejszym programowalnym krokiem co 15 min.?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pamięcią zapisów wewnątrzsercowych ≥ 16 sek?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności baterii 1,2Ah?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z histerezą częstości rytmu działającą w trybach jednojamowych?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez dodatkowych histerez oprócz histerezy rytmu?

Odp. Nie