



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 05.03.012 r

DZPZ-530-Zp/25/PN-21/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę videoduodenoskopu wraz z perystaltyczną pompą płuczącą oraz trzech stołów rehabilitacyjnych do ćwiczeń z elektrycznie regulowaną wysokością” – Zp/25/PN-21/12.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. – pakiet nr 2.

Czy Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny o długości leża 200 cm? **Odp.** Tak.

Czy Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny o szerokości 70 cm? **Odp.** Tak.

Czy Zamawiający dopuszcza 3-częściowy blat? **Odp.** Tak.

Czy Zamawiający dopuszcza stół ze zmianą wysokości leżyska w zakresie 45 cm do 92 cm? **Odp.** Nie.

Czy Zamawiający dopuści stół z zagłówkiem płynnie regulowanym w zakresie od -60 stopni do +60 stopni? **Odp.** Nie.

Pyt. – wzór umowy. Dotyczy § 5 ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy była możliwa jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego? Taki zapis chroni skutecznie interesy Zamawiającego i Dostawcy. **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pyt. – pakiet nr 1.

Dotyczy pakietu nr 1, parametry techniczne „Zgłębnik”: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania videoduodenoskop z „końcówką sondy – średnicą zewnętrzną” równą 13,7 mm? **Odp.** Tak.

Dotyczy pakietu nr 1, parametry techniczne „Zgłębnik”: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania videoduodenoskop z „sondą endoskopową – średnicą zewnętrzną” równą 11,3 mm? **Odp.** Tak.