

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

Spirale embolizacyjne pokrywane, odczepiane elektromechanicznie

L.p	NAZWA	J.M	IŁOŚĆ NA 1 ROK	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Spirale embolizacyjne pokrywane, odczepiane elektromechanicznie	szt.	300						
2.	Spirale platynowe do embolizacji tętniaków odczepiane elektromechanicznie								
	RAZEM								

Ad. 1 Wymagane parametry techniczne:

Spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem zwiększającym objętości spirali w zależności od jej grubości.

- System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy
- Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka
- Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ; 0,014 ; 0,018 “
- Spirale o różnych wymiarach średnic i długości .

Ad. 2 Wymagane parametry techniczne:

- Spirale platynowe
- System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy
- Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka
- Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ; 0,018 “
- Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3 D , Helical , Helical SR , HyperSoft , Complex

Pakiet nr 2**Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych**

L.p	NAZWA	J.M	ILOŚĆ NA 1 ROK	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych	szt.	50						
	RAZEM								

Wymagane parametry techniczne:

- Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów
- Polerowany atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną
- Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali
- Zewnętrzna średnica 2,4 F , średnica wewnętrzna 0,017’’
- Długość cewnika 150 cm , pokrycie hydrofilne na długości 120 cm
- Dostępne 2 typy : regular , extra support

Pakiet nr 3**Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych**

L.p	NAZWA	J.M	ILOŚĆ NA 1 ROK	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych	szt.	100						
	RAZEM								

Wymagane parametry techniczne:

- Cewnik atraumatyczny w części dystalnej , zbrojony w części proksymalnej , pokrycie PTFE w części środkowej cewnika – płaskie części stalowe i plastikowe w wewnętrznej ścianie cewnika
- Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie :
 - część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F – średnica wewnętrzna 0,059 “ , 6 F – średnica wewnętrzna 0,071 “ długość cewnika 95 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm
 - część wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F – średnica wewnętrzna 0,041 “ , 5 F – średnica wewnętrzna 0,048 “ , długość cewnika 117 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm , pokrycie hydrofilne na długości 15 cm
- Cewnik o kształcie końcówki ; prosty , MP1 , MP2 , vertebral

Pakiet nr 4**Wewnątrznaczaskowy stent naczyniowy**

L.p	NAZWA	J.M	ILOŚĆ NA 1 ROK	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wewnątrznaczaskowy stent naczyniowy	szt.	30						
	RAZEM								

Wymagane parametry techniczne:

- Stent pleciony wykonany z nitinolu
- Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii
- Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,021''
- Przeznaczony do rozmiarów naczyń : 3mmx15 mm ; 3mmx21mm ; 3mmx41 mm

Pakiet nr 5**Balon do remodelingu**

L.p	NAZWA	J.M	IŁOŚĆ NA 1 ROK	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Balon do remodelingu	szt.	150						
	RAZEM								

Wymagane parametry techniczne:

- Balon przeznaczony do techniki remodelingu naczyń mózgowych
- Shaft balonu : średnica zewnętrzna części proksymalnej 3.0 F ; średnica części dystalnej 1.7 F
- Shaft balonu o budowie 2 kanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu , 2 kanał – kompatybilny z DMSO , mózgowe spirale embolizacyjne , materiału typu ONYX
- Cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce
- Dostępność rozmiarów : 4mm/10mm;4mm/15mm;4mm/20mm;4mm/30mm

Pakiet nr 6**Zastawka hemostatyczna**

L.p	NAZWA	J.M	IŁOŚĆ NA 1 ROK	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Y-konektor	szt.	400						
2.	Podwójny Y-konektor	szt.	150						
	RAZEM								

Ad. 1 Wymagane parametry techniczne:

- Światło wewnętrzne 9 F
- Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów przewodnika
- Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy
- Materiał: polikarbonat
- Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu

Ad. 2 Wymagane parametry techniczne:

- Podwójne światło wewnętrzne 9 F
- Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon”
- Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów przewodnika
- Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy
- Materiał: polikarbonat
- Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu