



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych 19.03.2012 r.

DZPZ-530-Zp/24/PN-20/12

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy: nici chirurgicznych, gazy hemostatycznej, waty hemostatycznej, macierzy hemostatycznej, opatrunków hemostatycznych, kleju fibrynowego, siatek przepuklinowych, taśmy do szycia, wosku kostnego i staplerów– Zp/24/PN-20/12*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 1 szew wchłaniany pleciony z kwasu poliglikolowego powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 60-90 dni?

**Odp.Nie**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 2 dopuści nić o długości 150 cm z zachowaniem pozostałych parametrów lub czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni o długości 3x45cm?

**Odp. Nie**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 3 dopuści nić o długości 150 cm z zachowaniem pozostałych parametrów lub szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni o długości 3x75cm?

**Odp. Nie**



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 5 dopuści nić o długości 150 cm z zachowaniem pozostałych parametrów lub czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni o długości 3x45cm?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 6 dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni o długości 6x45cm?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 7 dopuści nić o długości 150 cm z zachowaniem pozostałych parametrów lub czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni o długości 3x75cm?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 9 dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni o długości 6x45cm?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 10 dopuści nić o długości 150 cm z zachowaniem pozostałych parametrów lub czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni o długości 3x45cm?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 11 dopuści nić o długości 150 cm z zachowaniem pozostałych parametrów lub czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni o długości 3x75cm?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 10**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 13 dopuści nić o długości 150 cm z zachowaniem pozostałych parametrów lub czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni o długości 3x75cm?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 11**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 15 dopuści nić o długości 150 cm z zachowaniem pozostałych parametrów lub czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni o długości 3x75cm?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 12**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 16 dopuści igłę o długości 15 mm z nicią o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów lub czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni z igłą długości 12mm?

**Odp. Nie**



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

### **Pytanie 13**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 17 dopuści igłę o długości 20mm o krzywiznie 3/8 koła z nicią o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów lub czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni z igłą długości 20mm i długości nici 75cm?

**Odp. Nie**

### **Pytanie 14**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 18 dopuści igłę o długości 20mm o krzywiznie 3/8 koła z nicią o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

### **Pytanie 15**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 20 dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni o długości nici 5x45cm z igłą odczepianą 5x22mm?

**Odp. Nie**

### **Pytanie 16**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 21 dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni z igłą 24mm?

**Odp. Nie**

### **Pytanie 17**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 22 dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni z igłą o długości 26mm?

**Odp. Nie**



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

#### **Pytanie 18**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 23 dopuści nić o długości 70cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 19**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 25 dopuści nić o długości 70cm z igłą o długości 35mm zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 20**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 26 dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni z igłą o długości 26mm?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 21**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 28 dopuści igłę o długości 30mm zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 22**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 29 dopuści igłę o długości 35mm zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 23**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 30 dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni z igłą o długości 40mm?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 24**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 31 dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni z igłą okrągłą o długości 32mm, z nicią o grubości „1” i długości 75cm?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 25**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 32 dopuści szew wchłaniający pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni z igłą o długości 27mm, z nicią o długości 75cm?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 26**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 33 dopuści szew wchłaniający pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni z igłą o długości 27mm?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 27**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 34 dopuści igłę o długości 35mm zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 28**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 35 dopuści szew wchłaniający pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni z igłą o długości 37mm?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 29**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 36 dopuści szew wchłaniający pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni z igłą o długości 65mm i nicią o długości 120cm pętla?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 30**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pojęcia „igła podwójnie wzmocniona” zastosowanego w pakiecie numer 1 pozycja 37.

**Odp. Odporne na wyginanie i złamanie w tradycyjnych warunkach operacyjnych niestandardowa**

#### **Pytanie 31**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 37 dopuści szew wchłaniaalny pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni z igłą o długości 26mm wzmocniona o symbolach HOS-10?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 32**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 38 dopuści igłę o długości 40mm z nicią o długości 70cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 33**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 38 dopuści nić o długości 70cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 34**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 41 dopuści szew wchłaniaalny pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni z igłą o długości 48mm?

**Odp. Nie**



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

#### **Pytanie 35**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 42 dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni z igłą o długości 65mm?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 36**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji numer 42 dopuści szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni z igłą o długości 76mm i nicią o długości 150cm pętla?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 37**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby opis oferowanych szwów: rodzaj nici (opis w języku angielskim), grubość nici, długość nici, rodzaj igły (w języku obcym), długość igły, data przydatności, numer LOT znajdował się jedynie na opakowaniu zbiorczym oraz na saszetce (folia aluminiowa) sterylne zamknięta w opakowaniu wewnętrznym zamiast wymagań umieszczonych pod pakietem numer 1 w załączniku nr 1 do SIWZ ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 38**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 w pozycji numer 1 szew o długości 12x45cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 39**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 w pozycji numer 2 szew o długości 12x45cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 40**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 w pozycji numer 3 szew o długości 250cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

**Pytanie 41**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 w pozycji numer 4 szew o długości 250cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pytanie 42**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 w pozycji numer 5 szew o długości 250cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pytanie 43**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 w pozycji numer 6 szew o długości 250cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pytanie 44**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 w pozycji numer 7 szew o długości 5x45cm z igłą odczepianą 5x26mm zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pytanie 45**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 w pozycji numer 8 igłę o długości 20mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pytanie 46**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 w pozycji numer 10 igłę o długości 20mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pytanie 47**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 w pozycji numer 11 igłę o długości 27mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pytanie 48**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby opis oferowanych szwów: rodzaj nici (opis w języku angielskim), grubość nici, długość nici, rodzaj igły (w języku angielskim), długość igły, data przydatności, numer LOT znajdował się jedynie na opakowaniu zbiorczym oraz na saszetce (papier) sterylnie zamknięta



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

w opakowaniu wewnętrznym zamiast wymagań umieszczonych pod pakietem numer 2 w załączniku nr 1 do SIWZ ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 49**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 3 szew wchłaniający monofilamentowy składający się z glikolidu, laktydu, dioksanonu, węglanu trimetyleny o unikalnym podtrzymywaniu tkankowych wynoszącym 75% pierwotnej wytrzymałości po 14 dniach i 40% pierwotnej wytrzymałości po 21 dniach o czasie wchłaniania 90-110 dni?

**Odp. Nie**

**Pytanie 50**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 3 w pozycji numer 12 igłę o długości 26 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pytanie 51**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 3 w pozycji numer 15 igłę okrągłą o długości 27 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pytanie 52**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 3 w pozycji numer 17 igłę o długości 40 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pytanie 53**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 3 w pozycji numer 19 nić o grubości „1” z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pytanie 54**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 3 w pozycji numer 20 nić o grubości „1” z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pytanie 55**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby opis oferowanych szwów: rodzaj nici (opis w języku angielskim), grubość nici, długość nici, rodzaj igły (w języku angielskim), długość igły, data przydatności, numer



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

LOT znajdował się jedynie na opakowaniu zbiorczym oraz na saszetce (folia aluminiowa) sterylnie zamknięta w opakowaniu wewnętrznym zamiast wymagań umieszczonych pod pakietem numer 3 w załączniku nr 1 do SIWZ ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 56**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 4 dopuści szew wchłaniałny pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego bez powleczenia środkiem antybakteryjnym o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni?

**Odp. Nie**

**Pytanie 57**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 4 w pozycji numer 1 dopuści igłę o długości 24mm z zachowaniem parametrów nici w pytania numer 55?

**Odp. Nie**

**Pytanie 58**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 4 w pozycji numer 5 dopuści igłę o długości 24mm z zachowaniem parametrów nici w pytania numer 55?

**Odp. Nie**

**Pytanie 59**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 4 w pozycji numer 10 dopuści igłę okrągłą o długości 22mm z zachowaniem parametrów nici w pytania numer 55?

**Odp. Nie**

**Pytanie 60**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 4 w pozycji numer 17 dopuści igłę o długości 37mm z zachowaniem parametrów nici w pytania numer 55?

**Odp. Nie**

**Pytanie 61**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 4 w pozycji numer 18 dopuści igłę okrągłą o długości 22mm z zachowaniem parametrów nici w pytania numer 55?

**Odp. Nie**



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

#### **Pytanie 62**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby opis oferowanych szwów: rodzaj nici (opis w języku angielskim), grubość nici, długość nici, rodzaj igły (w języku angielskim), długość igły, data przydatności, numer LOT znajdował się jedynie na opakowaniu zbiorczym oraz na saszetce (folia aluminiowa) sterylnie zamknięta w opakowaniu wewnętrznym zamiast wymagań umieszczonych pod pakietem numer 4 w załączniku nr 1 do SIWZ ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 63**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 10 dopuści szew wchłaniaalny pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 64**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 10 w pozycji numer 5 dopuści szew o długości 5x45cm z zachowaniem parametrów nici z pytania 63?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 65**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 10 w pozycji numer 7 dopuści nić o długości 75cm z igłą okrągłą przyostrzoną o krzywiznie  $\frac{1}{2}$  koła i długości 24mm z zachowaniem parametrów nici z pytania 63?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 66**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 10 w pozycji numer 11 dopuści igłę okrągłą o długości 32mm z zachowaniem parametrów nici z pytania 63?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 67**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby opis oferowanych szwów: rodzaj nici (opis w języku angielskim), grubość nici, długość nici, rodzaj igły (w języku angielskim), długość igły, data przydatności, numer LOT znajdował się jedynie na opakowaniu zbiorczym oraz na saszetce (folia aluminiowa) sterylnie zamknięta w opakowaniu wewnętrznym zamiast wymagań umieszczonych pod pakietem numer 10 w załączniku nr 1 do SIWZ ?

**Odp. Nie**



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

#### **Pytanie 68**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 11 dopuści w szew syntetyczny monofilamentowy wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 75% pierwotnej wytrzymałości, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach, o okresie podtrzymywani tkankowego około 60 dni, o czasie całkowitego wchłaniania do 180 dni?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 69**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 11 w pozycji numer 3 dopuści igłę długości 20mm z zachowaniem parametrów nici z pytania 68?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 70**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 11 w pozycji numer 4 dopuści igłę długości 20mm z zachowaniem parametrów nici z pytania 68?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 71**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 11 w pozycji numer 7 dopuści igłę długości 2x60mm z zachowaniem parametrów nici z pytania 68?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 72**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie określenia użytego w pakiecie 11 w pozycji 8: rodzaj igły „progresywna”.

**Odp. Igła zawierająca cechy igły prostej oraz igła 3/8 koła dająca precyzyjne wkucie.**

#### **Pytanie 73**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 11 w pozycji numer 8 dopuści igłę odwrotnie tnącą o krzywiznie 3/8 koła i długości 24mm z zachowaniem parametrów nici z pytania 68?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 74**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 11 w pozycji numer 10 dopuści igłę okrągłą o długości 26mm z zachowaniem parametrów nici z pytania 68?

**Odp. Nie**



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

#### **Pytanie 75**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 11 w pozycji numer 11 dopuści igłę długości 2x60mm z zachowaniem parametrów nici z pytania 68?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 76**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby opis oferowanych szwów: rodzaj nici (opis w języku angielskim), grubość nici, długość nici, rodzaj igły (w języku angielskim), długość igły, data przydatności, numer LOT znajdował się jedynie na opakowaniu zbiorczym oraz na saszetce (folia aluminiowa) sterylnie zamknięta w opakowaniu wewnętrznym zamiast wymagań umieszczonych pod pakietem numer 11 w załączniku nr 1 do SIWZ ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 77**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 13 w pozycji numer 1 dopuści nić o grubości „2” z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 78**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 13 w pozycji numer 2 dopuści nić o długości 75cm i grubości „2” z igłą o długości 40mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 79**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 13 w pozycji numer 4 dopuści nić o długości 5x75cm z igłą o długości 40mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 80**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 13 w pozycji numer 5 dopuści nić o długości 75cm z igłą o długości 37mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 81**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 13 w pozycji numer 8 dopuści igłę o długości 16mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

**Pytanie 82**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 13 w pozycji numer 9 dopuści igłę o długości 2x20mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pytanie 83**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 13 w pozycji numer 10 dopuści igłę o długości 16mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pytanie 84**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 13 w pozycji numer 12 dopuści igłę o długości 2x13mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pytanie 85**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby opis oferowanych szwów: rodzaj nici (opis w języku angielskim), grubość nici, długość nici, rodzaj igły (w języku angielskim), długość igły, data przydatności, numer LOT znajdował się jedynie na opakowaniu zbiorczym oraz na saszetce (papier) sterylnie zamknięta w opakowaniu wewnętrznym zamiast wymagań umieszczonych pod pakietem numer 13 w załączniku nr 1 do SIWZ ?

**Odp. Nie**

**Pytanie 86**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 14 dopuści szew syntetyczny monofilamentowy wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetyleny oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni?

**Odp. Nie**

**Pytanie 87**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 14 w pozycji numer 1 dopuści nić o długości 75cm z zachowaniem parametrów nici z pytania 86?

**Odp. Nie**

**Pytanie 88**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 14 w pozycji numer 7 dopuści nić o długości 75cm z zachowaniem parametrów nici z pytania 86?

**Odp. Nie**



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

**Pytanie 89**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 14 w pozycji numer 9 dopuści igłę o długości 26mm z zachowaniem parametrów nici z pytania 86?

**Odp. Nie**

**Pytanie 90**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 14 w pozycji numer 19 dopuści igłę o długości 11mm z zachowaniem parametrów nici z pytania 86?

**Odp. Nie**

**Pytanie 91**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 14 w pozycji numer 20 dopuści igłę kosmetyczną odwrotnie tnącą bez zakończenia micro-point o długości 13mm z zachowaniem parametrów nici z pytania 86?

**Odp. Nie**

**Pytanie 92**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby opis oferowanych szwów: rodzaj nici (opis w języku angielskim), grubość nici, długość nici, rodzaj igły (w języku angielskim), długość igły, data przydatności, numer LOT znajdował się jedynie na opakowaniu zbiorczym oraz na saszetce (folia aluminiowa) sterylnie zamknięta w opakowaniu wewnętrznym zamiast wymagań umieszczonych pod pakietem numer 14 w załączniku nr 1 do SIWZ ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 93**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 16 nić niewchłaniałą, syntetyczną, monofilamentową polipropylenową z dodatkiem polietylenu?

**Odp. Nie**

**Pytanie 94**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 16 w pozycji numer 1 dopuści nić o długości 60cm z zachowaniem parametrów nici z pytania numer 93?

**Odp. Nie**

**Pytanie 95**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 16 w pozycji numer 7 dopuści igłę o długości 2x17mm z zachowaniem parametrów nici z pytania numer 93?

**Odp. Nie**



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

**Pytanie 96**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 16 w pozycji numer 8 dopuści igłę o długości 2x26mm z zachowaniem parametrów nici z pytania numer 93?

**Odp. Nie**

**Pytanie 97**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 16 w pozycji numer 9 dopuści igłę o długości 2x22mm z zachowaniem parametrów nici z pytania numer 93?

**Odp. Nie**

**Pytanie 98**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 16 w pozycji numer 10 dopuści igłę o długości 2x22mm z zachowaniem parametrów nici z pytania numer 93?

**Odp. Nie**

**Pytanie 99**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 16 w pozycji numer 12 dopuści igłę o długości 24mm bez guziczków z zachowaniem parametrów nici z pytania numer 93?

**Odp. Nie**

**Pytanie 100**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 16 w pozycji numer 13 dopuści igłę o długości 26mm z zachowaniem parametrów nici z pytania numer 93?

**Odp. Nie**

**Pytanie 101**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 16 w pozycji numer 14 dopuści igłę o długości 2x26mm z zachowaniem parametrów nici z pytania numer 93?

**Odp. Nie**

**Pytanie 102**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 16 w pozycji numer 16 dopuści igłę o długości 2x26mm z zachowaniem parametrów nici z pytania numer 93?

**Odp. Nie**

**Pytanie 103**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 16 w pozycji numer 18 dopuści igłę o długości 27mm z zachowaniem parametrów nici z pytania numer 93?

**Odp. Nie**



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

#### **Pytanie 104**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby opis oferowanych szwów: rodzaj nici (opis w języku angielskim), grubość nici, długość nici, rodzaj igły (w języku angielskim), długość igły, data przydatności, numer LOT znajdował się jedynie na opakowaniu zbiorczym oraz na saszetce (papier) sterylnie zamknięta w opakowaniu wewnętrznym, opakowania zmniejszające pamięć szwu zamiast wymagań umieszczonych pod pakietem numer 16 w załączniku nr 1 do SIWZ ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 105**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 18 w pozycji numer 1 dopuści igłę kosmetyczną odwrotnie tnącą bez zakończenia micro-point?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 106**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 18 w pozycji numer 13 dopuści igłę o długości 40mm?

**Odp. BRAK POZYCJI W PAKIECIE**

#### **Pytanie 107**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 18 w pozycji numer 21 dopuści nić o długości 238cm?

**Odp. BRAK POZYCJI W PAKIECIE**

#### **Pytanie 108**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby opis oferowanych szwów: rodzaj nici (opis w języku angielskim), grubość nici, długość nici, rodzaj igły (w języku angielskim), długość igły, data przydatności, numer LOT znajdował się jedynie na opakowaniu zbiorczym oraz na saszetce (papier) sterylnie zamknięta w opakowaniu wewnętrznym zamiast wymagań umieszczonych pod pakietem numer 17 w załączniku nr 1 do SIWZ ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 109**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 nic wykonaną z kopolimeru 90% Glikolidu i 10% L-laktydu powleczonej w 50% kopolimerem Glikolidu i L-laktydu w stosunku 30/70 i w 50% stearynianem wapnia?

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 110**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 2 i 3 dopuści igłę odwrotnie tnącą przy innych parametrach nie zmienionych.

**Odp. Nie**



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

**Pytanie 111**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 1 miał na myśli rozmiar gazy 5x35cm?

**Odp. 5x3,5**

**Pytanie 112**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 poz. 4 dopuści igłę okrągło-tnącą?

**Odp. Nie**

**Pytanie 113**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 poz. 4 dopuści nić o długości 60 cm z igłą czarną?

**Odp. Nie**

**Pytanie 114**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 poz. 5 dopuści igłę okrągło-tnącą o krzywiznie  $\frac{1}{2}$  koła

**Odp. Nie**

**Pytanie 115**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 poz. 2 dopuści igłę kosmetyczną?

**Odp. Zgodnie z opisem SIWZ**

**Pytanie 116**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 5 dopuści igłę o długości 22 mm?

**Odp. Nie**

**Pytanie 117**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 8 dopuści nić o długości 70 cm?

**Odp. Nie**

**Pytanie 118**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 10 opisując parametry igły „igła okrągła konwencjonalnie tnąca” miał na myśli igłę okrągło-tnącą?

**Odp. Zamawiający ma na myśli igłę odwrotnie tnącą połączoną z igłą stożkową.**

**Pytanie 119**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 29 dopuści igłę o długości 22 mm?

**Odp. Nie**



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

**Pytanie 120**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 w poz. 7 dopuści igłę typu J okrągłą o długości 26mm i długości nici 110 cm?

**Odp. Nie**

**Pytanie 121**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 w poz. 16 dopuści nieć ze środkiem antybakteryjnym przy pozostawieniu pozostałych parametrów?

**Odp. Tak**

**Pytanie 122**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 w poz. 17 dopuści nieć ze środkiem antybakteryjnym i igłę niewzmocnioną.

**Odp. Nie**

**Pytanie 123**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 w poz. 18 dopuści nieć z igłą niewzmocnioną?

**Odp. Nie**

**Pytanie 124**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz. 5 dopuści nieć z igłą niewzmocnioną?

**Odp. Nie**

**Pytanie 125**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w poz. 7 dopuści igłę o długości 17 mm?

**Odp. Nie**

**Pytanie 126**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w poz. 8 dopuści igłę podwójną

**Odp. Tak**

**Pytanie 127**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w poz. 12 dopuści szew bez „kolorowych guziczków” i igłę o długości 26 mm?

**Odp. Nie**

**Pytanie 128**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w poz. 13 dopuści igłę czarną?

**Odp. Nie**



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

**Pytanie 129**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w poz. 14 dopuści igłę podwójną?

**Odp. Nie**

**Pytanie 130**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 w poz. 6 dopuści igłę o długości 11 mm?

**Odp. Nie**

**Pytanie 131**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 w poz. 15 dopuści igłę o długości 36 mm?

**Odp. Nie**

**Pytanie 132**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 w poz. 16 dopuści igłę o krzywiznie  $\frac{1}{2}$  koła?

**Odp. Nie**

**Pytanie 133**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w poz. 18 dopuści nić w rozmiarze 2/0?

**Odp. Nie**