



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/27/PN-23/12

Wałbrzych, 19.03.2012r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawę mobilnego aparatu RTG z ramieniem typu „C”, kontenerów do sterylizacji na narzędzia chirurgiczne oraz zestawu systemu CR wraz z oprogramowaniem, komputerem i drukarką do stacji diagnostycznej”.

-Zp/27/PN-23/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dotyczy pkt V, wiersz 1 SIWZ:

„1) posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia - na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie”

Prosimy Zamawiającego o wskazanie jaką minimalną liczbę dostaw oraz o jakiej wartości (każda lub łącznie) ma wykazać Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia?

Odp. Zamawiający uzna warunek posiadania doświadczenia w zakresie świadczonych dostaw będących przedmiotem zamówienia za spełniony, w przypadku przedstawienia choćby jednej wykonanej dostawy zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z załączonym dokumentem (referencje) potwierdzającym, że dostawa została wykonana należycie.

Pyt. 2 dot. § 5 ust.2 wzoru umowy:

§ 5 (...)

*„2.Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający m.in. dostawę i montaż oraz **przeszkolenie personelu.**”*

Prosimy o odpowiedź w jakim wymiarze (ile godzin) Zamawiający oczekuje szkoleń oraz dla jakich grup stanowiskowych?

Odp. Szkolenie dla lekarzy, pielęgniarek oraz techników RTG. Szkolenie wstępne ok. 3 godzin i uzupełniające np. po miesiącu użytkowania sprzętu.

Pyt. 3 dot. § 7 ust.2 wzoru umowy w następujący sposób:

§ 7 (...)

*2.W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż **96** godzin od daty zgłoszenia awarii, z **wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy**”*

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o zmianę zapisu, umożliwiając w ten sposób przeprowadzenie niezbędnych działań zmierzających do zebrania możliwie szerokiego zakresu informacji na temat skutków awarii, objawów oraz jej genezy. Pozwoli to na sprawna i skuteczną naprawę po przyjeździe na miejsce.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 4 prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 8 wzoru umowy w następujący sposób:

W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

a) 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.

*b) **0, 1 %** wartości niewykonanej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu*

*umowy lub **0,1%** wartości wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 w przypadku zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii.*

*2.Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości **niewykonanej przedmiotu** umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.*

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1, **do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.**"

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Oraz o dodanie ustępów o następującej treści:

„Łączna suma kar umownych nie przekroczy 10% wartości przedmiotu umowy.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt.5 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 9 ust.1 wzoru umowy w następujący sposób:

§ 9

„1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym

w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 – powyżej 14 dni, z zastrzeżeniem zapisów o sile wyższej.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy paragrafu dotyczącego Siły Wyższej o następującej treści:

„Siła wyższa

Strony umowy nie są odpowiedzialne za skutki wynikające ze zdarzeń zewnętrznych, nie dających się przewidzieć, których skutkom normalnie istniejącymi środkami nie da się zapobiec. O przypadkach zaistnienia siły wyższej strony bezzwłocznie prześlą sobie związane z tym informacje.”

Uzasadnienie: Wykonawca dla ochrony interesu Stron prosi Zamawiającego o dodanie wskazanego zapisu. Żadna ze Stron nie może przewidzieć czy okoliczność zwana potocznie „siła wyższą” nastąpi, a tym bardziej nie jest w stanie przewidzieć czy i w jakim stopniu zaważy bądź wstrzyma możliwość realizacji zobowiązań umownych, które ciążyą przecież na obu Stronach.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy

Pyt. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w przypadku:

- Zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia, niezbędnych do realizacji zamówienia a skutkujących koniecznością przesunięcia terminu realizacji zamówienia?
- Zmiany przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie producenta (np. wycofanie z produkcji) z gwarancją dostawy przedmiotu o parametrach nie gorszych od oferowanych
- Zmiany ceny brutto przedmiotu umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
- Wystąpienia siły wyższej skutkującej koniecznością przesunięcia terminu realizacji zamówienia

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 7 dotyczy Pakietu nr 1 – Mobilny aparat RTG z ramieniem typu „C”:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, którego maksymalny prąd fluoroskopii ciągłej wynosi 8mA? Taka wartość prądu jest wystarczająca do wykonywania wszystkich badań na wysokim poziomie obrazowania i jest dobrana optymalnie do pozostałych elementów systemu obrazowania.

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający będzie wymagał lampy RTG posiadającej dwa ogniska? Jest to istotne ze względu na sposób zużywania się ognisk co ma wpływ na wydłużenie żywotności lampy. W lampie dwuogniskowej, proces zużywania się ognisk rozłożony jest na dwa ogniska, co za tym idzie rozmiary ognisk zmieniają się dużo wolniej. Stałość parametrów lampy RTG ma istotny wymiar w kontekście testów aparatu i jakości obrazu klinicznego.

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z lampą RTG o pojemności cieplnej lampy 46 kWh oraz pojemności cieplnej lampy z kołpakiem 953 kWh? Są to parametry termiczne różniące się od wymogu Zamawiającego nieznacznie i zapewniające ciągłą i komfortową pracę aparatu.

Odp. Nie

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat o orbitalnym obrocie ramienia C w zakresie 120°? Taki zakres pozwala na wykonywanie wszystkich projekcji w sposób komfortowy i bezpieczny.

Odp. Nie

5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym głębokość łuku wynosi 66 cm? Jest to wartość wystarczająca i nieznacznie różniąca się od wymogu Zamawiającego.

Odp. Tak

6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym zakres ruchu wzdłużnego wynosi $\pm 10^\circ$?

Odp. Nie

7. Czy, mając na względzie wysoką kulturę pracy oraz komfort i szybką obsługę dla personelu obsługującego aparat, Zamawiający będzie wymagał obsługi aparatu za pomocą dwóch ekranów dotykowych umieszczonych po obu stronach ramienia C z interfejsem w języku polskim? Ekrany takie mogą służyć również jako narzędzie do przeglądania i obróbki obrazów medycznych co ma duże znaczenie zwłaszcza w przypadku kiedy wózek z monitorami znajduje się w większej odległości od ramienia C.

Odp. Dopuszcza, lecz nie wymaga.

8. W pkt 34 Opisu technicznego Załącznika nr 1 do SIWS Zamawiający wymaga możliwości obrotu monitorów w pionie względem wózka. W oferowanym przez naszą firmę aparacie nie ma możliwości obrotu monitorów ze względu na łatwość przemieszczania i obracania wózka z monitorami. Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania do postępowania.

Odp. Dopuszcza, lecz nie wymaga.

9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym monitory posiadają przekątną obrazu 18"? Taki rozmiar monitorów jest wystarczający do prezentacji obrazów medycznych na wysokim poziomie oraz zapewnia wysoki komfort dla obsługi.

Odp. Tak

10. Czy Zamawiający będzie wymagał archiwizacji obrazów w formacie DICOM lub BMP na dysku CD wraz z wgrany viewerem oraz na przenośnej pamięci USB w formacie DICOM lub BMP?

Odp. Dopuszcza, lecz nie wymaga.

11. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym przestrzeń pamięci obrazowej ma pojemność 15000 obrazów? Mając na względzie szerokie możliwości archiwizacji badań jakie daje interfejs DICOM oraz możliwość nagrywania badań na CD lub pamięć USB, wymóg tak dużej pojemności dysku obrazowego nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Odp. Nie

12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, który nie posiada możliwości wyświetlenia obrazu importowanego z innych badań np. TK jako obrazu referencyjnego?

Odp. Nie

13. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, którego w konstrukcji ramienia „C” zastosowano połączenie kablowe odkryte pomiędzy samym ramieniem a jednostką jezdną? Jest to rozwiązanie o wysokiej niezawodności oraz łatwe do utrzymania higieny.

Odp. Tak

14. Czy Zamawiający będzie wymagał celownika laserowego umieszczonego na lampie rtg czy umieszczonego na wzmacniaczu obrazu czy też dwóch celowników laserowych umieszczonych zarówno na lampie jak i na wzmacniaczu obrazu?

Odp. Zamawiający wymaga celownika umieszczonego na wzmacniaczu.

Pyt. 8 dotyczy ramienia C punktu 16,17,19 oraz 26

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym:

- obrót orbitalny ramienia – wokół osi poprzecznej wynosi 135 °; **Odp. Nie**

- obrót orbitalny ramienia C (wokół osi poprzecznej) jest prawdziwie izocentryczny z możliwością dowolnego definiowania izocentrum w „wolnej przestrzeni”, lecz składający się z kilku sprzężonych płynnych ruchów; **Odp. Nie**

- głębokość łuku (cm) wynosi 68cm; **Odp. Tak**

- konstrukcja ramienia C posiada kabel łączący ramie C z wózkiem z ramieniem C (kabel nie jest ukryty)? **Odp. Tak**

Pyt. 9 dotyczy toru wizyjnego punktu 34

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym monitory zamiast obrotu w pionie, mają możliwość obrotu (pochylania) w poziomie? Funkcjonalność obrotu w pionie, względem wózka, w przypadku wózka na kółkach, nie jest tak istotna jak możliwość pochylenia. Mobilność systemu jaką chcemy Państwu zaoferować jest wyjątkowo duża, obrót całym wózkiem o kilka stopni nie stanowi żadnego problemu. Natomiast możliwość pochylenia monitorów umieszczonych na wózku jaką oferujemy, pozwala w dogodny sposób ustawić kąt, tak aby w zależności od wysokości operatora, podgląd obrazu był najbardziej optymalny.

Odp. Tak

Pyt. 10 dotyczy toru wizyjnego punktu 36

Czy Zamawiający dopuści system z dwoma monitorami 18,1"? niepełny cal różnicy w oferowanym przez naszą firmę rozwiązaniu, w żaden sposób nie wpływa na jakość obrazu. Oferowane przez nas monitory wykorzystują swoją poprzeczną powierzchnię w całości na wyświetlanie obrazu. Wszystkie dane dotyczące pacjenta, oraz parametrów ekspozycji są ułożone w rogach monitora, gdzie ze względu na okrągły kształt obrazu w żaden sposób nie kolidują z nim.

Odp. Tak

Pyt. 11 dotyczy toru wizyjnego punktu 31

Czy Zamawiający podwyższy wymóg ilości pól wzmacniacza obrazu do 3 pól? Mniejsze pole obrazowania pozwala na uzyskanie powiększenia optycznego obrazowanego obszaru. Podstawowe pole obrazowania to 23 cm, drugie pole to 15cm. Jednak niektóre firmy proponują lepsze rozwiązanie mające na celu zapewnienie dokładności obrazowania małych obszarów zainteresowania i proponują 3 polowe wzmacniacze. Trzecie pole o rozmiarze 10-11 cm, ma duże znaczenie neurochirurgii i ortopedii, gdzie często operator musi precyzyjnie ocenić położenie różnych implantów, czy też małych struktur.

Odp. Nie

Pyt. 12 dotyczy genertaora RTG punktu 3

Czy poprzez napięcie maksymalne (kV)min. 110 kV, Zamawiający wymaga, aby ten warunek był spełniony dla wszystkich trybów pracy podanych w punkcie 4? Czyli dla trybów: fluoroskopia ciągła, pulsacyjna oraz radiografia cyfrowa.

Odp. Tak

Pyt. 13 dotyczy genertaora RTG punktu 6

Zmawiający precyzyjnie określił minimalne wartości graniczne prądów dla fluoroskopii ciągłej oraz radiografii. Prosimy o sprecyzowanie, jaka jest wymagana minimalna wartość graniczna prądu dla fluoroskopii impulsowej? Ze względu na złożoność zabiegów, jakie Zamawiający planuje wykonywać przy pomocy ramienia C, optymalnym rozwiązaniem jest prąd min 20 mA.

Odp. 20 mA.

Pyt. 14 dotyczy genertaora RTG punktu 9

Rozumiemy, iż w tym punkcie, Zamawiający ma na myśli radiografię cyfrową?

Odp. Tak

Pyt. 15 dotyczy cyfrowego systemu obrazowania

Biorąc pod uwagę wymóg graniczny Zamawiającego, odnośnie skopii impulsowej z częstotliwością 8p/s, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie również wymagał oprogramowania zapewniającego akwizycję obrazów z szybkością 8 obrazów/s jak i możliwość ich odtwarzania (tzw cine loop)?

Odp. Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pyt. 16 dotyczy § 7 ust.2 Wzoru Umowy, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przez Zamawiającego w/w zapisu, zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 1, pkt.56, czyli uwzględnienie w

czasie reakcji serwisu dni roboczych oraz uszczegółowienie, że są one liczone od pn.-pt. i z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 17 dotyczy § 5 ust.6 Wzoru Umowy, rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawek podatku VAT, zmianie ulegnie cena brutto przedmiotu umowy?

Odp. Tak

Pyt. 18 dotyczy § 8 ust. 1 pkt.b) Wzoru Umowy, rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że kara za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, egzekwowana będzie w przypadku nieterminowej dostawy przedmiotu umowy przez Wykonawcę? W związku z tym, iż w jednym zapisie, Zamawiający określił dwie kary umowne za dwa różne uchybienia, zwracamy się z prośbą o zastąpienie słowa „lub” słowem „i” tj. według następującego brzmienia:

„02% niewykonanej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy i 0,2% wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 w przypadku zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii”.

Odp. Tak, ale również w przypadku nie przystąpienia do usuwania awarii. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 19 dotyczy pkt.V, ppkt.1 SIWZ Sposób oceny warunków, pkt.X, ppkt. 9 SIWZ Zawartość oferty, w związku z wymogiem przedstawienia wykonanych dostaw tym, na potwierdzenie posiadania doświadczenia przez Wykonawców w zakresie przedmiotu umowy, zwracamy się z prośbą o określenie minimalnej liczby tych dostaw.

Odp. Zamawiający uzna warunek posiadania doświadczenia w zakresie świadczonych dostaw będących przedmiotem zamówienia za spełniony, w przypadku przedstawienia choćby jednej wykonanej dostawy zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z załączonym dokumentem (referencje) potwierdzającym, że dostawa została wykonana należyście.

Pyt. 20 dot. pakietu nr 3

Pkt I. 8.

Zamawiający wymaga:

Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min 10 pikseli /mm , min 35 płyt /godz

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie skanera o przepustowości dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min 12 pikseli /mm wynoszącej 32 płyt /godz ?

Odp. Tak

Pkt I. 9.

Zamawiający wymaga:

Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi ,co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów:

15x30cm

18x24cm

24x30 cm

35x35cm

35x43cm

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie skanera obsługującego kasety do badań ogólnodiagnostycznych w formacie 20 x 25 cm zamiast formatu 18x24cm ?

Odp. Nie

Pkt I. 12.

Zamawiający wymaga:

Panel kontrolny z wyświetlaczem funkcji

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie skanera bez panela kontrolnego w skanerze?

Stan pracy skanera sygnalizowany jest diodami, natomiast pozostałe informacje dostępne są na konsoli technika.

Odp. Nie

Pkt II. 10.

Zamawiający wymaga:

Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płyta obrazową rozmiar 18x24 m, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli /mm-4szt

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kasety w do badań ogólnodiagnostycznych z płyta obrazową rozmiar 20x25 cm, skanowanych z rozdzielczością 12 pikseli /mm?

Odp. Nie

Pyt. 21

Załącznik nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 3, pkt. IV 5: „Akcesoria dodatkowe”

1. Prosimy o podanie rozmiaru (wzrost x szerokość klatki piersiowej) dla pozycji: „Garsonka ochronna, o równoważniku 0,50 mmPb (dla dorosłych), szt. 1”.
Odp. Rozmiar MEDIUM (110-120cm)
2. Prosimy o podanie rozmiaru (wzrost x szerokość klatki piersiowej) dla pozycji: „Garsonka ochronna, o równoważniku 0,50 mmPb (dla dzieci), szt. 1.” Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie poncho albo płaszcza ochronnego dla dzieci (w zamian garsonki)? W rozmiarach dziecięcych nie występują bowiem garsonki.

Odp. Zamawiający dopuszcza poncho.

Pyt. 22 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści kosz do kontenera do sterylizacji w rozmiarach 540 x 253 x 106, ponieważ rozmiar kosza podany w opisie przedmiotu zamówienia nie będzie pasował do rozmiaru wanny.

Odp. Tak

Dyrektor Szpitala

Mariola Dudziak