

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 200 000 EURO
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami)**

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego**
Adres zamawiającego: **ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) (dalej, jako Pzp).

I.Przedmiot zamówienia

Dostawy sprzętu i materiałów medycznych do procedur endowaskularnych w zakresie naczyń dogłowych i wewnątrzczaszkowych.

Pakiet nr 1 – Spirale embolizacyjne do tętniaków

Pakiet nr 2 – Spirale platynowe Bioaktywne pokryte PGA

Pakiet nr 3 – Spirale embolizacyjne do tętniaków

Pakiet nr 4 – Aparat do odczepiania spiral

Pakiet nr 5 – Mikrocewnik

Pakiet nr 6 – Mikrocewnik do dostarczania spiral

Pakiet nr 7 – Mikrocewnik do dostarczania spiral

Pakiet nr 8 – Mikrocewnik

Pakiet nr 9 – Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych

Pakiet nr 10 – Mikroprowadnik

Pakiet nr 11 – Mikroprowadniki o transmisji siły skrętnej 1:1

Pakiet nr 12 – Mikroprowadnik

Pakiet nr 13 – Mikroprowadnik

Pakiet nr 14 – Mikroprowadnik

Pakiet nr 15 – Cewnik prowadzący

Pakiet nr 16 – Cewnik superselektywny 3F o dużym świetle

Pakiet nr 17 – Stent modelujący przepływ w naczyniu z tętniakiem

Pakiet nr 18 – Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy o małych rozmiarach

Pakiet nr 19 – Stenty intrakranialne do remodelingu

Pakiet nr 20 – Stenty intrakranialne do remodelingu

Pakiet nr 21 – Balony do remodelingu wewnątrznaczyniowego

Pakiet nr 22 – Strzykawka inflacyjna do napełniania balonów do remodelingu

Pakiet nr 23 – Cewniki diagnostyczne do angiografii mózgowej

Pakiet nr 24 – Cewniki diagnostyczne

Pakiet nr 25 – Prowadniki hydrofilne nitinolowe

Pakiet nr 26 – Wkład do strzykawki automatycznej

Pakiet nr 27 – Przedłużacz wysokociśnieniowy, przedłużacz niskociśnieniowy

Pakiet nr 28 – Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA

Pakiet nr 29 – Introduktor udowy

Pakiet nr 30 – Pętla do usuwania ciał obcych

Pakiet nr 31 – Mikrokleszcze do usuwania ciał obcych

Pakiet nr 32 – System dostawczy do mikrokleszczy

Pakiet nr 33 – Materiał embolizacyjny do embolizacji naczynek na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu

Pakiet nr 34 – Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH

Pakiet nr 35 – Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH

Pakiet nr 36 – Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH

Pakiet nr 37 – Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH

Liczba pakietów – 37.

CPV: 33111710-1, 33141310-6, 33141200-2, 33140000-3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przekazania próbek przedmiotu zamówienia celu zweryfikowania zgodności z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Niedostarczenie próbek w określonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Formularz cenowy (dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na pakiety) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **(dalej jako: SIWZ)**, który należy wypełnić i dołączyć do oferty.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na poszczególne pakiety

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niepełnych w pakiecie.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek podatku VAT.

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 dotyczącymi przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl w zakładce « Przetargi ».

II. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

III. Termin realizacji zamówienia

Sukcesywnie przez okres **12 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

IV. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp.

V. Sposób oceny warunków

I.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	<u>na podstawie załączonego do oferty przetagowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj. :</u> 1) posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia dostaw będących przedmiotem zamówienia - na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2.	brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp	<u>na podstawie załączonego do oferty przetagowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj.</u> 1) posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru – na podstawie załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 2) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) posiadanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – na podstawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) posiadanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – na podstawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów wymienionych w:

- pkt. 2 tabeli:

a) ppkt. 1 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

b) ppkt. 2, 3 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że niee zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),

c) ppkt. 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,

d) ppkt. 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).

B) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

C) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

D) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

VI. Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w tabeli w Rozdz. V SIWZ, pkt. 1.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 pkt. 1-4 Pzp będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

VII. Wadium

Kwota wadium w PLN wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

dla pakietu nr 1: 6 750,00

dla pakietu nr 2: 1 240,00

dla pakietu nr 3: 7 000,00
dla pakietu nr 4: 23 328,00
dla pakietu nr 5: 260,00
dla pakietu nr 6: 750,00
dla pakietu nr 7: 375,00
dla pakietu nr 8: 750,00
dla pakietu nr 9: 160,00
dla pakietu nr 10: 400,00
dla pakietu nr 11: 750,00
dla pakietu nr 12: 134,00
dla pakietu nr 13: 1 065,00
dla pakietu nr 14: 355,00
dla pakietu nr 15: 750,00
dla pakietu nr 16 : 200,00
dla pakietu nr 17: 4 000,00
dla pakietu nr 18: 950,00
dla pakietu nr 19: 2 052,00
dla pakietu nr 20: 900,00
dla pakietu nr 21: 4 500,00
dla pakietu nr 22: 240,00
dla pakietu nr 23: 300,00
dla pakietu nr 24: 80,00
dla pakietu nr 25: 560,00
dla pakietu nr 26: 90,00
dla pakietu nr 27: 25,00
dla pakietu nr 28: 160,00
dla pakietu nr 29: 135,00
dla pakietu nr 30: 120,00
dla pakietu nr 31: 245,00
dla pakietu nr 32: 60,00
dla pakietu nr 33: 900,00
dla pakietu nr 34: 90,00
dla pakietu nr 35: 90,00
dla pakietu nr 36 : 90,00
dla pakietu nr 37: 110,00

DATA UZNANIA WPLATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 Pzp,
- 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
- 5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu, winno zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków umożliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po spełnieniu któregośkolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

VIII. Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07:00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach formalno prawnych: mgr Agnieszka Rudzka – Specj. ds. zam. publ. tel. (074) 6489700,

- w sprawach merytorycznych: lek. Maciej Miś – Koordynator Pracowni Radiologii Zabiegowej, tel. (074) 6489634 lub 631.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po **60 dniach** od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ
2.	Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium
3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp
4.	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
8.	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
9.	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.	Oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia posiada dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 107 poz. 679).

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy

XI. Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 - części jawnej,
 - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w ofercie, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed

upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - w terminie do dnia **09.05.2012** r. do godziny **10.00**.
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **09.05.2012** r. o godz. **10.15**.
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.
- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 100 pkt.

Przeliczenie punktów dla pakietu o wyższej cenie:

Cena najniższa pakietu x z oferty a

----- x 100 pkt. = ***ilość punktów dla pakietu x***

Cena wyższa pakietu x z oferty ocenianej ***z oferty ocenianej o wyższej cenie***

- 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
- 4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
- 6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
- 7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVI. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Zgodnie z załącznikiem nr 3 – wzór umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M

Mariola Dudziak

Dyrektor Szpitala

data zatwierdzenia: **23.03.2012 r.**

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 1

Spirale embolizacyjne do tętniaków

Wymagane parametry techniczne:

- spirale platynowe
- maksymalny stopień upakowania spirali wewnątrz tętniaka, wysokie wartości stosunku długości do średnicy pętli spirali
- wszystkie spirale z mechanizmem "stretch resistant" - uniemożliwiający rozerwanie spirali
- spirale o różnej sztywności, zróżnicowanych kształtach (trój- i dwuwymiarowe)
- zróżnicowane średnice, zakres: 1,5mm-20mm oraz długość spiral, zakres: 1-50cm
- system odłączenia spiral w mechanizmie przegrzania połączenia między spiralą a przewodnikiem „ electrostatic heating - czas wyczepienia poniżej 5 sekund

Ilość: 250 sztuk

Cena netto – 1 szt.zł., cena brutto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 2

Spirale platynowe Bioaktywne pokryte PGA

Wymagane parametry techniczne:

- spirale platynowe Bioaktywna pokryte PGA z czasem odłączania poniżej 5 sek., odłączane przez przegrzanie
- połączenia (electrostatic heating) między przewodnikiem a spiralą
- minimum 3 rodzaje kształtów spirali
- dostępność spiral długich do 50 cm
- pionowy przekrój spirali w kształcie trójkąta – delta

Ilość: 40 sztuk

Cena netto – 1 szt. zł, cena brutto 1 szt. -zł

Producent -

PAKIET NR 3

Spirale embolizacyjne do tętniaków

Wymagane parametry techniczne:

- spirale platynowe
- spirale odizolowane galwanicznie od popychacza
- system dźwiękowej i świetlnej sygnalizacji odłączenia spirali
- możliwość repozycjonowania spirali
- zmienna średnica pierwszego zwoju spirali 0,010" lub 0,015"
- zróżnicowane kształty oraz stopnie sztywności:
 - 360 st. - kształt przestrzenny, rotujące wewnątrz tętniaka, wersje sztywności: standart, soft, z mechanizmem "stretch resistant"-zapobiegającym rozerwaniu spirali
 - 3D - kształt koszyka
 - 2D - pierwszy zwój mniejszy o 1/4 od pozostałych, wersje sztywności: standart, soft, z mechanizmem "stretch resistant"
 - helikalne: wersje sztywności: soft, ultra soft
- zróżnicowane średnice zwojów od 2mm do 24mm
- zróżnicowane długości od 1cm do 40cm

Ilość: 250 sztuk

Cena netto – 1 szt.zł, cena brutto 1 szt.zł

Producent -

PAKIET NR 4

Aparat do odłączania spiral

wymagane parametry techniczne:

Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral embolizacyjnych odczepianych elektrolitycznie

Ilość 50 szt.

Cena netto –1 szt. zł, cena brutto 1 szt -zł.

Producent

PAKIET NR 5

Mikrocewnik

wymagane parametry techniczne :

- mikrocewnik o długości całkowitej 180cm, 165cm, 155cm , kompatybilny z mikroprowadnikiem 007” i 009”
- mikrocewnik o średnicy zewnętrznej ,w odcinku Dystalnym 1.2F 1.5F 1.8F ,w odcinku proxymalnym 2.7F
- dystalny odcinek mikrocewnika z możliwością kształtowania nad parą
- mikrocewnik z platynowym markerem w odcinku dystalnym

Ilość 20 szt.

Cena netto –1 szt. zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent:

PAKIET NR 6

Mikrocewnik do dostarczania spiral

wymagane parametry techniczne:

- Cewnik zbrojony – opłot przeciwsobny,
- Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą

wodną,

-Cewnik o rozmiarze 2,4F proksymalnie, 1,9F dystalnie, o świetle cewnika 0,017", dystalna część o długości 7,5 oraz 15 cm

-Dł. cewnika 150 cm

-Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral,

-Teflonowe światło wewnętrzne,

-Pokrycie hydrofilne na zewnątrz,

-Rekomendowany przewodnik 0,014"

Ilość : 50 sztuk

Cena netto –zł, cena brutto 1szt. -zł

Producent -

PAKIET NR 7

Mikrocewnik do dostarczania spiral

wymagane parametry techniczne:

-Cewnik zbrojony – opłot przeciwsobny,

-Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną,

-Różne typy cewników:

cewnik o rozmiarze 2,4F proksymalnie, 1,7F dystalnie, o świetle cewnika 0,0165", dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm

cewnik o rozmiarze 2,6F proksymalnie, 2,0F dystalnie, o świetle cewnika 0,019", dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm

-Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral,

-Teflonowe światło wewnętrzne,

-Pokrycie hydrofilne na zewnątrz,

-Rekomendowany przewodnik 0,014”

-Dostępne cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach 5 typów: 45⁰, 90⁰, J, C, S

Ilość 25 sztuk

Cena netto – zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent

PAKIET NR 8

Mikrocewnik

wymagane parametry techniczne:

- mikrocewniki do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych coil”ami elektroodczepialnymi

-dwa znaczniki w odległości 3 cm od siebie

-średnica odcinka dystalnego 1,8 Fr , proksymalnego 2,3Fr i 2,4Fr

-końcówka prosta , zagięta 45°i zagięta 90°

-hydrofilne pokrycie

-długość 100cm-150cm.

Ilość: 50 sztuk

cenna netto – 1szt.zł, cena brutto 1 szt. -zł

Producent -

PAKIET NR 9

Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych

Wymagane parametry techniczne:

- mikroprowadniki ze stali medycznej zakończone oplotem platynowym o długości 10cm lub 20cm
- zróżnicowana średnica mikroprowadników: 0,008" , 0,010" , 0,014" , 0,016"
- właściwości hydrofilne substancji pokrywającej mikroprowadnik
- zróżnicowana długość mikroprowadników: 175cm, 200cm, 300cm
- w zestawie torquer i introducer do wprowadzania prowadnika do koszulki lub Y-adaptera

Ilość: 20 sztuk

Cena netto – 1 szt. zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent -

PAKIET NR 10

Mikroprowadnik

wymagane parametry techniczne:

- Prowadnik o średnicy 0,010" oraz 0,014" i długości 182/205/300cm
- Rdzeń prowadnika wykonany ze stopu stali i tytanu.
- Dystalna część cieniująca na długości 39/60cm
- Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej
- Kształtowalny koniec o długości 2cm. z możliwością ponownej zmiany nadanego kształtu
- Dostępny w czterech wersjach sztywności:
 - o standard,
 - o soft tip,
 - o floppy
 - o platinum

Ilość : 50 sztuk

Cena netto – zł. cena brutto 1 szt -zł

Producent -

PAKIET NR 11

Mikroprowadniki o transmisji siły skrętnej 1:1

wymagane parametry techniczne:

-Prowadnik o średnicy 0,012” oraz 0,014” i długości 200/300 cm

-Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją.

-Dystalna część cieniująca na długości 35/45/55cm.

-Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej

-Dostępny w dwóch wersjach sztywności:

- o standard
- o support

Ilość : 50 sztuk

Cena netto – zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent

PAKIET NR 12

Mikroprowadnik

wymagane parametry techniczne:

- mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych

- kształtowalna końcówka – 2cm.

-długość mikroprowadnika 205cm.

-platynowy dystalny odcinek dla lepszej widoczności w RTG

Ilość 20 sztuk

cena netto – 1szt.zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent -

PAKIET NR 13

Mikroprowadnik

wymagane parametry techniczne:

-średnice 0,011” 0,014” 0,016” 0,018” ; długość 180 cm

-długość giętkiej końcówki (taper) 80 mm – bardzo dobra giętkość i ułatwiony dostęp do drobnych dystalnych mikronaczyń – wszystkie określane jako „floppy”

-kończówka zagięta 45° lub 70°

-złoty marker na końcu (obrączka 2mm) – bardzo dobra widoczność w skopii

-wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie

-hydrofilna otoczka „M-coat”

-zaokrąglona, atraumatyczna końcówka

Ilość: 150 sztuk

Cena netto –1 szt. zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent -

PAKIET NR 14

Mikroprowadnik

wymagane parametry techniczne:

-średnice 0,012”, 0,016” ; długość 180, 200 cm

- długość giętkiej końcówki (taper) 25 cm (standard) lub 35 cm (flexible)
- końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4mm, podwójnie zagięta 90° + 150°, zagięta w kształcie J 1.5 mm
- złoty marker na końcu – złota 2 cm sprężynka – bardzo dobra widoczność w skopii
- wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie
- hydrofilna otoczka „M-coat”
- zaokrąglona, atraumatyczna końcówka

Ilość: 50 sztuk

Cena netto –1 szt. zł, cena brutto 1 szt – zł

Producent –

PAKIET NR 15

Cewnik prowadzący

wymagane parametry techniczne:

- cewniki zbrojone - opłot z podwójnego drutu ze stali medycznej
- zmienna sztywność segmentów cewnika
- długość od 90cm do 100cm
- zróżnicowane średnice oraz światło cewnika: 5F/0,053", 6F/0,064", 7F/0,073", 8F/0,086, 9F/0,099"
- miękka atraumatyczna końcówka cieniująca w promieniach rtg
- zróżnicowane kształty końcówek: >9 typów

Ilość: 150 sztuk

Cena netto – 1 szt. zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent –

PAKIET NR 16

Cewnik superselektywny 3F o dużym świetle

wymagane parametry techniczne:

- Cewnik o średnicy 3.0/2.8F prox/dyst i świetle 0,027” na całej długości
- Cewnik zbrojony włóknem poliestrowym w części proksymalnej i drutem platynowym w części dystalnej.
- Polerowane zakończenie z platynowym markerem
- Pokrycie hydrofilne na całej długości
- Wewnętrzne światło z PTFE
- Długości 105/115/135cm, miękka część dystalna 10 lub 20cm

Ilość: 20 sztuk

Cena netto –zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent

PAKIET NR 17

Stent modelujący przepływ w naczyniu z tętniakiem

wymagane parametry techniczne:

- Implant samorozprężalny o dużej sile radialnej, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka
- Implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynowych
- Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici wolframowe wewnątrz struktury plecionki stentu Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,027”
- Przeznaczony do zmian w naczyniach o średnicy:2,5-4,0mm
- Zakres długości stentu zewnętrznego/wewnętrznego:19/8 – 33/18mm

Ilość: 10 sztuk

Cena netto –zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent

PAKIET NR 18

Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy o małych rozmiarach

wymagane parametry techniczne:

- Stent pleciony wykonany z nitinolu
- Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii
- Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,017”
- Przeznaczony do rozmiarów zmian :
2mmx17 mm ; 2mmx25 mm; 2,5mmx16mm ; 2,5mmx24mm;
3mm x17 mm; 3mm x22 mm

Ilość: 10 sztuk

Cena netto – 1 szt. zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent –

PAKIET NR 19

Stenty intrakranialne do remodelingu

wymagane parametry techniczne:

- stent nitinolowy, samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu
- średnica stentu 4,5mm, zróżnicowane długości od 14mm do 37mm
- markery na obu końcach stentu widoczne w promieniach rtg

- "marker" pozycyjny" na przewodniku pozwalający pozycjonować stent w stosunku do szyj i tętniaka

- stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021" zaopatrzonym w dwa markery w odcinku dystalnym w odległości 5cm, profil zewnętrzny mikrocewnika proksymalnie/dystalnie: 2,8F/2,3F

- system dostarczany z kompatybilnym mikrocewnikiem 0,021 dołączanym wraz ze stentem

Ilość: 20 sztuk

Cena netto – 1 szt.zł , cena brutto 1 szt -zł

Producent -

PAKIET NR 20

Stenty intrakranialne do remodelingu

Wymagane parametry techniczne:

- stent nitinolowy samorozprężalny

- konstrukcja niezależnych koron połączonych przęsłami

- fabrycznie przygotowany system dostawczy o średnicy proksymalnie/dystalnie 3F/2,8F, "over the wire"

- cewnik dostawczy pokrywany hydrofilnie

- "oczka" stentu pozwalające na przejście cewnika o średnicy 2F

- stent o minimalnej skracalności, dopasowujący się do kształtu światła naczynia

- platynowe markery na końcach stentu

- zróżnicowane średnice stentu od 2,5mm do 4,5mm oraz zróżnicowane długości stentu od 15mm do 30mm

Ilość: 10 sztuk

Cena netto – 1 szt. zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent –

PAKIET NR 21

Balony do remodelingu wewnątrznacyniowego

Wymagane parametry techniczne:

- cewnik balonowy o śr. 4mm lub 7mm i średnicy przejścia 2,3F 2,5F lub 3,5F
- zróżnicowane długości balonów: 4mm, 7mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm
- średnica balonu zależna od objętości wypełnienia
- cewnik długości 150cm
- balony o zróżnicowanym kształcie przestrzennym, po wypełnieniu dopasowujące się do światła naczynia zwłaszcza w obrębie podziału głównego pnia

Ilość: 150 sztuk

Cena netto – 1 szt. -zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent –

PAKIET NR 22

Strzykawka inflacyjna do napełniania balonów do remodelingu

Wymagane parametry techniczne:

- wizualna skala podanej objętości preparatu
- dźwiękowa informacja o podawanej stałej objętości preparatu
- pojemność 1ml

Ilość: 200 sztuk

Cena netto – 1 szt. zł....., cena brutto 1 szt -zł

Producent -

PAKIET NR 23

Cewniki diagnostyczne do angiografii mózgowej

Wymagane parametry techniczne:

- średnica cewników 4F, 5F, 6F światło cewników 0,035", 0,038"
- cewnik zbrojony drutem stalowym w proksymalnym odcinku, wolframem w części dystalnej celem dobrej wizualizacji w promieniach rtg
- zróżnicowane rodzaje krzywizn końcówki cewnika celem selektywnego cewnikowania naczyń

Ilość: 300 sztuk

Cena netto – zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent -

PAKIET NR 24

Cewniki diagnostyczne :

Wymagane parametry techniczne:

- cewniki diagnostyczne typu flush, selective do angiografii tt. obwodowych i mózgowych
- trójwarstwowa ściana z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem
- w warstwie środkowej zbrojone pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej
- dystalne 10 cm bez oplotu, miękka poliuretanowa końcówka
- 5 Fr, kompatybilne z 0,038" gw, różne długości 65, 80, 100, 110 cm
- różne krzywizny, z otworami bocznymi lub bez

Ilość: 100 sztuk

Cena netto –1 szt.zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent -

PAKIET NR 25

Prowadniki hydrofilne nitinolowe

wymagane parametry techniczne:

- średnice 0,018" / 0,025" / 0,032" / 0,035"
 - długości 50, 80, 120, 150 cm, 180 cm, 220, 260, 300
 - długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm, long=5 cm
 - rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na złamanie struktury podłużnej, rdzeń wykonany „z jednego kawałka”, kontrola trakcji 1:1
 - w poliuretan zatopione nitki wolframowe
 - atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu
 - trwała powłoka hydrofilna
 - z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J / krzywizna Bolia
 - dostępny w wersji o standardowej sztywności, sztywnej, półsztywnej
 - dostępny w wersji z kształtowalną końcówką
- **Ilość: 400 sztuk**
 - Cena netto –1 szt. - zł, cena brutto 1 szt. -
 - Producent -.....

PAKIET NR 26

Wkład do strzykawki automatycznej

wymagane parametry techniczne:

-wkład 150 ml pasujący do strzykawki automatycznej Mark V Pro Vis

Ilość: 300 sztuk

Cena netto -1 szt. - zł....., cena brutto -zł.

Producent -

PAKIET NR 27

Przedłużacz wysokociśnieniowy

wymagane parametry techniczne:

-przedłużacz wysokociśnieniowy długość 120cm

-maksymalnie dopuszczalne ciśnienie 8 MPA

Ilość: 150 sztuk

Cena netto –1 szt.zł, cena brutto 1 szt –zł

Producent -

Przedłużacz niskociśnieniowy

wymagane parametry techniczne:

-przedłużacz uniwersalny niskociśnieniowy długość 120cm

Ilość: 200 sztuk

Cena netto –1 szt., cena brutto 1 szt -zł

Producent -

PAKIET NR 28

Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA

wymagane parametry techniczne:

- pięć wielkości 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 mikrometrów

- objętość 2 ml w roztworze soli fizjologicznej

- precyzyjnie skalibrowany rozmiar mikrosfer do celowanej embolizacji naczyń o określonej średnicy

- ściśliwe (ściśliwość 30 %) – odkształcają się czasowo w celu łatwiejszego pasażu przez cewnik, po dostarczeniu w miejsce embolizacji powracają do swojego pierwotnego kształtu i nie ulegają fragmentacji
- barwione na kolor niebieski w celu wizualizacji w trakcie przygotowania i podawania
- pakowane w strzykawki kodowane kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru mikrosfer
- kompatybilność z mikrocewnikiem: 100-300 : 0,010” / 300-500: 0,014” / 500-700: 0,021” / 700-900: 0,023” / 900-1200: 0,035”
- brak ryzyka blokowania mikrocewnika
- stała wielkość sfer w wybranej frakcji

Ilość: 20 sztuk

Cena netto –1 szt. -zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent -

PAKIET NR 29

Introduktor udowy

wymagane parametry techniczne:

- koszulka o długości 10 cm
- koszulka wykonana z ETFE , średnice 6, 7, 8 Fr
- atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką
- atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza ułatwiają wprowadzenie koszulki do światła tętnicy
- boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność
- silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym,

zapewniającą łatwe wprowadzanie i manewrowanie cewnikiem oraz szczelność

- ucho do szwu chirurgicznego

- w części dystalnej zatopiony marker platynowo-irydowy, bardzo dobrze widoczny w skopii

Ilość: 300szt.

Cena netto –1 szt., cena brutto 1 szt -zł,

Producent -

PAKIET NR 30

Pętla do usuwania ciał obcych

wymagane parametry techniczne:

· Pętla wykonana w postaci nitinolowego przewodnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą

· Pętla wykonana z połączanego drutu wolframowego

· W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli

· Rozmiary pętli:

-Pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długości przewodnika 65 lub 120cm, cewnik prowadzący 4 lub 6F

- Mikropętla: średnice 2/4/7mm, długości przewodnika 175/200cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst.

Ilość: 10 sztuk

Cena netto –1 szt.zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent -

PAKIET NR 31

Mikrokleszcze do usuwania ciał obcych

wymagane parametry techniczne:

- Urządzenie posiadające cztery platynowe mikroszczęki w postaci zagiętych pasków metalu osadzonych na końcu przewodnika
- Przewodnik zbudowany w oparciu o stalowy rdzeń w platynowym oplocie
- Szczęki umieszczone koncentrycznie względem przewodnika, kątowno, tak że wsunięcie przewodnika z kleszczami z powrotem do wnętrza mikrocewnika powoduje zaciśnięcie szczęk na materiale przeznaczonym do usunięcia.
- Kompatybilne z dowolnym mikrocewnikiem o świetle 0,021" (niebędącym częścią składową zestawu)
- Rozmiar szczęk (średnica rozwarcia) 2/3/4/5mm

Ilość:5 sztuk

Cena netto –1 szt.....zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent -

PAKIET NR 32**System dostawczy do mikrokleszczy****wymagane parametry techniczne:**

- Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i świetle 0,021".

Ilość: 5 sztuk

Cena netto –1 szt..... zł, cena brutto 1 szt. -.....zł

Producent –

PAKIET NR 33

Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyńiaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu

wymagane parametry techniczne:

Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH

DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH

Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie

Dostępny w trzech lepkościach 18, 24 oraz 34.

W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki.

Ilość 30 szt.

Cena netto –1 szt.....- zł, cena brutto 1 szt. -zł

Producent -

PAKIET NR 34

Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH

wymagane parametry techniczne:

Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,012, o średnicy zewnętrznej 2,3/1,7F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,015”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm, cewnik pokrywany hydrofilnie.

Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,014, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/1,9F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,017”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm, cewnik pokrywany hydrofilnie.

Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker,

cewnik pokrywany hydrofilnie.

Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.

Ilość 5 szt.

Cena netto –1 szt. zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent –

PAKIET NR 35

Mikrocewnik infuzyjny typu" Flow Directed" kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH

wymagane parametry techniczne:

Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,010".

Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 3,0/1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,012".

Mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej

Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 35 lub 42cm.

Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika

Pokrycie hydrofilne na całej długości

Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego

Ilość 5 szt.

Cena netto –1 szt.zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent

PAKIET NR 36

Mikrocewnik infuzyjny typu" Flow Directed" kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH

wymagane parametry techniczne:

Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,010”.

Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,3F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013”.

Mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej

Mikrocewnik o dużej odporności na załamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23mm bez załamania

Mikrocewnik z dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550g obciążenia bez deformacji.

Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm

Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika

Pokrycie hydrofilne na całej długości

Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego

Ilość 5 szt.

Cena netto –1 szt. zł, cena brutto 1 szt -zł

Producent

PAKIET NR 37

Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH

wymagane parametry techniczne:

Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,010”.

Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki

średnica cewnika 1,9F

Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm

Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym.

Mikrocewnik z dużej wytrzymałości ciśnieniowej– wytrzymałość ponad 411PSI statycznego ciśnienia.

Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm

Dystalne markery obrazujące początek I koniec segment odczepialnego cewnika

Objętość zalegająca mniejsza niż 0,23ml

Ilość 5 szt.

Cena netto –1 szt. zł, cena brutto 1 szt -.....

Producent

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego
na **«Dostawy sprzętu i materiałów medycznych do procedur endowaskularnych w zakresie naczyń dogłowych i wewnątrzczaszkowych» – Zp/28/PN-24/12.**

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON:

NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

3. Oferujemy dostawę towaru zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), na pakiety nr za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę) :

„netto” PLN, (słownie:

..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:

..... złotych).

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA DOSTAWY Nr Zp/28/PN-24/12

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, **wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016**

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

.....

§ 1

1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na **«Dostawy sprzętu i materiałów medycznych do procedur endowaskularnych w zakresie naczyń dogłównych i wewnątrzczaszkowych»** ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu nr ogłoszenia.

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem – pakiet nrstanowi integralną część umowy.

§ 2

1.Przedmiotem umowy jest dostawa wyszczególnionych w ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwotyzł netto (słownie:)+ podatek VAT w należnej wysokości.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt medyczny o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem.

§ 4

1. Przedmiot umowy, o których mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie asortyment posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 12-miesięczny okres ważności od daty dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:
 - a) dla zamówień bieżących – do 5 dni,
 - b) dla zamówień „na cito” – do 48 godzin.
4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 a, b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.
5. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w pkt. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 9 umowy przy czym kara będzie naliczana od wartości opóźnionej dostawy.
6. Zamawiający ma prawo do składania pisemnych reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury.
7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

§ 5

1. Strony zgodnie postanawiają, iż będzie utworzony skład konsygnacyjny.
2. Ustala się następujące zasady prowadzenia składu konsygnacyjnego:
 - a) Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu sprzęt medyczny zgodnie z § 2 pkt. 1 niniejszej umowy,
 - b) wydanie produktów będzie potwierdzone dwustronnie podpisanym protokołem wydania określającym szczegółowo ilość i asortyment produktu. Protokół będzie sporządzany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Odbioru produktów dokonywać będzie osoba upoważniona przez Zamawiającego do koordynacji składu konsygnacyjnego;
 - c) produkty do chwili zużycia przez szpital stanowią własność Wykonawcy;
 - d) po pobraniu towaru ze składu na potrzeby własne szpital będzie sporządzał zbiorcze zestawienie zużytego towaru wskazując jego kod katalogowy, serię i ilość sztuk i przekazywał je Wykonawcy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zużycia;
 - e) zestawienie, o którym mowa w lit. d) będzie stanowiło podstawę do sporządzenia faktury za dostawę;
 - f) Wykonawca uzupełni skład w terminie 5 dni na własny koszt stosownie do pisemnego zapotrzebowania Zamawiającego;
 - g) Wykonawca ma prawo do dokonania inwentaryzacji składu 1 raz w kwartale w terminie uzgodnionym z koordynatorem składu, o którym mowa w lit. b);

- h) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę produktów znajdujących się w składzie jeżeli uszkodzenie, zniszczenie lub utrata jest następstwem działania siły wyższej.

§ 6

1. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.
2. Poszczególne faktury wystawiane będą na dany pakiet przetargowy.
3. Na każdej fakturze Wykonawca winien wpisać nr umowy przetargowej i nr pakietu.
4. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek podatku VAT.

§ 7

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony przedmiot umowy zgodnie z fakturą, w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - 1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”,
 - 2) 10 % wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 9 pkt.1.

§ 10

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia
(12 miesięcy).
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.

3.W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- Kodeksu Cywilnego

- Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.).

2.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 dot. przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY