



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 29.03.2012 r.

DZPZ-530-Zp/33/PN-29/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy: szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk, elektrod ICG, jednorazowych butelek z nakrętką, elementów zużywalnych kompatybilnych z systemem ortoskopowym firmy Smith & Nephew, testów i naboń, obłóżeń na neurochirurgię, elektrod do stymulacji serca aktywnych, prostych przedsiionkowo – komorowe oraz introducery do wprowadzania elektrod, stymulatorów serca DDDR dwujamowe z MRI – Zp/33/PN-29/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe butelki z gwintem, podziałką i nakrętką o pojemności 150ml pakowane sterylnie po 5 szt., wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A, gotowe do bezpośredniego użytku?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją

Pytanie 2, dot. pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe butelki z gwintem, podziałką i nakrętką o pojemności 80ml pakowane sterylnie po 10 szt., wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A, gotowe do bezpośredniego użytku?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją

Pytanie 3

Czy w pakiecie nr 5, poz. 5 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na polskie odpowiedniki naboń do sterylizatora Steri Vax 5XL, które są dużo tańsze i spełniają wszystkie normy wymagane dla posiadanego urządzenia?

Odp. Nie

Pytanie 4

Czy w pakiecie nr 5, poz. 3 oraz 4 Zamawiający wymaga, aby na każdym wskaźniku znajdowało się oznaczenie obowiązujących norm?

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga by zaoferowany integrator chemiczny klasy 5 do pary wodnej posiadał 2 odrębne okienka do odczytu jednoznacznego wyniku?

Odp. Nie

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M, zawierające 100 gram czystego EO, były zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora?

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakietu nr 1

Czy szczotka ma być wykonana z drewna czy z tworzywa oraz czy włókno którą zostanie nabita ma być naturalne (tutaj wchodziła by w grę tylko szczecina dobrej jakości) czy może być sztuczne np. PA6, czy szczotka ma być też nabita dwustronnie. Proszę podać sugerowaną wielkość takiej szczotki. Czy pakowanie może być wszystkich szczotek w opakowaniu wielosztukowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza szczotki wykonane z drewna lub z tworzywa, dopuszcza nabicie szczotki naturalne lub sztuczne. Szczotki mają być nabite dwustronnie, wielkość 10,5 cm, pakowane pojedynczo- sterylnie.