



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 24.04.2012 r.

DZPZ-530-Zp/37/PN-32/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy: szczotek do chirurgicznego mycia rąk, elementów zużywalnych kompatybilnych z systemem ortoskopowym firmy Smith & Nephew, okularków do fototerapii, cewników centralnych, igieł do nephrostomii, zestawów do drenażu lędźwiowego i worków do drenażu, przewodnic do rurek intubacyjnych, łyżek do laryngospów, przewodnic do trudnej intubacji – Zp/37/PN-32/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu 1

Czy Szczotki do chirurgicznego mycia rąk, odporne na wysoką temperaturę przeznaczone do sterylizacji w autoklawie w 134°C, wielorazowego użytku mogą mieć oprawę drewnianą?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakietu 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk wielorazowe z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 132°C do 30minut.

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakietu 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w rozmiarach: S, M, L?

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakietu 7, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści przewodnice odpowiednio:

Rozmiar	Długość (mm)	Dla rurek o rozmiarze I.D. (mm)
6Fr/Ch	302	< 3,5
10Fr/Ch	382	4,0- 5,0
14Fr/Ch	382	5,5

Odp. Tak jak w SIWZ.



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 5, dot. projektu umowy §8 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8:

2) 10 % wartości **niezrealizowanej części umowy** – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 6, dot. pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści igły do nefrostomii w rozmiarze 17,5G x 20 cm?

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakietu 5

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 6 drenażu o następujących parametrach:

Zestaw do drenażu lędźwiowego z komorą 120ml z podziałką w zestawie z –

- zespół drenażowy
- cewnik lędźwiowy o zamkniętej końcówce, impregnowany barem, 80cm, średnica wewnętrzna 0,7mm, średnica wewnętrzna 1,5mm
- igła Tuchy o rozmiarze 14, długość 9cm z końcówką Huber
- drut prowadzący z regulowanym ogranicznikiem
- element odprężający
- występy mocujące 2 sztuki do szycia
- łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem
- tępo zakończona igła o rozmiarze 20
- torebka drenażowa 700ml
- linka pleciona
- skala taśmowa ciśnienia z podziałką
- zawór jednokierunkowy antyrefluksyjny (zastawka)
- łącznik T, port do próbkowania płynu

Odp. Tak, dopuszczamy.