



ISO 9001



Akredytacja CMJ

***Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych***

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/39/PN-34/12

Wałbrzych, 30.04.2012r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawę zestawu systemu CR wraz z oprogramowaniem, komputerem i drukarką do stacji diagnostycznej”.

-Zp/39/PN-34/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. pkt. IV. 8 załącznika nr 1 do SIWZ: Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt został podłączony, skonfigurowany w sposób umożliwiający pracę z istniejącym serwerem pacs, w ramach posiadanej przez Zamawiającego licencji.

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający poniesie we własnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty związane z podłączeniem i skonfigurowaniem sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę, które mogą wystąpić po stronie dostawcy istniejącego systemu PACS?
2. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest przecząca, to czy Zamawiający uwzględnił w budżecie przewidzianym na realizację w/w postępowania dodatkowe koszty związane z podłączeniem i skonfigurowaniem sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę, które mogą wystąpić po stronie dostawcy istniejącego systemu PACS?

Odp. Zamawiający w zał. nr 1 do SIWZ w ostatnim 8 punkcie określił, że podłączenie ma zostać zrealizowane w ramach posiadanej (zakupionej przez Zamawiającego) licencji i nie przewiduje się w związku z tym dodatkowych kosztów.