



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 15.05.2012 r.

DZPZ-530-Zp/42/PN-37/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy: elementów zużywalnych kompatybilnych z systemem ortoskopowym firmy Smith & Nephew, okularków do fototerapii, igieł do nephrostomii, zatyczek, kaptureków zabezpieczających układ oddechowy 22 F, jednorazowych smoczków do karmienia, szklanych butelek niemowlęcych z podziałką, jednorazowych układów oddechowych do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków techniką NCPAP, cewników do embolektomii, portów dożylnych, protez głosowych, układów oddechowych – Zp/42/PN-37/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu 2

Czy Zamawiający wymaga okularków o niżej podanych parametrach i rozmiarach:

1. Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednocześnie, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażniania skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 45 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 20-28 cm .
2. Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednocześnie, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażniania skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 50 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 24-33 cm
3. Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednocześnie, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażniania skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 60 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 30-38 cm

Każda sztuka okularów pakowana pojedynczo posiadająca oznaczenie rozmiaru.

Odp. Dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 2, dot. pakietu 11

Czy Zamawiający dopuszcza układy mikrobiologicznie czyste.? O niżej podanych parametrach:
Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora dla dorosłych, średnica wew. rury 19mm, pułapka wodna na wdechu i na wydechu, długość ramienia wdechowego i wydechowego 150cm, długość rury respirator-nawilżacz 50cm, w komplecie 2 dreny ciśnieniowe. Produkt biologicznie czysty.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją

Pytanie 3, dot. pakietu 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji nr 1 tj. Obwód oddechowy jednorazowego użytku dla noworodków kompatybilny z respiratorem MAQUET. (Obwód oddechowy jednorazowego użytku dla noworodków i dzieci do respiratorów, posiadających spiralną grzałkę, w drewnie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej ; z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. W kpl. dren proksymalny. Część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu. Posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układów do respiratorów SERVO I. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Układ sterylizowany lub mikrobiologicznie czysty.

Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietu.

Pytanie 4, dot. pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści igły do nefrotomii 17,5G zamiast 18G?

Odp. Tak



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 5, dot. pakietu 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarze S, M, L z jedną regulowaną opaską?



Odp. Zgodnie ze specyfikacją

Pytanie 6, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zapisu w § 8:

2) 10% **niezrealizowanej** wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 1

Czy w poz. 2. chodzi o Shaver Dyonics Power (jest shaker)?

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakietu nr 1

Czy w związku z tym, iż ostrza pakowane i sprzedawane są po 6 sztuk Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 48 czy 54 sztuk (tj. 8 czy 9 opakowań)?

Odp. 54 sztuki (9 opakowań).