



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 18.05.2012 r.

DZPZ-530-Zp/43/PN-38/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy implantu do stabilizacji dynamicznej międzywyrostkowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa” – Zp/43/PN-38/12.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podanych niżej rozwiązań o takim samym przeznaczeniu.

„Implant do stabilizacji dynamicznej międzywyrostkowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa”

- stabilizator międzywyrostkowy dostosowany do anatomii międzywyrostkowej wykonany z biopolimeru Peek Optima, którego własności sprężyste zbliżone są do własności sprężystych kości – **Odp. TAK,**
- stabilizator składający się z korpusu z możliwością współpracy z elastyczną taśmą poliestrową, pełniącą funkcję cięgna oraz 2 zacisków tytanowych, w korpusie umiejscowione są markery, które umożliwiają radiologiczną identyfikację wszczepionego implantu, posiada on również stałe ramiona oraz ruchome zabieraki, które po rozłożeniu tworzą tzw. „kołyskę”, obejmującą wyrostki kolczyste – **Odp. NIE,**
- kształt oraz zakres wymiarowy implantu (8-16mm, skok co 2mm) uwzględnia uwarunkowania anatomiczne przestrzeni międzywyrostkowej – **Odp. TAK,**
- instalowanie małoinwazyjne, z dostępu jednostronnego przy zachowaniu więzadła nadkolczystego – **Odp. TAK,**
- w instrumentarium narzędzia umożliwiające zwiększenie odległości pomiędzy sąsiadującymi wyrostkami kolczystymi – **Odp. TAK.**