



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 25.05.2012 r.

DZPZ-530-Zp/45/PN-40/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę respiratora stacjonarnego – 6 kpl. wraz z odebraniem i utylizacją 3 sztuk respiratora NPB 7200 – Zp/45/PN-40/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Ad pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści respirator o optymalnym zakresie ciśnienia zasilania w powietrze od 2,7 do 6,0 bar? Taki zakres jest całkowicie zgodny z wymaganiami stawianymi centralnym systemom zasilania w gazy.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści respirator o optymalnym zakresie ciśnienia zasilania w tlen od 2,7 do 6,0 bar? Taki zakres zasilania jest całkowicie zgodny z wymaganiami stawianymi centralnym systemom zasilania w gazy.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt.12

Czy Zamawiający dopuści respirator wspomagający oddech spontaniczny wyłącznie na poziomie niskiego ciśnienia. Zapobiega to niekontrolowanemu wzrostowi ciśnienia szczytowego.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator do IT, który w przypadku bezdechu podaje oddech wymuszony VCV z regulowaną częstością oddechową i objętością oddechu?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści respirator bez oddzielnej opcji wspomagania oddechu spontanicznego objętością VS wyposażony w opcję proporcjonalnego wspomagania oddechu spontanicznego (PPS-



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

proportional pressure suport), która umożliwia oddzielną regulację stopnia wspomagania objętościowego VS i przepływowego FS?

Przy FS = 0% występuje wyłącznie wspomaganie objętościowe oddechu spontanicznego VS.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści respirator, w którym szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszanych objętościowo – kontrolowanych regulowany jest zakres 6-120 l/min? Jest to zakres wystarczający do wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator wyposażony w częściowo ciśnieniowy wyzwalacz oddechowy o stałej wartości czułości ciśnienia 0,2 cmH₂O współpracujący z regulowanym wyzwalaczem przepływowym?

Zapobiega to artefaktom i występowaniu zjawisk autocyklu.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator do IT podający takie samo stężenie tlenu jak podczas normalnej wentylacji, umożliwiający wstawienie wyższej części oddechów przy występowaniu bezdechu?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 40

Czy Zamawiający dopuści aparat umożliwiający kształtowanie fal oddechowych za pomocą parametru kształtu fali przyspieszenia przepływu RAMP dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych, natomiast dla oddechów objętościowo kontrolowanych stosujących optymalny opadający kształt fali przepływu?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 44

Czy Zamawiający dopuści respirator wspomagający oddech spontaniczny wyłącznie na poziomie niskiego ciśnienia? Zapobiega to niekontrolowanemu wzrostowi ciśnienia szczytowego.

Odp. Tak jak w SIWZ.



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Ad pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści respirator z kompensacją przecieków do 30 l/min dla dorosłych i 15 l/min dla dzieci? Jest to zakres całkowicie wystarczający przy stosowaniu nowoczesnych akcesoriów do NIV.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 54

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator umożliwiającą prezentację 24 godzinnych trendów wybranych 8 (ze wszystkich dostępnych) parametrów nastawianych i mierzonych wentylacji? Jest o całkowicie wystarczające do oceny prowadzonej terapii oddechowej.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 55

Czy Zamawiający dopuści respirator, w którym wszystkie elementy układy pacjenta wraz z czujnikami przepływu podlegają jednoczesnej sterylizacji i wymianie między pacjentami? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze z punktu widzenia zakażeń szpitalnych.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 60

Czy Zamawiający dopuści respirator prezentujący wartość wentylacji minutowej przecieku?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 61

Czy Zamawiający dopuści respirator prezentujący wartość wentylacji minutowej przecieku?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 62

Czy Zamawiający dopuści respirator prezentujący wartość wentylacji minutowej przecieku?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 70

Czy Zamawiający dopuści respirator prezentujący kalkulowaną z nastawionych parametrów oddechowych wartości I:E?

Ułatwia to znacznie nastawianie parametrów czasowych wentylacji.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 76

Czy Zamawiający dopuści respirator z prezentacją podatności dynamicznej nie wymagającej przeprowadzenia manewru pomiarowego?



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 78

Czy Zamawiający dopuści respirator mierzący opory płuc pacjenta na podstawie analizy krzywych oddechowych bez konieczności stosowania manewru pomiarowego?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Ad pkt. 81

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator ustawiający automatycznie poziom alarmu dla tego parametru? Nastawianie ręczne tego parametru przy zmiennych z reguły przeciekach jest rozwiązaniem przestarzałym.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 96

Czy Zamawiający dopuści respirator bez wydzielonego alarmu zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta wyposażony w układ alarmowy wykrywający załamanie drenów oddechowych?

Wydzielony alarm zatkania gałęzi wydechowej to rozwiązanie unikalne, występujące tylko w respiratorach NBP 840 i wymaganie takie nie powinno zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych znaleźć się w wymaganiach granicznych SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 105

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator wyposażony w wydechowy filtr przeciwbakteryjny umożliwiający jednak pracę również tego elementu układu pacjenta? Postawione wymagania to rozwiązanie unikalne, występujące tylko w respiratorach Tyco 840 i wymaganie takie nie powinno zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych znaleźć się w wymaganiach granicznych SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 107

Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w synchroniczny nebulizator pneumatyczny?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie dot. SIWZ.

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować jakie są minimalne terminy dotyczące w/w aspektów tj. termin gwarancji i terminu płatności?

Odp. Termin gwarancji 24 m-ce, termin płatności 30 dni.



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Paragraf 5 ust. 4

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tego zapisu umowy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Paragraf 6 ust. 1

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu poprzez zmniejszenie liczby bezpłatnych przeglądów do jednego w okresie gwarancji.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Paragraf 6 ust. 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu umowy poprzez wydłużenie czasu przystąpienia do usunięcia awarii do 48 godzin roboczych od jej zgłoszenia.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Paragraf 6 ust. 1

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„0,2 % wartości sprzętu dostarczonego ze zwłoką – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.