



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 20.06.2012 r.

DZPZ-530-Zp/52/PN-47/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy opakowań i materiałów sterylizacyjnych – Zp/52/PN-47/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy w pakiecie nr 1, poz. 6 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy foliowo – papierowe w rozmiarze 21 cm? Różnica 1 cm na korzyść Zamawiającemu pozwoli nam na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Odp. Tak

Pytanie 2

Czy w pakiecie nr 1, poz. 9 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy foliowo – papierowe w rozmiarze 40 cm / 200 m?

Odp. Tak

Pytanie 3

Czy w pakiecie nr 1, poz. 1-10 Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo – foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Czy w pakiecie nr 1, poz. 1 – 10 Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo – foliowych kierunek otwierania opakowania umieszczony był wyłącznie od strony papieru? Takie umiejscowienie wymaga od personelu kontroli wizualnej pakietu od strony papieru, która jest bardziej podatna na uszkodzenia niż folia, a zatem wpływa na bezpieczeństwo stosowanych narzędzi po procesie sterylizacji

Odp. Dopuszcza się, aby kierunek otwierania był oznaczony zarówno od strony folii jak i od strony papieru.



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1 - 10) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Nie

Pytanie 6

Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji o wymiarze 35cm x 200m lub 40cm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 38cmx200m?

Odp. Dopuszcza tylko 40cmx200m

Pytanie 7

Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji o wymiarze 40cm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 42cmx200m?

Odp. Tak

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo – foliowo o gramaturze papieru 70 g/m², czyli o lepszych, wyższych parametrach barierowości szczególnie w stanie mokrym, poza tym wyższa gramatura wykazuje wyższą wytrzymałość mechaniczną ?

Odp. Tak

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowych do sterylizacji, które posiadają na rękawie informacje wymagane przez Zamawiającego, w tym informację o szerokości rękawa, informacja o długości rolki znajduje się na opakowaniu zbiorczym?

Odp. Tak

Pytanie 10

Czy bieg terminów dostaw ma przypadać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Nie



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 11

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Tak

Pytanie 12

Prosimy Zamawiającego o określenie jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp. Zamawiający nie udziela odpowiedzi na takie pytania.

Pytanie 13

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany ceny brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 14

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EURO lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięczna wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Nie

Pytanie 15

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu wystawienia faktury z podaniem numeru umowy przetargowej oraz numeru pakietu na fakturze, lecz w załączniku do faktury?

Odp. Nie