



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 20.06.2012 r.

DZPZ-530-Zp/54/PN-49/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy : portów dożylnych, układów oddechowych, elektrod do defibrylatora, zestawu do drenażu klatki piersiowej, zestawu do bezpiecznej punkcji opłucnej, pojemników próbek śluzu, łączników do rurek intubacyjnych, zestawów do wymiennej balonowej gastrostomii, ustników, aparatów kroplowych do przetaczania cysto statyków, szczotek cytologicznych, masek nagłośniowych, szyn unieruchamiających na palec, koców – Zp/54/PN-49/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 4

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pakiecie nr 4 równoważnych zestawów do drenażu klatki piersiowej, jednorazowych, wielokomorowych-funkcjonalnie odpowiadających zestawom czterokomorowym, komora zbiorcza 2500ml, pracujących bezgłośnie, z mechanicznym regulatorem siły ssania oraz możliwością monitorowania ciśnienia śródopłucnowego, posiadających wygodne porty membranowe do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej, płyta czołowa zestawu przezroczysta, półprzezroczyste pozostałe ściany dla ułatwienia odczytu poziomu płynów

Odp. Oddział potrzebuje stale monitorować podciśnienie w jamie opłucnej przez to wymaga zaoferowania drenażu z osobną komorą manometryczną.

Pytanie 2, dot. wzoru umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę doprecyzowanie zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 3, dot. wzoru umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

dla zamówień bieżących – do 5 dni roboczych,

dla zamówień „na cito” – do 48 godzin w dniu roboczym.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 4, dot. wzoru umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 a, b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy, po ponownym wezwaniu do realizacji zamówienia”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 5, wzoru umowy § 4 ust. 7

Czy Zamawiający może wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 6, wzoru umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający może wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie z fakturą, w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 7, wzoru umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ustępu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 14 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 8, dot. wzoru umowy § 8 ust. 1 podpunkty 1) i 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 9, dot. wzoru umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odp. Nie, została wszczęta likwidacja i nie znajdujemy się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową.

Pytanie 11, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 pozwoli zaoferować ustniki nie zawierające lateksu, co pozytywnie wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia u pacjenta reakcji alergicznej, ustniki o średnicy otworu 20x20mm z tasiemką mocującą, w opakowaniu 100szt., każdy ustnik pakowany oddzielnie?

Odp. Nie

Pytanie 12, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 pozwoli zaoferować szczotkę cytologiczną o śr. osłonki 1,8mm, dł. robocza 1200mm, dł. szczoteczki 15mm, śr. szczoteczki ok. 2mm, minimalna śr. kanału roboczego 2,0mm, osłonka zamykana metalową kulą po dokonaniu cytologii?

Odp. Tak

Pytanie 13, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o długości 12 mm.

Odp. Tak

Pytanie 14, dot. pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 1 poz. 1 dopuści złożenie oferty z portem w kształcie delty, posiadającym trzy otwory mocujące pozwalające na jego pewne umocowanie, wyposażonym w cewnik wykonany z miękkiego poliuretanu o średnicy wew. 1,0 (przepływ 14 ml/min) i długości 750mm, pełny zestaw wprowadzający, zgodnie z opisem w SIWZ oraz igłę ze skrzydełkami 22Gx25mm oraz igłę prostą 22Gx32mm pakowaną w osobne sterylizacyjne opakowanie?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 15, dot. pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 1 poz. 2 dopuści złożenie oferty z portem w kształcie delty, posiadającym trzy otwory mocujące pozwalające na jego pewne umocowanie, o wysokości nieznacznie większej od wymaganej tj. 10,4mm wyposażonym w cewnik wykonany z miękkiego poliuretanu o średnicy wew. 1,0 (przepływ 14 ml/min) i długości 750mm, pełny zestaw wprowadzający, zgodnie z opisem w SIWZ oraz igłę ze skrzydełkami 22Gx25mm oraz igłę prostą 22Gx32mm pakowaną w osobne sterylizacyjne opakowanie, z kaniulą wyjściową łączącą port z cewnikiem umieszczoną centralnie ?



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 16, dot. pakietu nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 1 poz. 3 dopuści złożenie oferty z portem w kształcie delty, posiadającym trzy otwory mocujące pozwalające na jego pewne umocowanie, o wysokości nieznacznie większej od wymaganej tj. 10,4mm wyposażonym w cewnik wykonany z miękkiego poliuretanu o średnicy wew.1,0 (przepływ 14 ml/min) i długości 750mm, pełny zestaw wprowadzający, zgodnie z opisem w SIWZ oraz igłę ze skrzydełkami 22Gx25mm oraz igłę prostą 22Gx32mm pakowaną w osobne sterylizacyjne opakowanie, z kaniulą wyjściową łączącą port z cewnikiem umieszczoną centralnie ?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 17

Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi dopuści, w zakresie pakietu nr 1, składanie ofert na poszczególne pozycje asortymentowe ?

Odp. Nie

Pytanie 18, dot. pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania płynu z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły odsysania i dodatkową nakrętką jak na zdjęciu o pojemności 40ml skalowany co 5ml?

Odp. Tak jak w specyfikacji

Pytanie 19, dot. pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga ustnika do endoskopu sterylnego?

Odp. Nie

Pytanie 20, dot. pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ustnik do endoskopu o wymiarach otworu głównego 20x27mm?

Odp. Nie

Pytanie 21, dot. pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ustnik do endoskopu z opaską wykonaną z silikonu?

Odp. Tak

Pytanie 22, dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zapisu w § 8:

2) 10% **niezrealizowanej** wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 23, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści bronchoskopową szczoteczkę cytologiczną chowaną do osłonki o średnicy włosia 1.9 mm i długości roboczej 100 cm, minimalnej średnicy kanału roboczego 2.0 mm- zgodnie z wymogami SIWZ?

Odp. Nie

Pytanie 24, dot. wzoru umowy § 4 ust. 3 oraz ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy podane w tym ustępie liczony były w dni robocze?

Odp. Nie

Pytanie 25, dot. wzoru umowy § 4 ust. 3 pakiet 9 i 11

Czy ze względu na fakt, że przedmiotem umowy w tych pakietach nie są leki i wyroby ratujące życie, Zamawiający zrezygnuje z dostaw „na cito” dla pakietu 9 i 11, a tym samym wyrazi zgodę na wykreślenie kary umownej za zwłokę w dostawie „na cito” (par. 8 ust. 1.1)?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 26, dot. pakietu nr 11

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie maksymalnej średnicy części roboczej. W związku z tym, że narzędzie ma być do kanału roboczego o średnicy 2,0mm czy Zamawiający miał na myśli i wymaga maksymalnej średnicy narzędzia 1,8mm (a nie 18mm)?

Odp. Zaszła pomyłka winno być maksymalna średnica części roboczej 1,8mm

Pytanie 27

Prosimy o informację czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Odp. Nie, Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Pytanie 28, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający oczekuje układu oddechowego, składającego się z dwóch ramion oddechowych, łącznika Y oraz Łącznika kąтового z luerlock?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 29, dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający oczekuje łączników kątowych o średnicy 1,5 cm (średnica przy końcu łączącym się z obwodem oddechowym) oraz długości 4,5 cm (wg SIWZ Zamawiający podał 4,5mm)?

Odp. Łącznik prosty, opis jak w SIWZ.



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 30, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej przeźroczystej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH₂O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port igłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezłateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną?

Odp. Nie

Pytanie 31, dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończony układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), dwóch strzykawk Luer lock 60ml i 10ml, worka do drenażu 2000ml, skalpela do nacięcia skóry oraz łącznika do systemu drenażowego?

Odp. Dopuszcza

Czy Zamawiający w **pozycji 1** wymaga, aby zestawy posiadały cewnik w przynajmniej dwóch rozmiarach standardowy (9Ch lub mniej) oraz większy (12Ch lub więcej), który umożliwi efektywne drenowanie krwi?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 32, dot. pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści do przetargu w poz. 1-4 porty okrągłe, z 4 otworami mocującymi, z kaniulą umieszczoną centralnie, z cewnikiem wykonanym ze specjalnego (opatentowanego) poliuretanu, o dł. 76cm?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Czy w poz. 1 zamawiający dopuści do przetargu porty o wysokości 11,5mm, śr. wewnętrznej 1mm i zewnętrznej 1,9mm, z igłami Hubera 20G x 19mm?



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Czy zamawiający dopuści do przetargu w poz.2 i 3 cewnik o śr. wewn. 1mm i średnicy zewn. 1,9mm oraz igły ze skrzydełkami 20G x 19mm?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Czy zamawiający dopuści do przetargu w poz. 4 port z cewnikiem poliuretanowym o śr. wewn. 1mm i długości 76cm z igłami Hubera o rozmiarze 20G x 19mm, bez pokrycia z zewnątrz i wewnątrz heparyną. Proponowany materiał ze względu na gładkość powierzchni nie wymaga dodatkowych środków zmniejszających niebezpieczeństwo okluzji?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Czy zamawiający dopuści do przetargu w poz. 5 port o wysokości 11,5mm, z cewnikiem poliuretanowym o śr. wewn. 1mm i długości 76cm z igłami Hubera o rozmiarze 20G x 19mm, bez pokrycia z zewnątrz i wewnątrz heparyną? Proponowany materiał ze względu na gładkość powierzchni nie wymaga dodatkowych środków zmniejszających niebezpieczeństwo okluzji.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 33, dot. pakietu nr 11

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 11 szczotek cytologicznych o długości roboczej 1200mm i średnicy osłonki 5Fr.

Odp. Nie

Pytanie 34, dot. pakietu nr 9

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 9 ustników wykonanych z polietylenu z regulowaną nie lateksową opaską.

Odp. Tak

Pytanie 35

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostaw bieżących do 7 dni?

Odp. Nie

Pytanie 36, dot. pakietu nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zestawu do drenażu klatki piersiowej o następujących parametrach:

- jednorazowy
- trójkomorowy zawierający zastawkę wodną spełniającą rolę czwartej komory
- komora zbiorcza 2300 ml
- pracujący cicho z możliwością wyciszenia za pomocą regulatora



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

- siła ssania regulowana za pomocą słupa wody
- membranowe (igłowe, samouszczelniające) porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej
- przezroczysta płyt człowa drenażu.

Odp. Nie

Pytanie 37, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pozycji 1 port naczyniowy z cewnikiem silikonowym 7,5 FR : port tytanowy, wysokość portu 13,5 mm, waga portu 12,5 g, silikonowa membrana o średnicy 11,9 mm, komora o objętości 0,7 ml, boczne ułożenie kaniuli wyjściowej względem komory portu, owalny kształt przekroju komory ułatwiający oczyszczanie portu, niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy. Rozmiary dla cewnika: średnica wewnętrzna 1,4 mm; średnica zewnętrzna 2,5 mm; rozmiar 7,5 FR; długość 660mm. + Zestaw do implantacji portu :

zestaw zawiera:

- port
- cewnik
- igłę stalową prostą 22Ga
- igłę wprowadzającą 18 Ga
- tępą igłę
- dwie strzykawki 10ml
- igłę do wlewu Life Guide z motylkiem,drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu ukłuciu przy usuwaniu igły
- rozszerzadło z prowadnicą typu „J” dł.500mm
- tunelizator
- prowadnicę z rozrywalną koszulką
- mechanizm mocujący cewnik z kaniulą wyjściową portu
- port kompatybilny ze środowiskiem MRI

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 38, dot. pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pozycji 2 port naczyniowy z cewnikiem poliuretanowym 6,6 Fr: port tytanowy, wysokość portu 11,4 mm; waga portu 10g, silikonowa membrana o średnicy 10,21 mm, komora o objętości 0,4 ml, boczne ułożenie kaniuli wyjściowej względem komory portu, owalny kształt przekroju komory ułatwiający efektywne oczyszczanie portu, niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy. Rozmiary dla cewnika: średnica wewnętrzna 1,4 mm; średnica zewnętrzna 2,2 mm; rozmiar 6,6 FR; długość 550 mm. + Zestaw do implantacji portu

zestaw zawiera:

zestaw zawiera:

- port



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

- cewnik
- igłę stalową prostą 22Ga
- igłę wprowadzającą 18 Ga
- tępą igłę
- dwie strzykawki 10ml
- igłę do wlewu Life Guide z motylkiem,drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu ukłuciu przy usuwaniu igły
- rozszerzadło z prowadnicą typu „J“ dł.500mm
- tunelizator
- prowadnicę z rozrywalną koszulką
- mechanizm mocujący cewnik z kaniulą wyjściową portu
- port kompatybilny ze środowiskiem MRI

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 39, dot. pakietu nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pozycji 3 port naczyniowy z cewnikiem poliuretanowym 6,6 Fr: port tytanowy, wysokość portu 11,4 mm; waga portu 10g, silikonowa membrana o średnicy 10,21 mm, komora o objętości 0,4 ml, boczne ułożenie kaniuli wyjściowej względem komory portu, owalny kształt przekroju komory ułatwiający efektywne oczyszczanie portu, niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy. Romiary dla cewnika: średnica wewnętrzna 1,4 mm; średnica zewnętrzna 2,2 mm; rozmiar 6,6 FR; długość 550 mm. + Zestaw do implantacji portu

zestaw zawiera:

- port
- cewnik
- igłę stalową prostą 22Ga
- igłę wprowadzającą 18 Ga
- tępą igłę
- dwie strzykawki 10ml
- igłę do wlewu Life Guide z motylkiem,drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu ukłuciu przy usuwaniu igły
- rozszerzadło z prowadnicą typu „J“ dł.500mm
- tunelizator
- prowadnicę z rozrywalną koszulką
- mechanizm mocujący cewnik z kaniulą wyjściową portu
- port kompatybilny ze środowiskiem MRI

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 40, dot. pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pozycji 2 port naczyniowy z cewnikiem poliuretanowym 6,6 Fr: port tytanowy, wysokość portu 11,4 mm; waga portu 10g, silikonowa membrana o średnicy 10,21 mm, komora o objętości 0,4 ml, boczne ułożenie kaniuli wyjściowej względem komory portu, owalny kształt przekroju komory ułatwiający efektywne oczyszczanie portu, niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy. Romiary dla cewnika: średnica wewnętrzna 1,4 mm; średnica zewnętrzna 2,2 mm; rozmiar 6,6 FR; długość 550 mm. + Zestaw do implantacji portu

zestaw zawiera:

- port
 - cewnik
 - igłę stalową prostą 22Ga
 - igłę wprowadzającą 18 Ga
 - tępą igłę
 - dwie strzykawki 10ml
 - igłę do wlewu Life Guide z motylkiem, drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu ukłuciu przy usuwaniu igły
 - rozszerzadło z prowadnicą typu „J” dł.500mm
 - tunelizator
 - prowadnicę z rozrywalną koszulką
 - mechanizm mocujący cewnik z kaniulą wyjściową portu
- port kompatybilny ze środowiskiem MRI

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 41, dot. pakietu nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pozycji 2 port naczyniowy z cewnikiem poliuretanowym 6,6 Fr: port tytanowy, wysokość portu 11,4 mm; waga portu 10g, silikonowa membrana o średnicy 10,21 mm, komora o objętości 0,4 ml, boczne ułożenie kaniuli wyjściowej względem komory portu, owalny kształt przekroju komory ułatwiający efektywne oczyszczanie portu, niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy. Romiary dla cewnika: średnica wewnętrzna 1,4 mm; średnica zewnętrzna 2,2 mm; rozmiar 6,6 FR; długość 550 mm. + Zestaw do implantacji portu

zestaw zawiera:

- port
- cewnik
- igłę stalową prostą 22Ga
- igłę wprowadzającą 18 Ga
- tępą igłę
- dwie strzykawki 10ml



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

- igłę do wlewu Life Guide z motylkiem, drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu ukłuciu przy usuwaniu igły
- rozszerzadło z prowadnicą typu „J” dł.500mm
- tunelizator
- prowadnicę z rozrywalną koszulką
- mechanizm mocujący cewnik z kaniulą wyjściową portu
- port kompatybilny ze środowiskiem MRI

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 42, dot. wzoru umowy, §4, pkt. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy, w §4, pkt. 3 prosimy zmienić na :

„3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

- a) dla zamówień bieżących – do 5 dni roboczych
- b) dla zamówień na cito – do 48 godzin przypadających w dni robocze”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 43, dot. wzoru umowy, §6, pkt. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy

„5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany stawek w podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wartość brutto, natomiast wartość netto zaoferowanego asortymentu pozostanie bez zmian.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 44, dot. wzoru umowy, §8, pkt. 1.1)

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy;

W §8, pkt. 1.1) prosimy zmienić na:

„1) 0,2% wartości nie dostarczonej partii towaru – za każdy dzień zwłoki (...)

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 45, dot. pakietu nr 13

Czy zamawiający w punkcie 1. Rozmiar S rozumie szynę w rozmiarze 200x20, w punkcie 2. Rozmiar M rozumie szynę w rozmiarze 400x10, w punkcie 3. Rozmiar L rozumie szynę w rozmiarze 500x50?

Odp. Nie