



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 20.06.2012 r.

DZPZ-530-Zp/53/PN-48/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy: myjni, wózka do przewożenia pacjentów, aparatu do mierzenia ciśnienia śródpowięziowego, aparatu do mierzenia ciśnienia NIBP, szyny BRAUNA, inhalatora dziecięcego, szyny do ćwiczeń, wózków inwalidzkich, materacy przeciwodłęzynowych – Zp/53/PN-48/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu 2

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej wynoszącej 2050 mm?

Odp. Nie dopuści.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek z mechaniczną regulacją wysokości za pomocą śruby w zakresie 550 – 950 mm?

Odp. Dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 550 – 950 mm?

Odp. Dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wymaga, by wózek posiadał pod przeziernym leżem prowadnicę i miejsce na kasetę RTG, płynnie przesuwaną pod całym leżem?

Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza prowadnicę na kasetę RTG.

5. Czy Zamawiający dopuści wózek bez listew odbojowych dookoła leża, lecz z kółkami odbojowymi umieszczonymi w narożach wózka? Skoro leże ma być przezierny dla promieni RTG, to jest bezsensowne umieszczać ramę ze stali pod leżem, na której te listwy odbojowe byłyby zamontowane. A kółka odbojowe doskonale chronią wózek i przedmioty wokół przed uszkodzeniem.

Odp. Dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści wózek bez pasów do unieruchamiania pacjenta?



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Nie dopuści.

Pytanie 2, dot. pakietu 2

1. Czy Zamawiający dopuści przedmiot o wymiarach : długość 214 cm, szerokość 84 cm?

Odp. Dopuści.

2. Czy Zamawiający dopuści przedmiot o hydraulicznej wysokości w zakresie 60-97 cm?

Odp. Dopuści.

Pytanie 3, dot. pakietu 1

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o mocy całkowitej 5,05 kW? Moc taka pozwala na optymalne zestawienie cech zużycia prądu w stosunku do czasu cyklu ?

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wolnostojące o wymiarach 1630 mm x 545 mm x 475 mm? Rozwiązanie takie pozwala na przechowywanie kanistrów z środkiem odkamieniającym wewnątrz urządzenia, co jest rozwiązaniem dalece bardziej higienicznym jak i estetycznym ?

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, które archiwizuje błędy urządzenia a nie całe cykle? Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane w myjniach-dezynfektorach do kaczek i basenów i zgodne z normą PN-EN 15883?

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakietu 1

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wolnostojące?

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 450mm, głębokości 580mm i wysokości 1320mm?

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o konstrukcji ze stali nierdzewnej z komorą mycia frontem i pokrywą górną wykonaną z trwałych polimerów?

Odp. Nie

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 2 programami wybieranymi z panelu głównego a pozostałymi w pamięci urządzenia?

Odp. Nie



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

5.Czy Zamawiający wymaga urządzenia z pompą detergentu. Dodatkowy płyn myjący zwiększa efektywność czyszczenia, w szczególności zabrudzenia naczyń sanitarnych tłustymi maściami?

Odp. Nie

6.Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji dostawy do 9 tygodni?

Odp. Nie

7.Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez uszczelnienia labiryntowego?

Odp. Nie

Pytanie 5, dot. pakietu 2

1.Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 211cm?

Odp. Dopusći.

2.Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji oparcia pleców w zakresie 0-87 stopni?

Odp. Dopusći.

3.Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości w zakresie 60-92cm lub 56-93?

Odp. Dopusći.

4.Czy Zamawiający dopuści wózek bez listwy ochronnej lecz z odbojnikami?

Odp. O ile odbojniki w postaci kółek są na rogach wózka to dopuści.

5.Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami o gumie czarnej?

Odp. Dopusći.

6.Czy Zamawiający dopuści wózek o udźwigu 180kg?

Odp. Dopusći.

7.Czy Zamawiający dopuści wózek bez pasów do unieruchamiania pacjenta?

Odp. Nie dopuści.

8.Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji dostawy do 3 tygodni?

Odp. Tak jak w SIWZ

9.Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji ze stali malowanej proszkowo i poręczach bocznych ze stali nierdzewnej?

Odp. Nie dopuści. Tylko stal nierdzewna.



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 6, dot. pakietu 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia w całości wykonanych ze stali szlachetnej o wymiarach zewnętrznych:

szerokość - 500mm, głębokość - 450mm, wysokość- 1730 mm

Proponowana wysokość - rozwiązanie od lat stosowane w wielu firmach umożliwiających umieszczenie komory myjąco-dezynfekującej z otwieranymi z frontu drzwiami (na których umieszczone są wypełnione naczynia) na optymalnej wysokości co gwarantuje lepszą ergonomię pracy dla Personelu obsługi.

Odp. Nie

2. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na schładzanie i suszenie naczyń sanitarnych metodą "Cool and Dry" przy użyciu tylko powietrza bez potrzeby używania do schładzania zdezynfekowanej wody?

Chłodzenie powietrzem jest zgodne zarówno z Polską Normą PN EN ISO 15 883-3 oraz gwarantuje możliwość bezpośredniego użycia naczyń po zakończeniu cyklu pracy. Naczynia są suche bez skroplin na powierzchni co dodatkowo eliminuje możliwość namnażania się bakterii. Ponadto rozwiązanie takie jest eksploatacyjnie tańsze ze względu na niższe zużycie wody i prądu.

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający dopuści uszczelkę gumową do drzwi komory o specjalnym przekroju labiryntowym, gwarantującą paroszczelność urządzenia oraz o długotrwałym okresie użytkowania.

Odp. Nie

Pytanie 7, dot. pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów o długości 209cm? Jest to parametr odbiegający tylko 1 cm.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z zakresem regulacji oparcia pleców od 0 do 65°?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wykonany z profili stalowych pokryty lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące? Pozostałe elementy tj. barierki boczne, wieszak kroplówki i szczyty będą ze stali nierdzewnej.

Odp. Tak



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Czy Zamawiający wymaga, aby regulacja wysokości realizowana była poprzez pompę hydrauliczną uruchamiającą dźwignię nożną. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla personelu obsługującego wózek.

Odp. Nie wymaga

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów z regulacją wysokości w zakresie 570 do 910 mm?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych bez listew odbojonych? Wózek będzie posiadał odboje chroniące wózek przed uderzeniami.

Odp. Dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z udźwigniem do 180 kg?

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek inwalidzki z głębokością siedziska wynoszącą 41cm?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek inwalidzki wykonany z konstrukcji stalowej?

Odp. Tak

Pytanie 9, dot. pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 10, dot. pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwodleżynowy o poniższych cechach:

- Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniają się i opróżniają na przemian co druga.

Odp. Tak

- Materac jednowarstwowy (kładziony na materac szpitalny); z możliwością łatwego przekształcenia w dwuwarstwowy (kładziony na ramę łóżka); Matera wyposażony w zintegrowaną kieszeń na materac podkładowy o grubości minimum 4 cm

Odp. Tak



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

- wysokość komór materaca 10 cm

Odp. Od 10 do 20 cm

- materac zbudowany z 18 komór poprzecznych wykonanych z PCV wzmocnionego nylonem, wyposażony w mocowania zabezpieczające

Odp. Tak

- cicha pompa z manualnym, bezstopniowym regulatorem ciśnienia wyposażona w haki umożliwiające zawieszenie na ramię łóżka

Odp. Tak

- czas cyklu pracy 5 minut, zakres ciśnienia 10-60 mmHg, wydajność pompy nie mniej 61/min

Odp. Tak

- materac pokryty półprzepuszczalnym wzmocnionym pokrowcem poliuretanowym, wielokierunkowo rozciągliwym, z możliwością mycia i dezynfekcji

Odp. Tak

- system przeznaczony dla pacjentów o wadze do 150 kg włącznie.

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakietu 7

- rejestrowanie łącznego czasu terapii pacjenta – Czy ten punkt dotyczy indywidualnego zapisu terapii na kartach chip wielokrotnego użytku?

Odp. Tak

Pytanie 12, dot. pakietu 2

1. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pleców realizowaną za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0° do 90°, co jest lepszym parametrem niż wymagany?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacji wysokości wózka w zakresie min. 630-980 mm?

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuści wózek o całkowitej długości 2110 mm, co stanowi różnicę 1 cm niż wymagany?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i środki dezynfekcyjne?

Odp. Tak



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

5. Czy Zamawiający dopuści wózek ze zdejmowanym materacem mocowanym na rzepy, bez uchwyty do podnoszenia chorego?

Odp. Nie

6. Jakiej min. grubości materac wymaga Zamawiający i czy ma być przezierny dla promieni RTG?

Odp. Nie ma minimalnej grubości, natomiast musi być przezierny dla promieni RTG.

7. Czy Zamawiający wymaga aby wózek wyposażony był w pozycje Trendelenburga i Anty-Trendelenburga w zakresie co najmniej +/- 18°?

Odp. Nie wymaga

8. Czy Zamawiający wymaga aby wózek był wyposażony w teleskopowy, składany wieszak infuzyjny 2 lub 3 częściowy z regulacją wysokości i z łatwością użycia jedną ręką?

Odp. Tak

9. Czy Zamawiający wymaga aby wózek wyposażony był w tzw. piąte koło kierunkowe? Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem przez personel med.

Odp. Nie

10. Czy Zamawiający wymaga aby wózek wyposażony był w barierki boczne składane wzdłuż leża, o wysokości powyżej 32 cm i długości co najmniej 140 cm, co skutecznie zabezpiecza pacjenta przed wypadnięciem z wózka?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

11. Czy Zamawiający wymaga aby wózek wyposażony był w przezierny leż dla promieni RTG na całej długości leża oraz pod leżem znajdował się uchwyt na kasetę RTG dostępny z prawej bądź lewej strony?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

12. Czy Zamawiający wymaga aby wózek miał składane rączki/uchwyty do prowadzenia, co ułatwia dostęp do pacjenta podczas np. akcji reanimacyjnej?

Odp. Nie

Pytanie 13, dot. pakietu 7

Czy w związku z ciężarem urządzenia i koniecznością przemieszczania go pomiędzy pacjentami Zamawiający wymaga podstawy jezdnej w zestawie z oferowanym urządzeniem?

Odp. Tak



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 14, dot. pakietu 8

Czy zamawiający dopuści wózek inwalidzki o parametrach:

1. Szerokość siedziska 41 lub 43 lub 46
2. Głębokość siedziska 42 cm
3. Max obciążenie 115 kg

Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 15, dot. pakietu 9

Czy zamawiający dopuści materac p/odleżynowy bąbelkowy o parametrach:

- wysokość materaca 6,5
- maksymalne obciążenie- 100 kg

Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 16, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści myjnię o następujących parametrach: szerokość 500 x głębokość 450 x wysokość 1375 mm (wersja zawieszana na ścianie)

Odp. Tak