



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600
www.zdrowie.walbrzych.pl

fax 74/ 64 89 746
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/47/PN-42/12

Wałbrzych, 21.06.2012r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Kompleksową dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, diagnostyki ogólnej moczu oraz zainstalowanie laboratoryjnej sieci komputerowej”.

-Zp/47/PN-42/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dotyczy Pakietu nr 3 - pkt. 6 parametrów granicznych dla analizatorów hematologicznych (Załącznik nr 1 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści analizatory hematologiczne 5 diff, które do pomiaru WBC oraz ich różnicowania wykorzystują źródło światła białego (polichromatycznego)?

Odp. Nie

Pyt. 2 dotyczy Pakietu nr 3 - pkt. 13 parametrów granicznych dla analizatorów hematologicznych (Załącznik nr 1 do SIWZ)

Co Zamawiający rozumie przez zapis: „Oznaczanie próbek pediatrycznych”?

Odp. Możliwość wykonania morfologii krwi z ilości 40-150µl. Patrz pkt. 18 Pakiet nr 3.

Pyt. 3 dotyczy Pakietu nr 3 - pkt. 16 parametrów granicznych dla analizatorów hematologicznych (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiający zamierza oznaczać płytki krwi rutynowo metodą optyczną?

Odp. Nie.

Pyt. 4 dotyczy Pakietu nr 3 - pkt. 16 parametrów granicznych dla analizatorów hematologicznych (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny 5 diff, wykorzystujący do oznaczania PLT pomiar impedancji?

Odp. Nie jeśli jest to jedyna metoda pomiaru PLT zastosowana w analizatorze.

Pyt. 5 dotyczy Pakietu nr 3 - pkt. 19 parametrów granicznych dla analizatorów hematologicznych (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiający dopuści analizatory hematologiczne 5 diff o liniowości:

- WBC: $0 - 150 \times 10^3/\text{mm}^3$ (zakres pomiaru do 180 tys/ μl).
- PLT: $0 - 1900 \times 10^3/\text{mm}^3$ (w przypadku osocza bogato płytkowego liniowość: $0 - 2800 \times 10^3/\text{mm}^3$)

Odp. Tak.

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*