



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 21.06.2012 r.

DZPZ-530-Zp/50/PN-45/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy: sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej – Zp/50/PN-45/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 1 dializatorów niskoprzepływowych z błoną syntetyczną polieterosulfonową, sterylizowane promieniami gamma, o powierzchniach 1,9 m²?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 1 dializatorów nieskoprzepływowych z błoną syntetyczną polieterosulfonową, sterylizowane promieniami gamma, o powierzchni 2,1 m²?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakietu nr 9

W celu zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 zestawów z cewnikiem dwukanałowym o ramionach prostych. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 10

W celu zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawów z cewnikiem poliuretanowym dwukanałowym o długości 20cm, ramiona proste, średnica 12Fr, w zestawie: cewnik, igła, rozszerzacz, przewodnik.

Odp. Nie wyrażamy zgody.



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 5, dot. pakietu nr 11, poz. 2

W celu zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawów z cewnikiem z ramionami prostymi. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 6, dot. wzoru umowy

Prosimy o modyfikację § 4, pkt. 3. wzoru umowy na:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

Dla zamówień bieżących – do 5 dni roboczych

Dla zamówień na cito – do 2 dni roboczych”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 7, dot. wzoru umowy

Prosimy o dopisanie do § 6, pkt. 5. wzoru umowy na:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 8, dot. wzoru umowy

Prosimy o modyfikację § 8, pkt. 1.1) wzoru umowy na:

„1) 0,2% wartości nie dostarczonej partii towaru – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru .”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.