



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 28.06.2012 r.

DZPZ-530-Zp/50/PN-45/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy: sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej – Zp/50/PN-45/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pakiecie 12 Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15,5 FR, przekrój „podwójnie D”, końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą poliestrową, długość cewnika od 19, 23, 31 cm. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa Jgrubość 1 mm, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzielany typu (pull-apart) 16 Fr, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy dializatory, z trójskładnikową membraną, w której skład wchodzi m.in. poliaryletesulfon, o powierzchni błony 1,7 m², sterylizowane parą wodną zapewniającą wysoką biokompatybilność?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy dializatory, z trójskładnikową membraną, w której skład wchodzi m.in. poliaryletesulfon, o powierzchni błony 2,1 m², sterylizowane parą wodną zapewniającą wysoką biokompatybilność?

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści cewniki permanentne do hemodializy, hydrofilne, z światłem cewnika podzielonym asymetrycznie, końcówką o przesuniętym względem siebie wlocie i wylocie krwi zmniejszająca ryzyko wyrzepienia, z antybakteryjną powłoką zawierającą bizmut, 15F dł 17;21;25;29 cm z mufą i zestawem do implantacji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.