



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 10.07.2012 r.

DZPZ-530-Zp/59/PN-54/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę zestawów do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, pasków do pomiaru cukru, igieł Hubera zakrzywionych z drenem, nakłuwaczy automatycznych, zestawów do biopsji wspomaganej próżnią, uchwytów elektrod, worków laparoskopowych, zastawek dootrzewnowych, osłon jednorazowych, drenów - drenaży pola i ran operacyjnych, folii przylepnych do obłożenia pola operacyjnego, cewników naczyniowych i Pezera, instrumentarium staplerowego– Zp/59/PN-54/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści:

Igła Hubera zakrzywiona pod kątem 90 stopni o profilu łyżeczkowym z wężykiem i zaciskiem oraz miękkimi skrzydełkami do mocowania dł. od 15 do 35 G19 do 22?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający życzy sobie uchwyty jednorazowe?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający mógłby określić do jakiego aparatu elektrochirurgicznego mają pasować uchwyty?

Odp. Aparaty firmy APPARATUS, AESCULAP, VALEYLAB – końcówka wejścia z trzema bolcami kompatybilna z wymienionymi urządzeniami Długość kabla od 320cm – 400cm

Pytanie 4, dot. pakietu nr 7

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w miejscu opisanego asortymentu w pakiecie 7, worków o następujących parameterach:

- pozycja 1: jednorazowy worek laparoskopowy, służący do usuwania preparatu podczas operacji laparoskopowych, wytrzymały na przerwanie podczas wyciągania preparatu przez powłoki, wykonany z poliuretanu, o wymiarach 7,62 x 15,24cm, dostarczony w plastikowej tulei o średnicy 10mm, pakowany w bezpieczne sterylne opakowanie typu twardy plastik – Tyvec (syntetyczny papier).



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Zgodnie z opisem SIWZ.

- pozycja 2: jednorazowy worek laparoskopowy, służący do usuwania preparatu podczas operacji laparoskopowych, wytrzymały na przerwanie podczas wyciągania preparatu przez powłoki, wykonany z poliuretanu, o wymiarach 12,70 x 20,32cm, dostarczony w plastikowej tulei o średnicy 10mm, pakowany w bezpieczne sterylne opakowanie typu twardy plastik – Tyvec (syntetyczny papier)

Odp. Zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 13

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pakiecie 13 w staplerach liniowych prostych oraz kompatybilnych ładunkach wymaga zaoferowania zszywek tytanowych, które są wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego. Doświadczenia kliniczne wskazują, iż linia zszywek powstała przy użyciu staplerów posiadających zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości, jest pewniejsza, zszywki są zawsze prawidłowo uformowane w kształt litery „B”, zwłaszcza w grubej, zmienionej chorobowo tkance. Ta cecha jest bardzo ważna z punktu widzenia powodzenia całego zabiegu, bezpieczeństwa pacjenta i szybkości gojenia się tkanek. Zszywki wykonane z tradycyjnego drutu o przekroju okrągłym mają tendencję do odkształcania się przy zespалaniu grubych tkanek, co może doprowadzić do powstania nieuszczelnności, przetoki i konieczności reoperowania pacjenta.

Odp. Dopuszcza ale nie wymaga

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pakiecie 13 w pozycjach 9-13 wymaga zaoferowania staplerów okrężnych jednorazowego użytku zakrzywionych o średnicy 21mm, w rozmiarach o średnicy 25 mm, 28 mm, 31 mm, 34 mm z łamaną główką po oddaniu strzału, automatycznych - nie wymagających ingerencji ze strony operatora; posiadających podziałkę w centymetrach znajdującą się na trzonie staplera, umożliwiającą identyfikację położenia staplera; zapewniające szczelność podczas zabiegów laparoskopowych.

Odp. Dopuszcza ale nie wymaga

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 14 i 15 do osobnego pakietu.

Odp. Nie

Pytanie 6, dot. umowy

Prosimy o dodanie w umowie w § 3 zapisu

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 2 ust. 2:



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala jednak zmniejszenie to nie może przekroczyć 20% wartości umowy

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 4 ust. 4:

„W przypadku nie dostarczenia o którym mowa w w ust. 3 a, b, zamówienia części przedmiotu umowy Sprzedający upoważnia Kupującego do dokonania zakupu części przedmiotu umowy w ilości zamówionej u innego Sprzedającego i obciążenie Sprzedającego różnicą w cenie/kosztach.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 4 ust. 5:

W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej **licząc od dnia zakupu interwencyjnego co Zamawiający zobowiązują się to udokumentować.**

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 4 ust. 7:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin
- wad jakościowych w ciągu 14 dni”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 5 ust. 2:

Poszczególne faktury wystawiane będą na dany pakiet przetargowy z podaniem numeru umowy przetargowej na wyraźne żądanie Zamawiającego

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 5 ust. 3:

Ceny określone w umowie są stałe przez okres trwania umowy za wyjątkiem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu tj. zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 6 ust. 1:

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie z fakturą, w terminie **(max 30 dni)** dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 8 ust. 1 pkt. 1:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

1) 0,2 % wartości towaru dostarczonego ze złości - za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 7, dot. pakietu nr 6

Prosimy Zamawiający o dopuszczenie uchwytów elektrod z kablem o długości 5 metrów.

Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na w pak. nr 2 pasków do glukometrów, które nie wymagają kodowania, posiadają kapilarę do automatycznego zasysania próbki otrzymanej z krwi włosniczkowej lub z krwi pełnej z żył. Proponowane paski do glukometrów zapewniają pomiar stężenia glukozy kalibrowanej do osocza w zakresie 10-600 mg/dl w czasie 5 s. Nowoczesna, biosensoryczna metoda pomiaru oparta na enzymie GDH-FAD zapewnia, że obecność w badanej próbce krwi galaktozy, maltozy lub fruktozy oraz 74 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów dokonanych proponowanymi testami. Proponowane paski zapewniają prawidłowy pomiar stężenia glukozy we krwi w zakresie hematokrytu 0 -70% co pozwala stosować je u noworodków, jednocześnie współczynniki zmienności i powtarzalności testów wynoszą < 5%. Proponowane paski zostały przetestowane i spełniają wymagania normy ISO 15197.

W przypadku zgody prosimy o podanie ilości glukometrów niezbędnych do realizacji zadania, które zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu bezpłatnie w celu realizacji umowy.

Proponowane glukometry zasilane są ogólnie dostępnymi bateriami typu AAA, które zapewniają bezproblemową i tańszą eksploatację urządzenia. Automatyczny wyrzut paska po badaniu zapewnia brak bezpośredniego kontaktu personelu ze zużytym testem paskowym co eliminuje niebezpieczeństwo zakażenia chorobami przenoszonymi drogą krwi. Duży czytelny wyświetlacz LCD zapewnia komfort odczytu nawet przy niedostatecznym oświetleniu. Aparat zapewnia prawidłowy pomiar w temperaturach pomiędzy 10 a 40 °C z jednoczesnym ostrzeżeniem o przekroczeniu dopuszczalnego zakresu.

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, ze swojej strony zapewniamy wieczystą gwarancję na glukometry oraz przeszkolenie personelu.

Odp. Tak, ilość glukometrów :65

Pytanie 9, dot. pakietu nr 2

Zamawiający w pakiecie nr 2 Paski do pomiaru cukru wskazał: Paski do pomiaru cukru do aparatu Microdot.



ISO 9001



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Czy zamawiający dopuści inny rodzaj specjalistycznych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi pakowanych po 100 testów w 1 op. ? (Bardzo proszę o podanie przelicznika-liczba testów/liczba opakowań).

W przypadku pozytywnej odpowiedzi zobowiązujemy się dostarczyć nieodpłatnie stosowne glukometry w ilości niezbędnej dla zaspokojenia potrzeb szpitala (prosimy o podanie liczby potrzebnych glukometrów) .

Oferujemy produkt o następujących parametrach:

Paski i glukometry, które gwarantują dokładne wyniki pomiaru przy zakresie hematokrytu 20%-70%, do stosowania w każdym rodzaju krwi : żylna, tętnicza, włóśniczkowa, neonatalna, z automatycznym czujnikiem objętości minimalnej próbki krwi, indywidualnie pakowane paski, możliwość nanoszenia próbki krwi od góry i na koniec paska testowego, mała objętość próbki krwi 0,6µl, z zastosowanym enzymem GDH-NAD pozwalającym na eliminację wpływu ponad 65 substancji pochodzących z powszechnie przyjmowanych leków.

Pozytywne odpowiedzi pozwolą nam na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na wysokiej jakości sprzęt pomiarowy wykorzystywany w placówkach medycznych na całym świecie.

Odp. Tak ilość opakowań – 1000. ilość glukometrów : 65

Pytanie 10, dot. pakietu nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy do infuzji z zagiętą igłą Hubera i z przedłużaczem, z igłą Hubera ze skrzydełkami do mocowania zamiast okrągłej płytki mocującej, z zaciskiem, w rozmiarze G20-22 o długości 15 i 25mm?

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze automatyczne o kształcie wskazanym na zdjęciu?



Odp. Tak

Pytanie 12, dot. pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze automatyczne z nasadką ochronną wykonaną z sieciowalnego HDPE?

Odp. Nie



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl


Pytanie 13, dot. pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worek laparoskopowy o pojemności 700ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 14, dot. pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie przezroczyste z folią chirurgiczną, dwoma kieszeniami na narzędzia i zbiornikiem na płyny (podłączenie ssaka), część przylepna górny brzeg 240 x 330cm, otwór 25 x 45cm



Odp. Zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 15, dot. pakietu nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną w rozmiarze 50x60cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 16, dot. pakietu nr 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przedramię - zarękawek z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m²?

Odp. Tak

Pytanie 17, dot. pakietu nr 9, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę w rozmiarze 65x85cm?

Odp. Nie

Pytanie 18, dot. pakietu nr 9, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę w rozmiarze 85x85cm lub 105x105cm?

Odp. Nie

Pytanie 19, dot. pakietu nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 15x20cm lub 15x28cm lub 20x30cm?

Odp. Nie



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 20, dot. pakietu nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 45x55cm?

Odp. Tak

Pytanie 21, dot. pakietu nr 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 45x55cm?

Odp. Nie

Pytanie 22, dot. pakietu nr 11, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 56x84cm?

Odp. Nie

Pytanie 23, dot. pakietu nr 11, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 56x84cm?

Odp. Nie

Pytanie 24, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zapisu w § 8:

2) 10% **niezrealizowanej** wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 25, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert igły Hubera do wyboru przez Zamawiającego w rozmiarach 22G x 12,15,20,25mm oraz 20G x 15,20,25mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz – światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun/Niemcy/?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26, dot. pakietu nr 10, poz. 1-4

Czy oferowane dreny Redona powinny być pakowane na wprost (bez zawijania), co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji ze względu na utrzymującą się pamięć kształtu drenu wykonanego z PCV jak również niekontrolowanym uciskom w miejscu ujścia drenu z rany pooperacyjnej, a tym samym licznym powikłaniom z tym związanym?

Odp. Tak

Pytanie 27, dot. pakietu nr 10, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na sterylne pojemniki typu Redon o pojemności 250ml?

Odp. Nie



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Czy oferowane pojemniki typu Redon powinny mieć spłaszczony kształt z harmonijkowym elementem wytwarzającym podciśnienie oraz skalowanie min. co 25 ml, co zapewni precyzyjny pomiar odsysanej wydzieliny przez cały okres prowadzenia drenażu oraz uniwersalne zakończenie kompatybilne do opisanych w siwz drenów Rednona?

Odp. Nie

Pytanie 28, dot. pakietu nr 10, poz. 1-5

Czy oferowane wyroby ze względu na niezbędną kompatybilność (szczelność połączeń) powinny pochodzić od jednego producenta?

Odp. Nie

Pytanie 29, dot. pakietu nr 12, poz. 5

Czy oferowane cewniki Pezzera powinny posiadać minimum 4 otwory przelewowe w odcinku dystalnym, które zapewniają skuteczny drenaż na poziomie zakładanym przez producenta, a jako wyroby zakładane na bloku operacyjnym powinny być pakowane w sposób umożliwiający ich aseptyczne użytkowanie tj. w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier?

Odp. Tak

Pytanie 30, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści paski testowe DO GLUKOMETRU pakowanych po 50 szt. wraz z dostawą ustalonej ilości glukometrów w cenie zamawianych pasków?

Glukometry te przeznaczone są do pomiaru glukozy w placówkach Służby Zdrowia, gdzie jednym glukometrem wykonujemy badania u kilku pacjentów, a dodatkowo umożliwiający pomiar poziomu glukozy we krwi żyłnej i noworodkowej. Glukometr pobiera materiał na zasadzie zasysania kapilarnego, co niweluje potencjalne ryzyko zanieczyszczenia aparatu, a ponadto wyposażony jest w wyrzutnik zużytych pasków gwarantujący bezkontaktowe usunięcia paska.

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga aby okres ważności pasków po otwarciu fiolki wynosił dłużej niż 90 dni ?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga aby glukometr pracował w zakresie pomiaru 10-600 mg/dL.?

Odp. Tak

Pytanie 31, dot. SIWZ – rozdział V

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za spełnienie wymagań zawartych w rozdziale V SIWZ przedstawienie wykazu dostaw wraz z referencjami w zakresie pakietu nr 2-4, 9,12 wykonania należycie dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnego sprzętu medycznego oraz zestawów



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sterylnych do obłożeń pacjenta o wartości nie mniejszej niż oferowana wartość ? Zgoda na powyższe umożliwi przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców.

Odp. Tak

Pytanie 32, dot. pakietu nr 13

Pakiecie nr 13 poz. 1 Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową? (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia).

Odp. Tak

Pakiecie nr 13 poz. 2 Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową? (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).

Odp. Tak

Pakiecie nr 13 poz. 3 Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową? (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia).

Odp. Zgodnie z opisem SIWZ.

Pakiecie nr 13 poz. 4 Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową? (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).

Odp. Zgodnie z opisem SIWZ.

Pakiecie nr 13 poz. 5 Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową? (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia).

Odp. Tak

Pakiecie nr 13 poz. 6 Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową? (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).

Odp. Tak

Pakiecie nr 13 poz. 7 Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 90 mm?

Odp. Tak

Pakiecie nr 13 poz. 8 Jednorazowy ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokością zamknięcia zszywki o długości linii szwu 30mm. Ładunek przeznaczony do tkanki bardzo grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5 mm do 2,5)?

Odp. Tak

Pakiecie nr 13 poz. 9 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odp. Tak

Pakiecie nr 13 poz. 10 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odp. Tak

Pakiecie nr 13 poz. 11 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odp. Zgodnie z opisem SIWZ.

Pakiecie nr 13 poz. 12 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odp. Zgodnie z opisem SIWZ.

Pakiecie nr 13 poz. 13 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera:



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odp. Zgodnie z opisem SIWZ.

Pakiecie nr 13 poz. 14 Klipsy tytanowe średnio - duże o wymiarach przed zamknięciem 5,5 mm i 8,8 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 18 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy?

Odp. Zgodnie z opisem SIWZ.

Zwracamy się również z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 13 pozycji od 1 do 14 do osobnego pakietu, co pozwoli złożyć nam kompleksową, niepodlegającą odrzuceniu ofertę.

Odp. Nie

Pytanie 33, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do pakietu nr 1 zestawów do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, w wersji „Pull”, w rozmiarach 20 Fr (6,67mm) i 24 Fr (8mm), wykonane z silikonu, z możliwością usunięcia drenu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), w skład zestawu wchodzi: port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu, dren PEG, igła z mandrynem, pętla do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG, nożyczki i pean zakrzywiony, opakowanie zbiorcze zawiera 2 zestawy?

Odp. Tak

Pytanie 34, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga roztworu kontrolnego, jeśli tak to czy oczekuje by roztwór kontrolny był przydatny do użytkowania po otwarciu przez okres 6 m-cy ?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga raportu badań wykonanych przed niezależną jednostką kliniczną potwierdzającą dokładność działania systemu dla próbki krwi noworodkowej ?

Odp. Zaleca się.

Pytanie 35, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści igły o długościach 16, 19 i 25mm (w rozmiarach 20 lub 22G), które w miejscu kontaktu ze skórą pacjenta posiadają miękką, nienasiąkliwą gąbkę, znacznie zwiększającą komfort pacjenta?

Odp. Nie