



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 10.07.2012 r.

DZPZ-530-Zp/59/PN-54/12

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę rurek ustno-gardłowych, łopatek do języka, cewników do podawania tlenu, masek do podawania tlenu, kateterów do karmienia, rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym, rurek tracheotomijnych standard z mankietem niskociśnieniowym, systemu do dobowej zbiórki moczu – sterylny, igieł do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, igieł i zestawów zewnątrzoponowych, cewników do odsysania, filtrów antybakteryjnych, antywirusowych – sterylnych, obwodów oddechowych – sterylnych, łączników sterylnych, wkłuc centralnych zakładanych metodą Seldingera, rurek tracheotomijnych standard z mankietem niskociśnieniowym, cewników Foley, cewników Nelaton, cewników Tiemann, zgłębników żołądkowych z PVC, zgłębnika żołądkowego silikonowego, sondy Sengstakena, ostrzy chirurgicznych, kaset do ogrzewania płynów Fluido, strzykawek 50ml bursztynowych, introduktorów, zestawów do wprowadzania elektrod, elektrody do stymulacji, inne, elektrod – Zp/60/PN-55/12

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Jest:

Pakiet nr 7

Rurki intubacyjne, tracheotomijne, zestawy do odsysania zamkniętego

L.P.	ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY	JEDNOST MIARY	ILOŚĆ 12 m-cy	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Rurka intubacyjna bez mankieta dla dzieci	szt.	150					
2.	Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym do długotrwałej wentylacji	szt.	100					



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

3.	Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym do długotrwałej wentylacji	szt.	100					
4.	Rurki intubacyjne dooskrzelowe	szt.	30					
5.	Rurka tracheostomijna z balonem niskociśnieniowym	szt.	150					
6.	Rurka tracheostomijna z balonem niskociśnieniowym:	szt.	100					
7.	SYSTEMY ZAMKNIĘTE DO ODSYSANIA DLA DZIECI	szt..	120					
8.	SYSTEMY ZAMKNIĘTE DO ODSYSANIA	szt.	120					
RAZEM:								

Parametry:

Ad. 1 Rurka intubacyjna bez mankietu dla dzieci:

- sterylna
- wykonana z medycznej odmiany PCV lub silikonowana
- wyraźny czytnik głębokości
- nadruk rozmiaru, numer serii na rurce w opakowaniu jednostkowym
- linia kontrastowa RTG
- opakowanie folia/papier o profilu ułatwiającym zachowanie pamięci kształtu rurki
- w rozmiarach od 2,0 do 6,5

Ad. 2 Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym do długotrwałej wentylacji:

- sterylna
- oznaczenie głębokości
- nadruk rozmiaru,
- linia kontrastowa RTG
- balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem
- mankiety rurki typu „duża objętość- niskie ciśnienie” w kształcie stożka (od góry zwężający się ku dołowi)
- z wbudowanym dodatkowym kanałem umożliwiającym dostęp i drenaż okolicy podgłośniaowej
- półtransparentny łącznik 15 mm
- średnica drenu do odsysania min. 4mm
- w rozmiarach od 6,0 do 9,0 (co 0,5)



ISO 9001



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Ad. 3 Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym do długotrwałej wentylacji:

- sterylna
- oznaczenie głębokości
- nadruk rozmiaru,
- linia kontrastowa RTG
- wyposażona w automatyczny system kontroli ciśnienia w mankiecie samoczynnie utrzymujący ciśnienie
- w rozmiarach 6,0 do 9,0

Ad. 4 Rurki intubacyjne dooskrzelowe:

- sterylne
- oznaczenie głębokości
- nadruk rozmiaru,
- linia kontrastowa RTG
- prawe i lewe
- z kompletem łączników
- w rozmiarach 37CH, 39CH, 41CH

Ad. 5 Rurka tracheostomijna z balonem niskociśnieniowym:

- sterylna
- nadruk rozmiaru
- linia kontrastowa RTG
- z miękkimi, gładkimi skrzydełkami szyldu
- taśma mocująca
- kąt zagięcia rurki ok. 90 stopni
- w rozmiarach: 5,0;6,0;7,0;7,5;8,0;8,5;9,0;10,0

Ad. 6 Rurka tracheostomijna z balonem niskociśnieniowym:

- sterylna
- nadruk rozmiaru
- linia kontrastowa RTG
- z możliwością odsysania podgłośniowego
- średnica drenu do odsysania min.4 mm
- w rozmiarach 6,0 do 10,0

UWAGA : Umowa w danym pakiecie obowiązywać będzie od dnia 02.08.2012r., w którym wygasa aktualnie obowiązująca umowa



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

winno być :

Pakiet nr 7

Rurki intubacyjne, tracheotomijne, zestawy do odsysania zamkniętego

L.P.	ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY	JEDNOST MIARY	ILOŚĆ 12 m-cy	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Rurka intubacyjna bez mankietu dla dzieci	szt.	150					
2.	Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym do długotrwałej wentylacji	szt.	100					
3.	Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym do długotrwałej wentylacji	szt.	100					
4.	Rurki intubacyjne dooskrzelowe	szt.	30					
5.	Rurka tracheostomijna z balonem niskociśnieniowym	szt.	150					
6.	Rurka tracheostomijna z balonem niskociśnieniowym:	szt.	100					
7.	SYSTEMY ZAMKNIĘTE DO ODSYSANIA DLA DZIECI	szt..	120					
8.	SYSTEMY ZAMKNIĘTE DO ODSYSANIA	szt.	120					
RAZEM:								

Parametry:

Ad. 1 Rurka intubacyjna bez mankietu dla dzieci:

- sterylna
- wykonana z medycznej odmiany PCV lub silikonowana
- wyraźny czynniki głębokości



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

- nadruk rozmiaru, numer serii na rurce w opakowaniu jednostkowym
- linia kontrastowa RTG
- opakowanie folia/papier o profilu ułatwiającym zachowanie pamięci kształtu rurki
- w rozmiarach od 2,0 do 6,5

Ad. 2 Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym do długotrwałej wentylacji:

- sterylna
- oznaczenie głębokości
- nadruk rozmiaru,
- linia kontrastowa RTG
- balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem
- mankiet rurki typu „duża objętość- niskie ciśnienie” w kształcie stożka (od góry zwężający się ku dołowi)
- z wbudowanym dodatkowym kanałem umożliwiającym dostęp i drenaż okolicy podgłośniowej
- półtransparentny łącznik 15 mm
- średnica drenu do odsysania min. 4mm
- w rozmiarach od 6,0 do 9,0 (co 0,5)

Ad. 3 Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym do długotrwałej wentylacji:

- sterylna
- oznaczenie głębokości
- nadruk rozmiaru,
- linia kontrastowa RTG
- wyposażona w automatyczny system kontroli ciśnienia w mankiecie samoczynnie utrzymujący ciśnienie
- w rozmiarach 6,0 do 9,0

Ad. 4 Rurki intubacyjne dooskrzelowe:

- sterylne
- oznaczenie głębokości
- nadruk rozmiaru,
- linia kontrastowa RTG
- prawe i lewe
- z kompletem łączników
- w rozmiarach 37CH, 39CH, 41CH

Ad. 5 Rurka tracheostomijna z balonem niskociśnieniowym:

- sterylna
- nadruk rozmiaru
- linia kontrastowa RTG
- z miękkimi, gładkimi skrzydełkami szyldu
- taśma mocująca
- kąt zagięcia rurki ok. 90 stopni



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

- w rozmiarach: 5,0;6,0;7,0;7,5;8,0;8,5;9,0;10,0

Ad. 6 Rurka tracheostomijna z balonem niskociśnieniowym:

- sterylna
- nadruk rozmiaru
- linia kontrastowa RTG
- z możliwością odsysania podgłośniowego
- średnica drenu do odsysania min.4 mm
- w rozmiarach 6,0 do 10,0

Ad. 7 SYSTEMY ZAMKNIĘTE DO ODSYSANIA DLA DZIECI

System zamknięty do odsysania dzieci do rurek intubacyjnych:

- zastawka kontroli ssania
- nietraumatyzujący cewnik o zmiennej sztywności z otworami: centralnym oraz 2 bocznymi; ze znacznikiem głębokości
- port do płukania zestawu
- obrotowa mechaniczna zastawka dostępu cewnika do pacjenta
- min. 2 łączniki do rurek w zestawie
- czas użytkowania do 48 h
- w rozmiarach 5CH ;6CH;7CH;8CH.

Ad. 8 SYSTEMY ZAMKNIĘTE DO ODSYSANIA

System zamknięty do odsysania dorosłych do rurek intubacyjnych:

- podwójnie obrotowy łącznik o kącie 120°
- zastawka kontroli ssania
- nietraumatyzujący cewnik o zmiennej sztywności z otworami: centralnym oraz 4 bocznymi; ze znacznikiem głębokości
- port do płukania zestawu
- obrotowa mechaniczna zastawka dostępu cewnika do pacjenta
- kapturek umożliwiający wykonanie bronchoskopii
- czas użytkowania do 48 h
- w rozmiarach 10CH;12CH;14CH.

UWAGA : Umowa w danym pakiecie obowiązywać będzie od dnia 02.08.2012r., w którym wygasa aktualnie obowiązująca umowa