

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 151503-2012 z dnia 2012-07-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wałbrzych

Liczba pakietów - 18 Pakiet nr 1 : Klipsownica + klipsy polimerowe Pakiet nr 2 : Akcesoria urologiczne Pakiet nr 3 : Rękojeść staplera endoskopowego i ładunki liniowe Pakiet nr 4 : Elektroda neutralna silikonowa, kabel szczypiec...
Termin składania ofert: 2012-07-19

Numer ogłoszenia: 253124 - 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 151503 - 2012 data 11.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6489742, fax. 074 6489746.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał.lcz.15.

W ogłoszeniu jest: 1. Soczewki bezaberracyjne akrylowe hydrofilne z injektorem i kadridżem .Wyposażone w filtry UV, sferyczne dwuwypukłe o stałym dioptrażu na części optycznej soczewki.Budowa części haptycznych jednoczęściowa o anulacji 0 stopni. Konstrukcja 4 haptyków narożnych ze znacznikiem poprawności położenia soczewki. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki . Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Funkcja anti-glare redukująca odbłaski. Soczewka dostępna w dioptrachach od 0+30 D , w tym od 0+9 co 1 D, natomiast od 10+30 D co 0,5 D. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu ,implantacja za pomocą injektora dołączonego do soczewki przez cięcie 2,8 z przyłożenia 2,6 mm.Soczewka zamawiana jest wraz z injektorem tego samego producenta co soczewka szt. 50 2. Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa sferyczna,budowa modifiedC Nawodnienie do równowagi-Pakowana w roztworze soli fizjologicznej zapewniającej stabilność materiału i brak powstawania wakuoli . powstałych w krytycznych momentach niekontrolowanego nawodnienia. Materiał gwarantujący brak odbłasków. Filtr UV Optyka 6 mm, długość 12,5 mm Zakres dioptrażu 0D-34D,wzrost 01D (w przedziale 10,0D-30D wzrost co 0,5D) Współczynnik refrakcji 1,54 w temperaturze 35 stopni Celsjusza. -Konstrukcja soczewki zapewniająca stabilność poprzez odchylenie części optycznej w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia przyleganie soczewki do tylnej torby. 360 stopni ostra krawędź Uwodnienie 4% Implantacja 2,2 Injector jednorazowy Otwory fenestrukcyjne, zapewniające większą stabilność. szt. 150 3. Triamcinolone Actonide 4%, zawiesina acetonidu triamcynolonu w roztworze soli o pH 7,2. Substancja do wybarwiania ciała szklстого, substancja bez konserwantów. Sterylna fiolka 2ml gotowa do użycia szt. 10.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Soczewka bezaberracyjna akrylowa hydrofilna do mikrocięcia poniżej 2,0 mm. Budowa soczewki jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptyków. Funkcja anti-glare redukująca odbłaski. Budowa soczewki steryczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na części optycznej soczewki. Oziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniejszy. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu. Bdowa części haptycznych jednoczęściowa o anulacji 10 stopni. Konstrukcja 4 haptyków narożnych. Funkcja Square Edge ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Zakres dioptrażu od 0+30D, w tym od 0+9 co 1D, natomiast od 10+30D co 0.5D. Do każdej soczewki dołączony injector o średnicy 1,8 mm. szt. 50 2. Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa, sferyczna, bezaberracyjna. Budowa dwuhaptyczna typu zmodyfikowane C. Konstrukcja optyki

przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylnej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni - ostra krawędź. Soczewka z otworami fenestracyjnymi, zapewniającymi zwiększoną stabilność soczewki poprzez pochłanianie sił powstałych przy obkurczeniu torebki. Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej zapewniając stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak powstawania odblasków. Soczewka z filtrem UV. Zakres dioptrażu : od 0,0D do +34,0D. W przedziale +10,0 do +30,0D dostępna co 0,5D. Średnica części optycznej: 6 mm Średnica całkowitej soczewki: 12,5 mm Uwolnienie soczewki : 3%-4% Dołączony jednorazowy injector do cięcia 2,2mm. szt. 150 3. Triamcinolone Actonide 4%, zawiesina acetonidu triamcynolonu w roztworze soli o pH 7,2. Substancja do wybarwiania ciała szklanego, substancja bez konserwantów. Sterylna fiolka 2ml gotowa do użycia szt. 10.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 19.07.2012 godzina 08:30, miejsce: Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

W ogłoszeniu powinno być: 20.07.2012 godzina 09:30, miejsce: Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.