



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 24.07.2012 r.

DZPZ-530-Zp/65/PN-59/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy: aparatu do mierzenia ciśnienia NIBP, szyny BRAUNA, inhalatora dziecięcego, kontenerów do sterylizacji narzędzi operacyjnych – Zp/53/PN-48/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu 1

Czy w pakiecie nr 4, poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na kontenery do sterylizacji narzędzi, które składają się z aluminiowej wanny o rozmiarze 595 x 275 x 135 mm i pokrywy w rozmiarze 589x285x47 mm?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Czy w pakiecie nr 4, poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na kontenery do sterylizacji narzędzi, które składają się z aluminiowej wanny w rozmiarze 595 x 275 x 116 mm i pokrywy w rozmiarze 589x285x47 mm?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Czy w pakiecie nr 4, poz. 3 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na kontenery do sterylizacji narzędzi, które składają się z aluminiowej wanny o rozmiarze 306 x 272 x 114 mm i pokrywy w rozmiarze 295x285x47 mm?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Czy w pakiecie nr 4, poz. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na kosz do kontenera w rozmiarze 540x250x100 mm?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Czy w pakiecie nr 4, poz. 5 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na kosz do kontenera w rozmiarze 250x255x100 mm?

Odp. Tak



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 2, dot. projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 7 ust. 1 :

1.W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

- a) 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.
- b) 0,2 % wartości brutto opóźnionej części dostawy/wadliwej części dostawy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy/wadliwej części dostawy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Czy Zamawiający w stosunku do pakietu nr 2 odstąpi od zapisu umowy „Przedmiotem umowy jest dostawa ... wraz z przeszkoleniem personelu zamawiającego ...”? Szyny Brauna nie są sprzętem medycznym wymagającym szkolenia personelu.

Odp. Tak