



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 24.07.2012 r.

DZPZ-530-Zp/66/PN-60/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy : produktów do odsysania i zbiórki wydzielin, mat i wkładów absorcyjnych, ubrań operacyjnych, pojemników, aparatów do przetoczeń, żeli, igieł, ostrzy i strzygarek – Zp/66/PN-60/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 7

Poz. 1-4

Czy zgodnie z zapisami załącznika I Dyrektywy 67/548/EWG oraz załącznika II Dyrektywy 2007/47/EC oferowane wyroby powinny być pozbawione szkodliwych dla zdrowia frakcji ftalanów (DEHP), które są sklasyfikowane jako substancje rakotwórcze, mutagenne i toksyczne?

Odp. Tak

Czy mając na uwadze treść Dyrektywy Rady Europy 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r "w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej", ze względów bezpieczeństwa i ochrony personelu medycznego, oferowane przyrządy po przetaczaniu, powinny posiadać specjalne miejsce na kolec komory kroplowej zabezpieczający przed zakłuciem po wykonanej procedurze?

Odp. Dopuszcza się

Poz.4

Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na przyrządy do przetoczeń z możliwością pomiaru OCŻ ze skalą wykonaną z odpornego na załamania plastiku i dokładnością pomiaru od +35 do -15cm H₂O oraz oznaczeniem na wyrobie oraz opakowaniu jednostkowych i zbiorczym logo lub nazwę producenta, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób?

Odp. Dopuszcza się

Pytanie 2, dot. pakietu nr 9

poz. 1-6

Czy oferowane igły powinny posiadać kolorowe nasadki identyfikujące rozmiar, zgodny z ISO 6009 oraz opakowanie jednostkowe i zbiorcze z kolorystycznym oznakowaniem rozmiaru?

Odp. Tak wymagane jest zróżnicowanie kolorystyczne

Czy Zamawiający wymagając igieł cienkościennych, wymaga potwierdzenia powyższego parametru przez Wykonawcę, stosowną dokumentacją lub informacją?

W wypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 i art. 30 Ustawy Pzp oraz podanie wymagalnej grubości ścianek, które Zamawiający uzna za cienkościenne?

Odp. Wystarczy informacja wskazująca, że igła jest cienkościenna.

Czy w związku z małą średnicą igły 0,5mm oraz wymaganą sztywnością i wytrzymałością ścianek oraz wymaganych światłem oferowanych igieł - Zamawiający dopuści do składania ofert w tym rozmiarze na igły o ściankach standardowych - światowego lidera w produkcji igieł firmy Becton-Dickinson, przy zachowaniu wymogu ścianek cienkościennych dla pozostałych rozmiarów?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubranek chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMS o gramaturze 45 g/m² koszula spełnia wymogi SIWZ ale posiada 2 kieszonki u dołu bluzy, spodnie spełniają wymogi SIWZ, komplet pakowany w opakowanie foliowe koszula + spodnie?

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakietu nr 7

poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby aparaty były wyposażone w dodatkowe skrzydełka umieszczone na szczycie komory kroplowej, które ułatwiają wprowadzenie igły biorczej do butelki lub worka.

Odp. Dopuszcza się.

poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga, aby w/w pozycje były pozbawione ftalanów co potwierdzone ma być oświadczeniem producenta.

Odp. Zamawiający wymaga, aby w/w pozycje były pozbawione ftalanów, Zamawiający nie wymaga jakichkolwiek oświadczeń od producentów sprzętu.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ubranek w rozmiarach od S do XL?

Odp. Nie

Pytanie 6, dot. pakietu nr 10

Poz. 2

Czy Zamawiający miał na myśli ostrza kompatybilne ze strzygarką z ruchomą głowicą posiadaną przez szpital? **Odp. Tak**

Poz. 3

Czy Zamawiający miał na myśli ostrza kompatybilne ze strzygarką z nieruchomą głowicą (typ Remington) posiadaną przez szpital? **Odp. Tak**

Poz. 4

Czy Zamawiający miał na myśli ostrza kompatybilne ze strzygarką typ 9604 posiadaną przez szpital? **Odp. Tak**

Pytanie 7, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 pozycja 1 strzygarkę do usuwania owłosienia posiadającą ładowarkę o długości przewodu zasilającego max. 2,5 metra? **Odp. Tak**

Pytanie 8, dot. pakietu nr 5

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 35ml? **Odp. Nie**

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 120ml? **Odp. Nie**

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 2300ml? **Odp. Nie**

Pytanie 9, dot. pakietu nr 7

poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych wykonanego z PCV, komora kroplowa o długości min 6cm z dodatkowymi skrzydełkami, filtr 15µm, regulator przepływu, dren o długości 150cm z przezroczystym łącznikiem luer-lock na jego końcu. Opakowanie folia-papier. **Odp. Tak**

poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania krwi wykonanego z PCV, komora kroplowa o długości min 10cm, filtr 200µm, regulator przepływu z miejscem do podwieszenia drenu, dren o długości 150cm z przezroczystym łącznikiem luer-lock na jego końcu. Opakowanie folia-papier **Odp. Tak**

poz. 1-2

Czy Zamawiający w celu oceny zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia oczekuje, aby do oferty zostały dołączone próbki w ilości co najmniej 1 sztuki z każdej pozycji? **Odp. Nie**

Pytanie 10, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zapisu w § 8:

2) 10% **niezrealizowanej** wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.