



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 30.07.2012 r.

DZPZ-530-Zp/61/PN-56/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy implantów ortopedycznych: gwoździ śródszpikowych, płytek blokowanych, panewek antyluksacyjnych, endoprotez, akcesoriów do endoprotezoplastyki” – Zp/61/PN-56/12.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. - pakiet 1

1. Czy Zamawiający w poz. 13 dopuści zaoferowanie wkrętów do otworów blokowanych o średnicy 3,5mm zamiast 2,4mm lub 2,7mm? **Odp.** Tak.
2. Czy Zamawiający w poz. 19 dopuści zaoferowanie płyt blokowanych posiadających przynajmniej 2 otwory do wprowadzania Kirschnera zamiast przynajmniej 4 otworów? **Odp.** Tak.
3. Poz. 35 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętu gąbczastego blokowanego samogwintującego kaniulowanego o średnicy 7,3mm zamiast wkręta korowego? **Odp.** Tak.
4. Poz. 34 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętu gąbczastego blokowanego samogwintującego o średnicy 6,5mm zamiast wkręta korowego blokowanego kaniulowanego o średnicy 6,5mm? **Odp.** Tak.

Pyt. - pakiet 2

1. Poz. 36 – Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podaniu kąta ruchów rotacyjnych głowy endoprotezy w stosunku do długiej osi trzpienia i czy powinno być 15° zamiast 150? **Odp.** Tak. Nastąpiła omyłka. Winno być 15°.
2. Poz. 36 – Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w określeniu pełnego zakresu ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy i czy powinno być 30° zamiast 300 ? **Odp.** Tak. Nastąpiła omyłka. Winno być 30°.
3. Czy Zamawiający w poz. nr 37 dopuści cement kostny bez barwnika z antybiotykiem o średniej gęstości i aplikacji ręcznej lub cement kostny bez barwnika z antybiotykiem o niskiej gęstości i aplikacji przy użyciu strzykawki? **Odp.** Tak.

Pyt. - projekt umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §2 ust. 2: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”. **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.
2. Czy Zamawiający zmieni termin określony w:
 - a. §3 ust. 2 tiret 1 oraz zapis pod pakietem nr 1 i 2 z „48 godzin” na „2 dni robocze”
 - b. §4 ust. 3 z „48 godzin” na „2 dni robocze”
 - c. §4 ust. 7 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Odp. Tak. Zamawiający zmienia terminy w §3 ust. 2 tiret 1 oraz w §4 ust. 3 i ust. 7 na terminy w/w.

3. Czy Zamawiający w §3 ust. 5 mógłby doprecyzować czy wymaga odpłatnej dzierżawy napędu akumulatorowego z wymiennymi końcówkami na czas trwania umowy W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o utworzenie w formularzu cenowym pozycji do wyceny dzierżawy napędu. **Odp.** Napęd akumulatorowy winien zostać użyczony nieodpłatnie na czas trwania umowy.

4. Czy Zamawiający w §3 ust. 5 wymaga do napędu akumulatorowego wymiennej końcówki typu Jacobs (nasadka wiertarska trójszczękowa) oraz wymiennej końcówki do rozwiertaków?
Odp. Tak.

5. Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 7, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Odp. Tak. Termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem

6. Czy Zamawiający zmieni §8 ust. 1 pkt 1 na „0,2% wartości niewykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu”? **Odp.** Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy w zakresie §8 ust. 1 pkt 1 poprzez usunięcie słów „lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw na cito”. Poza tym Zamawiający nie zmienia zapisów §8 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy.

Pyt. dot. pakietu nr 1 i 2. Czy Zamawiający w §4 ust. 2 mógłby doprecyzować, iż posiadanie okresu ważności przez oferowany asortyment, dotyczy tylko endoprotezy głowy kości promieniowej- poz. nr 36 -pakiet nr 2, która jest produktem sterylnym? **Odp.** Zapis §4 ust. 2 wzoru umowy mówiący o posiadaniu 36 miesięcznego terminu ważności oferowanego asortymentu dotyczy tylko produktów sterylnych. W zakresie pakietu nr 1 i nr 2 posiadanie 36 miesięcznego okresu ważności dotyczy tylko endoprotezy głowy kości promieniowej - poz. nr 36 (pakiet nr 2), która jest produktem sterylnym.