



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych 30.07.2012 r.

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy implantów ortopedycznych: gwoździ śródszpikowych, płytek blokowanych, panewek antyluksacyjnych, endoprotez, akcesoriów do endoprotezoplastyki” – Zp/61/PN-56/12.*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ tj. załącznika nr 1 do SIWZ i załącznika nr 3 do SIWZ.

- 1. Zamawiający zmienia treść zał. nr 1 SIWZ - pakiet nr 2 poz. 36 poprzez zmianę kąta ruchów rotacyjnych głowy endoprotezy w stosunku do długiej osi trzpienia i zakresu ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy.**

Pozycja nr 36 w pakiecie nr 2 bo zmianie brzmi:

Endoproteza głowy kości promieniowej

Wymagania: Endoproteza cementowa, modułarna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach 20- 22- 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa wykonana z polietylenu wg ISO 5834-2. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego wg ISO 5832-12 o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy **ruchy rotacyjne o kat 15° w stosunku do długiej osi trzpienia** zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny **zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30°**. Głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruch głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewniać automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy – główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowanie trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze.

**2. Zamawiający zmienia treść zał. nr 3 SIWZ - § 3 ust. 2 tiret 1 oraz § 4 ust. 3 i 7 wzoru umowy poprzez zmianę słów „48 godzin” na „2 dni robocze”.**

§ 3 ust. 2 tiret 1 po zmianie brzmi:

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia komisji (magazynu depozytowego) wszystkich rodzajów implantów na terenie szpitala (Bloku Operacyjnego) z możliwością uzupełniania zużytych implantów do :

- **2 dni roboczych** od wszczepienia implantów – pakiety nr 1, 2,
- 24 godzin od wszczepienia implantów – pakiety nr 3, 4, 5, 6, 7, 8.

§ 4 ust. 3 po zmianie brzmi:

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie **2 dni roboczych** (pakiety nr 1, 2) i 24 godzin (pakiety nr 3, 4, 5, 6, 7, 8) od daty przekazania zamówienia.

§ 4 ust. 7 po zmianie brzmi:

7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie **2 dni roboczych** od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

**3. Zamawiający zmienia treść zał. nr 3 SIWZ - § 4 ust 7 wzoru umowy poprzez dodanie zapisu dotyczącego terminu na załatwienie reklamacji.**

§ 4 ust. 7 po zmianie brzmi:

7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego. **Termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.**

**4. Zamawiający zmienia treść zał. nr 3 SIWZ - § 8 ust 1 pkt 1 wzoru umowy poprzez usunięcie słów „lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw na cito”.**

§ 8 ust. 1 pkt. 1 po zmianie brzmi:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

- 1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu.

