



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 01.08.2012 r.

DZPZ-530-Zp/68/PN-62/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego – Zp/68/PN-62/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści następujące rozmiary folii:

- poz. 1 - 15cmx20cm
- poz. 4 – 80cmx55cm
- poz. 5 – 60cmx80cm?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie elektrody neutralnej silikonowej wielorazowej z kablem 4m o wymiarach 30x17cm?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 2

Pragniemy się zwrócić do zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 14 pakietu numer 2 w osobny pakiet. Prośbę naszą uzasadniamy faktem, że jest to instrument różniący się co do zasady przeznaczenia od pozostałych 13 pozycji pakietu jak również, tym że zamawiający żąda aby wspomniane klipsy do laparoskopii były kompatybilne z posiadanymi przez szpital klipsownicami, nie podając tym samym jakimi? Obecny kształt pakietu numer 2 nosi znamiona pakietu producenckiego pozbawiając tym samym możliwość złożenia oferty przez inne firmy

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości

zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakietu nr 7

Dotyczy pozycji 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek szklanych ze szkła boro krzemowego?

Odp. Tak

Dotyczy pozycji 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla probówek i osobno dla korków. Prośbę motywujemy tym, iż w naszym systemie zarządzającym sprzedażą probówka i korek stanowią odrębną pozycję asortymentową, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży, mogą pochodzić od innego producenta, mają też różne dokumenty dopuszczające je do obrotu i używania.

Powyższe oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne i mogą być przez Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów.

Odp. Tak – korki muszą być kompatybilne z oferowanymi próbkami

Dotyczy pozycji 29 – plastikowy nakłuwacz z igłą

Ze względu na specyficzny charakter wymaganego asortymentu oraz na ograniczoną ilość jego producentów, czy Zamawiający nie rozważy możliwości wydzielenia w/w pozycji z Pakietu nr 7.

Odp. Nie

poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek do pipet pakowanych po 1000 szt.?

Odp. Tak

poz. 4

Czy Zamawiający dopuści probówki 16x100mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Tak

poz. 8

Czy Zamawiający dopuści probówki pakowane po 3000 szt?

Odp. Nie

poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych wymazówek z wacikiem bawełnianym?

Odp. Nie

poz. 21

Czy Zamawiający dopuści folię parafinową o wymiarach 10cm x38 m lub 5cmx 76 m?

Odp. Tak

poz. 22

Czy Zamawiający dopuści nalepki o wymiarach 38x25mm bez nadruku lub 60x40mm ale z nadrukiem: data i imię i nazwisko?

Odp. Dopuszcza wyłącznie naklejki bez nadruku o wym. 38x25 mm

Pytanie 6, dot. pakietu nr 2

pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych w rozmiarze 24 lub 26mm

Odp. Nie

pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych w rozmiarze 29mm

Odp. Nie

pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych w rozmiarze 32mm?

Odp. Nie

pozycja 14

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pakietu nr 2.

Odp. Nie

Pytanie 7, dot. pakietu nr 4

4 poz. 1 -5

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 1200mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie

Pytanie 8, dot. pakietu nr 7

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści końcówki do pipet o pojemności 101-1000ul?

Odp. Tak

poz. 4

Czy Zamawiający dopuści próbówki o wymiarach 16x100mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

poz. 6

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 6 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Nie

poz. 7

Czy Zamawiający dopuści próbkę o pojemności 10ml?

Odp. Tak

poz. 8

Czy Zamawiający dopuści próbkę przezroczystą o pojemności 5ml z korkiem dołączonym osobno?

Odp. Tak – korek musi być kompatybilny z oferowaną próbką

poz. 12

Czy Zamawiający dopuści bagietkę laboratoryjną 120mm?

Odp. Tak

poz. 14

Czy Zamawiający dopuści próbkę o pojemności 5ml?

Odp. Tak

poz. 20

Czy Zamawiający dopuści pudełko z tworzywa na 50 szt preparatów mikroskopowych z przykryciem z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Nie

poz. 21, 23-25, 29

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 21, 23-25, 29 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Nie

poz. 22

Czy Zamawiający dopuści nalepki o wymiarach 35x22mm papierowe, samoprzylepne, z nadrukiem?

Odp. Nie

Pytanie 9, dot. pakietu nr 8

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaski o długości całkowitej 25cm?

Odp. Tak

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaski z kartonikiem o wymiarach: 1,8cm x 6cm?

Odp. Tak

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści następującą treść na kartoniku: nazwisko, łóżko, płeć, data?

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. pakietu nr 9

pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze automatyczne o kształcie wskazanym na zdjęciu?



Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakietu nr 11

pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 15x20cm lub 15x28cm lub 20x30cm?

Odp. Nie

pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 45x55cm?

Odp. Nie

pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 45x55cm?

Odp. Tak

pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 56x84cm?

Odp. Nie

pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 56x84cm?

Odp. Nie

Pytanie 12, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zapisu w § 8:

2) 10% **niezrealizowanej** wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 13, dot. pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej lub grubej. Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową?

Odp. Nie

poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ładunek do automatycznego sztaplera liniowego o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową?

Odp. Nie

poz. 11

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym naciskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary sztaplera : 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt sztaplera pokryty antypoślizgową powłoką?

Odp. Nie

poz. 12

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym naciskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary sztaplera : 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt sztaplera pokryty antypoślizgową powłoką?

Odp. Nie

poz. 13

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym naciskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary sztaplera : 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt sztaplera pokryty antypoślizgową powłoką?

Odp. Nie

poz. 14

Czy Zamawiający dopuści klipsy tytanowe do zamykania naczyń krwionośnych w laparoskopii, pakowane sterylnie po 10 szt. Kompatybilne z klipsownicami, będącymi na wyposażeniu szpitali.

Odp. Tak

Z uwagi na coraz częstsze zastrzeżenia, co do jakości staplerów niektórych producentów, zwracamy się ponadto z zapytaniem czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przynajmniej 5 publikacji naukowych z użyciem oferowanych staplerów w prasie medycznej, z czego przynajmniej jedną w czasopiśmie o impact factor powyżej 1 w latach 2000 do 2010, które potwierdzają bezpieczne używanie oferowanych stapletrów? Pragniemy przypomnieć, że staplery chirurgiczne to trwałe implanty, które pozostają w ciele pacjenta do końca życia i jakość oraz bezpieczeństwo zastosowanych materiałów mają priorytetowe znaczenie. Zamawiający będzie miał wówczas

pewność, że oferowane produkty spełniają wysokie wymagania stawiane sprzętowi medycznemu z III grupy ryzyka.

Odp. Nie

Chcielibyśmy również doprecyzować czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 1 wymaga zaoferowania staplera z opcją ładunku do tkanek naczyniowych?

Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga

Biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku stosowania staplera 90 mm operator zaopatruje różnorodne tkanki : od cienkich po bardzo grube zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 7 wymaga wbudowanej w stapler regulacji wysokości zamknięcia zszywki?

Odp. Nie

Czy aby zminimalizować koszty magazynowania staplerów określonych Zamawiający wymaga, aby instrumenty w pakiecie 2 poz. od 9 do 13 posiadały możliwość regulowanej kompresji tkanek o zróżnicowanej grubości w zakresie 1-2,5 mm? W przeciwnym wypadku Zamawiający decyduje się na korzystanie ze staplerów, które w każdym rozmiarze występują w dwóch rodzajach (do tkanki standardowej albo grubej) Skutkuje to dodatkowymi kosztami zakupu oraz magazynowania zwiększonej ilości produktów.

Odp. Nie

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty świadectwa producenta potwierdzającego możliwość i parametry wykonania badania MRI dla wszystkich produktów zawierających zszywki z pakietu 2?

Odp. Nie

Pytanie 14, dot. pakietu nr 9

Prosimy o podanie ile sztuk ma być w 1 opakowaniu zbiorczym nakłuwaczy automatycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza opakowania w przedziale 100-200szt.

Pytanie 15, dot. pakietu nr 11

poz. 1 – Czy można zaoferować folię w rozmiarze 28 x 15cm?

poz. 2 – Czy można zaoferować folię w rozmiarze 45 x 55cm?

poz. 3 – Czy można zaoferować folię w rozmiarze 45 x 55cm?

poz. 4 – Czy można zaoferować folię w rozmiarze 90 x 60cm?

Odp. poz. 1,2,3 – nie, poz. 4 - tak

Pytanie 16, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 4 pkt. 3 na „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

a) dla zamówień bieżących - do 5 dni roboczych

b) dla zamówień na cito – do 48 godzin

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Czy Zamawiający zgadza się w § 6 w pkt. 5 dodatkowo zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3 % zmiany średniego kursu NBP walut EURO lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 8 pkt. 1 ppkt. 2 na „10% wartości niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**