



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych 13.08.2012 r.

DZPZ-530-Zp/68/PN-62/12

**Wykonawcy - wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy igieł specjalistycznych, igieł do biopsji, igieł lokalizacyjnych, zestawów do punkcji, staplerów tnąco-szyjących, kaniuli dotętniczych, igieł Quinckego, przetworników, wapna sodowanego z indykatorem” – Zp/68/PN-62/12.*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1** Pakiet nr 1, pozycja 1-2. Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji mostka o regulowanej długości igły w zakresie 22-47mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp.** Nie.

**Pytanie 2** Pakiet nr 1, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści igły do trepanobiopsji z mandrynem trójkątnym, z wypychaczem próbki bez skali, z dodatkową kaniulą (ekstraktorem) bez zakończenia 2 wąsami, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp.** Nie.

**Pytanie 3** Pakiet nr 1, pozycja 4. Czy Zamawiający, w przypadku udzielenie negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 4 do osobnego zadania. **Odp.** Nie.

**Pytanie 4** Pakiet nr 1, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści igły do półautomatycznej biopsji histopatologicznej z możliwością ustawienia długości pobieranego bioptatu na 10 lub 20mm o długości roboczej 10 lub 15cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp.** Nie.

**Pytanie 5** Pakiet nr 1, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści igły do półautomatycznej biopsji histopatologicznej z możliwością ustawienia długości pobieranego bioptatu na 10 lub 20mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp.** Nie.

**Pytanie 6** Pakiet nr 1, pozycja 10. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 10 do osobnego zadania. **Odp.** Nie.

**Pytanie 7** Pakiet nr 1, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji z igłą Veresa w rozmiarze 15G, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odp.** Nie.

**Pytanie 8 Projekt umowy.** Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zapisu w § 8:

2) 10% **niezrealizowanej** wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. **Odp.** Zamawiający nie zmienia projektu umowy.