



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 14.08.2012 r.

DZPZ-530-Zp/68/PN-62/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy igieł specjalistycznych, igieł do biopsji, igieł lokalizacyjnych, zestawów do punkcji, staplerów tnąco-szyjących, kaniuli dotętniczych, igieł Quinckego, przetworników, wapna sodowanego z indykatorem” – Zp/68/PN-62/12.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?
Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pyt. Prosimy o dopuszczenie igły do nakłuć Quinckego o długości 130 mm zamiast 127 mm firmy Becton Dickinson? **Odp.** Tak, dopuszczamy.

Pyt. – pakiet nr 4, poz. 2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o rozmiarze 22 G x 130 mm. **Odp.** Tak, dopuszczamy.

Pyt. – pakiet nr 2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 dla igieł lokalizacyjnych typu X – długość prowadnicy z haczykiem: 26, 30 i 36cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz. **Odp.** Tak, dopuszczamy.

Pyt. wzór umowy.

1. Prosimy o modyfikację § 4, pkt. 3. wzoru umowy na:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

- a) Dla zamówień bieżących – do 5 dni roboczych
- b) Dla zamówień na cito – do 2 dni roboczych”

2. Prosimy o dopisanie do § 5 pkt. 5. wzoru umowy na:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”

3. Prosimy o modyfikację § 8, pkt. 1.1) wzoru umowy na:

„1) 0,2% wartości nie dostarczonej partii towaru – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru .”

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pyt. pakiet nr 3.

Czy Zamawiający dopuści w:

- **Pakiecie nr 3 poz. 1** Jednorazową rączkę staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm. Stapler wraz z ładunkiem. **Odp.** Tak, dopuszczamy.

Chcielibyśmy również doprecyzować czy Zamawiający wymaga zaoferowania staplerów pozwalających - w obrębie jednego magazynku - na regulację wysokości zamknięcia zszywki w rękojeści staplera dla tkanek: standardowej, pośredniej i grubej. Jest to rozwiązanie pozwalające na dobór odpowiedniego rozmiaru wysokości zamkniętej zszywki w polu operacyjnym bez konieczności wymiany ładunku? **Odp.** Nie wymagamy.

Czy Zamawiający dopuści w:

- **Pakiecie nr 3 poz. 2** Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). **Odp.** Tak, dopuszczamy.

- **Pakiecie nr 3 poz. 3** Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). **Odp.** Tak, dopuszczamy.

- **Pakiecie nr 3 poz. 4** Jednorazową rączkę staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. Stapler wraz z ładunkiem. **Odp.** Tak, dopuszczamy.

- **Pakiecie nr 3 poz. 5** Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). **Odp.** Tak, dopuszczamy.

- **Pakiecie nr 3 poz. 6** Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). **Odp.** Tak, dopuszczamy.

Pyt. – pakiet nr 3. Zwracamy się z zapytaniem czy aby zminimalizować koszty magazynowania ładunków Zamawiający wymaga, aby staplery liniowe szyjąco-tnące posiadały jeden uniwersalny ładunek do tkanki standardowej, pośredniej i grubej? **Odp.** Nie wymagamy.

Pyt. – pakiet nr 3. Zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający wymaga, aby ładunki posiadały trzy rzędy zszywek po każdej stronie ostrza? **Odp.** Nie wymagamy.