



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746**

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/70/ PN-64/12

Wałbrzych, 20.08.2012r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy nici chirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego B (Oddział Laryngologii i Chirurgii Szcękowej)”

-Zp/70/PN-64/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1.

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 17mm?

Odp. Nie

Pyt. 2 Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odp. Nie

Pyt. 3 Pakiet 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej bez określenia „rozwarstwiająca”?

Odp. Tak

Pyt. 4 Pakiet 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów plecionych, wchłanialnych, podtrzymywanie tkankowe 23% po 4 tygodniach; całkowite wchłonięcie pomiędzy 56 a 70 dniem?

Odp. Nie

Pyt. 5 Pakiet 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów bez substancji antybakteryjnej?

Odp. Nie

Pyt. 6 Pakiet 5, poz. 1, 2 -7, 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odp. Tak

Pyt. 7 Pakiet 4, poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę odwrotnie tnącą.

Odp. Tak

Pyt. 8 Pakiet 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nić syntetyczną, plecioną, powlekaną, o okresie podtrzymywania tkankowego 25% po 28 dniach, okresie wchłaniania 60 – 70 dni, bez powleczenia substancją antybakteryjną.

Odp. Nie

Pyt. 9 Pakiet 5, poz. 2 – 7, 10

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nitkę o długości 75 cm.

Odp. Tak

Pyt. 10 Pakiet 5, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 30 mm?

Odp. Nie

Pyt. 11 Pakiet 5, poz. 8, 9

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długości 37 mm?

Odp. Nie

Pyt. 12 Dotyczy pakietu nr 2:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 3 z igłą okrągłą 22 mm, ½ koła 70 cm?

Odp. Nie

Pyt. 13 Dotyczy pakietu nr 3:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z nitką syntetyczną, monofilamentową wykonaną z glikonatu, wchłaniającą się między 60-90 dniem od zaimplantowania, gdyż to nie okres wchłaniania, a okres podtrzymywania tkankowego jest ważniejszy i znacznie korzystniejsze jest szybsze wchłanianie nici.

Odp. Tak

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 5 i 6 z igłą 26 mm okrągłą – standardową, ½ koła, 70 cm?- **Odp. Tak**

- w pozycji nr 10 z igłą okrągłą 22 mm, ½ koła 70 cm?- **Odp. Tak**

Pyt. 14 Dotyczy pakietu nr 4:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z nitką syntetyczną, monofilamentową z polipropylenu

Odp. Nie

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji 5,6,7,8 z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z zakończeniem micro-point, czyli z precyzyjnym ostrzem?- **Odp. Nie**

- w pozycji nr 10 ze szwem z podwójną igłą 26 mm?- **Odp. Nie**

Pyt. 15 Dotyczy pakietu nr 5:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze nitka syntetyczną, plecioną z kopolimeru 90% Glikolidu i 10% L-Laktydu Poli, powlekaną w 50% kopolimerem Glikolidu i L-Laktydu Poli (w stosunku 35/65) i 50% stearynianem wapnia, o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 50% w 21 dniu i 25% w 28 dniu od zaimplantowania, wchłaniające się między 56-70 dniem od zaimplantowania, bez powleczenia antybakteryjnego, ponieważ nie ma udokumentowanych badań, że takie polecenie (tricolosan) wspomaga proces gojenia się ran.

Odp. Nie

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 9 z igłą 37 mm okrągłą wzmocnioną, tj. odporniejszą na złamania i wygięcia w trudnych warunkach operacyjnych.

Odp. Nie

Pyt. 16 Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz 1 dopuści długość igły 26mm przy zachowanych pozostałych parametrach?

Odp. Nie

Pyt. 17 Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz 3 dopuści rozmiar nici 4/0 przy zachowanych pozostałych parametrach?

Odp. Nie

Pyt. 18 Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz 3 dopuści igłę okrągłą przy zachowanych pozostałych parametrach?

Odp. Tak

Pyt. 19 Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz 3 dopuści igłę rozwarstwiającą wzmocnioną i rozmiar nici 1 przy zachowanych pozostałych parametrach?

Odp. Nie

Pyt. 20 Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz 3 dopuści nić z powleczeniem antybakteryjnym przy zachowanych pozostałych parametrach?

Odp. Tak

Pyt. 21 Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz 9 dopuści długość nici 70cm przy zachowanych pozostałych parametrach?

Odp. Tak

Pyt. 22 Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz 8 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną przy zachowanych pozostałych parametrach?

Odp. Nie

Pyt. 23 Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz 9 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną przy zachowanych pozostałych parametrach?

Odp. Nie

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*