

Wałbrzych 25.06.2008 r.

DZPZ/1153/AR/06/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez dużych stawów i łączników metalowych do zespołów kości wraz z zapewnieniem instrumentarium – Zp/38/PN-28/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 21 endoproteza cementowa:

Pyt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie trzpienia o następujących parametrach: trzpień metalowy, wykonany ze stopu CoCrMo, prosty, na przekroju prostokątny, samocentrujący się w kanale, bezkołnierзовy, posiadający na bocznej powierzchni podłużne zagłębienie antyrotacyjne, w pięciu rozmiarach (120, 130, 140, 145, 180 mm długości), eurokonus 12/14, kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni ?

Odp. Tak.

Pyt. Czy Zamawiający w pozycji dotyczącej cementu kostnego dopuszcza zaoferowanie cementu do trzpienia i panewki o gramaturze 2 x 40g?

Odp. Tak.

Pyt. Czy w pozycji dotyczącej systemu próżniowego Zamawiający ma na myśli strzykawkę do trzpienia czy zestaw do trzpienia i panewki?

Odp. W pozycji dotyczącej systemu próżniowego Zamawiający ma na myśli strzykawkę do trzpienia

**Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
dr n. med. Roman Szelemej**