



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

**tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl**

DZPZ-530-Zp/75/PN-68/12

Wałbrzych, 10.09.2012r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawy implantów, płyt, śrub tytanowych dla Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz stentów wieńcowych kobaltowo chromowych dla Pracowni Hemodynamiki”

-Zp/75/PN-68/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści możliwość zaoferowania płyt tytanowych o średnicy oczka 2,0mm zamiast 2,5mm?

Odp.NIE

Pyt. 2 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 9-11 dopuści możliwość zaoferowania śrub o śr. 2,0mm z gniazdem kwadratowym zamiast śrub krzyżakowych o śr. 2,5mm?

Odp.NIE

Pyt. 3 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 12-14 dopuści możliwość zaoferowania śrub o śr. 2,3mm z gniazdem kwadratowym zamiast śrub krzyżakowych o śr. 2,8mm?

Odp.NIE

Pyt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych na 0,1% wartości niewykonanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu oraz dostaw „na cito”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Dyrektor Szpitala

Mariola Dudziak