



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 12.09.2012 r.

DZPZ-530-Zp/79/PN-72/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy stymulatorów jednojamowych VVIR (AAIR) z elektrodami aktywnymi prostymi, elektrod komorowych aktywnych prostych, introduktorów rozrywanych, kabli do pomiarów śródoperacyjnych, papieru do programatora wraz z bezpłatnym użyczeniem programatora do kontroli urządzenia” – Zp/79/PN-72/12.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

- 1) Pakiet nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z czułością automatyczną, w której sensing zależy od wykrytych zdarzeń wewnątrz sercowych, (możliwość detekcji amplitudy impulsu do 25mV) oraz z możliwością ustawienia czułości w zakresie 0,5-7,5mV? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SIWZ. Odp. Tak, wyrażamy zgodę.

