



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 12.09.2012 r.

DZPZ-530-Zp/78/PN-71/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego – Zp/78/PN-71/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 6

1. Prosimy o wyłączenie z pakietu 6 pozycji II do oddzielnego pakietu.

Odp. Nie

2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 w pozycji I protez naczyniowych dzianych uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych z wysokim welurem zewnętrznym i niskim wewnętrznym o grubości ściany 0,55mm.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

3. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 w pozycji I pdpt. 1 protez o długości 30 cm dla średnic 6-16mm i długości 25 cm dla średnic 18-24mm.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

4. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 w pozycji I pdpk. 2 protez o długości 60 cm dla średnic 10-16 mm i długości 50 cm dla średnic 18-24mm.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

5. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 w pozycji I pdpk. 3 protez o długości 60 cm.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

6. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 w pozycji I pdpk. 4 protez o długości 45cm.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

7. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 w pozycji III łąty naczyniowej uszczelnianej żelatyną o grubości ściany 0,36mm.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

8. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 w pozycji III łąty naczyniowej w rozmiarze 15x75mm

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 6

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 6 podpunkt nr 1 nie nastąpiła omyłka pisarska i zamiast protez o średnicach 12/7–24/12 mm Zamawiający miał na myśli protezy w przedziale średnic 12/6–24/12 mm lub wyrażenie zgody na zaoferowanie protez o średnicach 12/6-24/12 zamiast 12/7-24/12 przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odp. Tak, nastąpiła pomyłka.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 6 podpunkt nr 2 nie nastąpiła omyłka pisarska i zamiast protez o średnicach 12/7–24/12 mm Zamawiający miał na myśli protezy w przedziale średnic 12/6–24/12 mm lub wyrażenie zgody na zaoferowanie protez o średnicach 12/6-24/12 zamiast 12/7-24/12 przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odp. Tak, nastąpiła pomyłka.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 3

pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na mikroskop kompatybilną z mikroskopami: Zeiss, Möller, w rozmiarze: 2300mm (+/-30mm) x 1200mm (+/-30mm) o średnicy osłony obiektywu 65mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie

pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń na płyny w rozmiarze 30x40cm bez paska usztywniającego, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie

pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń na płyny dwukomorową w rozmiarze 30x40cm bez paska usztywniającego, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. umowy

Prosimy o dodanie w umowie w § 3 zapisu

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 4 ust. 4:

„W przypadku nie dostarczenia, o którym mowa w w ust. 3 a, b, zamówienia części przedmiotu umowy Sprzedający upoważnia Kupującego do dokonania zakupu części przedmiotu umowy w ilości zamówionej u innego Sprzedającego i obciążenie Sprzedającego różnicą w cenie/kosztach.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 4 ust. 5:

Zadaję pytanie o zmianę na zapis:

W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej **licząc od dnia zakupu interwencyjnego co Zamawiający zobowiązują się to udokumentować.**

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 5 ust. 2

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 6 ust. 1:

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie z fakturą, w terminie (**max 30 dni**) dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 9 ust. 3

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.