



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 14.09.2012 r.

DZPZ-530-Zp/78/PN-71/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego – Zp/78/PN-71/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści osłonę sterylną, jednorazową, o rozmiarze 117cm na 267 cm Obiektów o średnicy 65mm z wysokiej jakości tworzywa o dużej przezierności, odpornego na zarysowania Wykonaną z wytrzymałej folii, posiadającą trzy podglądy z perforowanymi końcówkami i uchwytami do mocowania w postaci rzepów oraz mocowaniami zbędnych podglądów. Wyposażoną dodatkowo w trzy taśmy o długości ponad 74 cm zapewniające ścisłe przyleganie osłony do mikroskopu (taśmy wykonane z materiału pozwalającego na wielokrotne dopasowanie osłony). Osłona złożona w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zaopatrzona w czytelną instrukcję. Spełniającą wszelkie normy wymagane na terenie Polski i jest produkowana zgodnie z EN 13485 Dopuszczenie ww. osłony pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakietu nr 3

poz.1.

Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na mikroskop w rozmiarze 117 x 267 cm, ze średnicą otworu 65 mm, wykonaną z folii polietylenowej?

Odp. Tak

poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści sterylną jednokomorową kieszeń do przechwytywania płynów z kształtką usztywniającą, kieszeń wykonana z folii polietylenowej, w rozmiarze 40 x 30 cm?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści sterylną dwukomorową kieszeń z kształtką usztywniającą, wykonana z folii polietylenowej w rozmiarze 30x25cm?

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. umowy

§4 ust. 3. Czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie po słowie „dni” słowa „roboczych”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

§5 ust. 2. Czy Zamawiający zgodzi się, aby faktura wystawiona była na całość zamówienia, a nr umowy oraz pakietu umieszczone były nie na fakturze, lecz na załączniku do faktury?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

§9 ust. 3. Jakie konkretnie nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do rozwiązania umowy?

Odp. Niewykonanie należyte postanowień umowy.

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Nie

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.