



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 19.09.2012 r.

DZPZ-530-Zp/81/PN-74/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego błon RTG – Zp/81/PN-74/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości na opakowania a'100szt i podanie ceny za opakowanie? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszych cen eliminując konieczność zaokrąglania cen w przypadku wyceny za 1 szt. błony.

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakietu nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości na opakowania a'150szt i podanie ceny za opakowanie? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszych cen eliminując konieczność zaokrąglania cen w przypadku wyceny za 1 szt. błony.

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakietu nr 1, poz. 15-17

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 15-17 (pisaki i wkłady do lamp) do osobnego zadania jako osobnej grupy asortymentowej. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakietu nr 1, poz. 6

W związku z faktem że błony rtg do obróbki suchej w rozmiarze 20x25 pakowane są po 150szt prosimy o dopuszczenie przeliczenia ilości na opakowania a'150szt (tj. na 2 opakowania) i podanie ceny za opakowanie?

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakietu nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości na opakowania a'100szt i podanie ceny za opakowanie? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszych cen eliminując konieczność zaokrąglania cen w przypadku wyceny za 1 szt. błony.

Odp. Tak

Pytanie 6

Prosimy o określenie czy błony ogólnie statyczne mają być niebiesko czułe czy zielono czułe?

Odp. Błony powinny współpracować z ekranami wzmacniającymi emitującymi światło niebieskie (niebiesko czułe).

Pytanie 7

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu poz. 6, 7 oraz 15, 16, 17 do osobnego zadania. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnych konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

Odp. Nie