



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 25.09.2012 r.

DZPZ-530-Zp/80/PN-73/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego – Zp/80/PN-73/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga, aby można było wykonywać przez igłę Hubera Iniekcje pod wysokim ciśnieniem substancji kontrastującej do wykonywania tomografii komputerowej z kontrastem?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga aby dren z zaciskiem był wolny od PCV, od lateksu?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga igieł odpowiednich do MRI?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga w zależności od potrzeb dostarczenia igieł o długości od 12-25mm i grubości od 19-22G?

Odp. Nie

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane igły miały system zapobiegania przypadkowemu zakłuciu przy usuwania igły?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł do podaży krótkotrwałych/przepłukiwania portów (bez drenu), czy igieł do podaży długotrwałych z drenem i portem do wstrzyknięć?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igły z miękką podstawą z gąbki, zwiększającą znacznie komfort noszenia i dodatkowo zabezpieczającą miejsce wkłucia przed dostępem z zewnątrz?

Odp. Nie



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby igły wyposażone były w system zabezpieczeń przed zakłuciem w trakcie wyjmowania igły z potu (automatycznie blokującym ostrze igły w obudowie)?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga pompy elastomerowej w kształcie kuli wolnej Odp. Nie od DEHP, lateksu i PCV?.

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga aby na drenie był filtr hydrofilowy (zatrzymujący cząsteczki) 1,2 μ oraz filtr hydrofobowy (zatrzymujący powietrze) 0,2 μ , a także zacisk?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 Pompy samodozujące o przepływie 5 ml/h +/- 5%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Nie

Czy pompy samodozujące w kolorze bursztynowym, mają posiadać port do napełniania na drenie z 2 filtrami (15 μ m i 25 μ m) chroniącym pacjenta przed kryształkami leku 5FU, oraz „siateczkę” ułatwiającą noszenie pompy?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści obłożenie okulistyczne o całkowitym rozmiarze 120x150 oraz torebce do zbiórki płynu o wymiarach 25x27 cm? Pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o rozmiarze całkowitym 120x150cm, torebka do zbioru płynów 15x20cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na serwety okulistyczne o wymiarze całkowitym 140x192cm, z otworem zabezpieczonym folią o wymiarze 9x13cm oraz torebką do zbierania płynów o wymiarze 24x29cm, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SIWZ - światowego lidera w ich produkcji firmy Kimberly-Clark /USA/ ?

Odp. Nie

lub



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na serwety okulistyczne o wymiarze całkowitym 132x142cm, z otworem zabezpieczonym folią o wymiarze 9x13cm oraz torebką do zbierania płynów o wymiarze 24x29cm, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz - światowego lidera w ich produkcji firmy Kimberly-Clark /USA/ ?

Odp. Nie

Czy oferowane zestawy okulistyczne ze względu na wymagane wysokie standardy bezpieczeństwa pola operacyjnego w zabiegach okulistycznych - powinny być wykonane z nietekstylnego materiału nie zawierającego pylącej celulozy, uczulającego lateksu i nieoddychającego polietylenu ?

Odp. Tak

Czy oferowane zestawy okulistyczne powinny być uniwersalne na lewe lub prawe oko do wyboru, a folia chirurgiczna wypełniająca pole zabiegowe powinna posiadać pełną zdolność repozyycji ?

Odp. Tak

Czy torebka do zbioru płynu powinna posiadać specjalny metalowy kształtnik, umożliwiający dowolne i wygodne jej uformowanie i zapewniający prawidłowy odpływ płynów z pola operacyjnego w trakcie całego okresu wykonywania procedury ?

Odp. Tak

Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika (odszkodowania z tytułu zdarzeń medycznych) oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego używanego do inwazyjnych zabiegów chirurgicznych - oferowane zestawy okulistyczne powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ?

Odp. Tak

Czy zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami aseptycznego pakowania wyrobów użytkowanych na blokach operacyjnych oferowane zestawy okulistyczne powinny być pakowane w wewnętrzne pełnobarierowe niepyłące opakowanie oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier z opisem w języku polskim oraz min. jedną etykietę typu TAG z danymi wyrobu wklejaną w dokumentację medyczną z oznaczeniem minimum daty ważności , numeru serii, rodzaju sterylizacji oraz numerem katalogowym oferowanego wyrobu ?

Odp. Tak



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Czy oferowane zestawy okulistyczne ze względu na pełne bezpieczeństwo pacjenta powinny spełniać wymóg przynajmniej najniższej klasy palności t.j. klasy I oraz wymóg zgodności z wszystkim zapisami obowiązującej normy PN-EN 13795-1-3 ?

Odp. Tak

poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Serweta okulistyczna 120x170cm z folią operacyjną i 2 kieszeniami na płyny

Serweta wykonana z włókniny, okienko z folią operacyjną o wym. 10x10cm. Posiada 2 kieszenie na płyny o wym. 20x25 cm, z usztywnieniem/kształtką metalową w górnej części kieszeni. 1 usztywnienie/ kształtka metalowa o dług. 40cm, do ufiksowania całej serwety. Bez knota do odprowadzania krwi i płynów,

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu FOLIA-PAPIER.

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw jednorazowych witrektomów przednich (pakiet nr 8) do 7 dni zważywszy na fakt, że wykorzystywane są one w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie?

Odp. Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości zamawiania na cito dostaw jednorazowych witrektomów przednich (pakiet nr 8) zważywszy na fakt, że wykorzystywane są one w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie?

Odp. Nie

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 8 wykaz dostaw dotyczących innych wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce (np. materiały eksploatacyjne do aparatu do witrektomii, okulistyczne narzędzia chirurgiczne, noże mikrochirurgiczne, jednorazowe kaniule okulistyczne, zestawy do iniekcji doszkliskowych, soczewki wewnątrzgałkowe, materiały wiskoelastyczne, oleje, perfluorowęglowodory, roztwór błękitu trypanu, dotorebkowe pierścienie napinające, barwnik stosowany przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej, materiały okulistyczne)?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga noża do witrektomii przedniej 2 500 cięć na minutę, przy zachowaniu pozostałych parametrów.



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak

Czy zamawiający wymaga jednorazowego, sterylnie zapakowanego zestawu obejmującego nóż do witrektomii przedniej wraz z kaniulą irygacyjną, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. projektu umowy

dot. § 6 ust. 5 projektu umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT. W takim przypadku zmiana ulega cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

dot. § 5 ust. 2 projektu umowy:

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zamieszczania numeru umowy oraz numeru pakietu na fakturze, przy zachowaniu pozostałych zapisów w projekcie umowy?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

dot. § 5 ust. 3 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji: *„Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przedmiotu umowy (...)”*

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

dot. modyfikacji § 4 pkt. 3 projektu umowy na:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

- a) Dla zamówień bieżących – do 5 dni roboczych*
- b) Dla zamówień na cito – do 2 dni roboczych”*

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Prosimy o wykreślenie z § 5 pkt. 2 wzoru umowy zapisu : „oraz numeru pakietu”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

dot. § 6 ust. 5 dopisanie do projektu umowy:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

dot. § 8 pkt. 1.1) modyfikację projektu umowy na:

„1) 0,2% wartości nie dostarczonej partii towaru – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga wymazówki kl. med. I czy IIa?

Odp. Zamawiający wymaga wymazówek kl. med. I.

Czy Zamawiający dopuszcza zestawy transportowe pakowane po 50 szt.?

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakietu nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie

Pytanie 8, dot. pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli regulację rozstawu kaniul czy regulację drenu / mocowania?

Odp. Regulację MOCOWANIA

W przypadku wymogu regulacji rozstawu kaniul prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odp. Nie dotyczy.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z drenem o długości 2,1m?

Odp. Tak

Zamawiający oczekuje zaoferowania masek tlenowych, **nie zawierających szkodliwych ftalanów ?**
Ftalan to substancje obecne w produktach z PCV, substancje toksyczne ,rakotwórcze i mutagenne, które zgodnie z dyrektywą 2007/47/EC i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zostały uznane za niebezpieczne , a ich użycie powinno się ograniczyć do niezbędnego minimum , w związku z tym zaleca się ograniczenie stosowania produktów zawierających ftalany u kobiet w ciąży , matek karmiących i dzieci.

Odp. Tak

Prosimy o dopuszczenie maski tlenowe wykonane z materiałów w pełni pozbawionych ftalanów oraz lateksu, z mankietem uszczelniającym uniemożliwiającym odstawanie oraz eliminującym przecieki,



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

zapewniając wyższe stężenie tlenu, bez aluminiowej blaszki, która została wyparta przez elastyczną konstrukcję nosowego zachyłka . W zestawie z drenem niezałamującym się (przekrój gwiazdkowy) dł.2,1m. Zgodny z dyrektywą europejską produkt mikrobiologicznie czysty.

Odp. Tak

Prosimy o dopuszczenie maski w komplecie z drenem 1,8m, mikrobiologicznie czyste, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie

Pytanie 10, dot. pakietu nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem wykonaną z nietoksycznego PCV, bezlateksową?

Odp. Tak