



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 26.09.2012 r.

DZPZ-530-Zp/80/PN-73/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego – Zp/80/PN-73/12

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 25.09.2012 r.. informujemy, iż **zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy Pzp zostanie powtórzona czynność odpowiedzi na pytania w zakresie pakietu nr 2, 5, 8.**

Zamawiający doprecyzuje pytania w zakresie pakietu nr 2

Co oznacza że Zamawiający wymaga siateczki ułatwiającej noszenie pompy?

Odp. Oznacza, że pacjent ma nie nosić pompy w ręce lub w kieszeni. Zamawiający dopuszcza siateczki lub inny sposób transportu pompy (np. woreczki, szelki, torebki).

Czy Oferent ma wycenić odpowiednią ilość siateczek, torebek do noszenia pompy zgodną z ilością pomp?

Odp. Tak

Jakie filtry wymaga Zamawiający na drenie pompy czy 15µm i 25µm czy drobniejszy filtr hydrofilowy (zatrzymujący cząsteczki) 1,2µ oraz filtr hydrofobowy (zatrzymujący powietrze) 0,2µ?

Odp. Drobniejszy filtr hydrofilowy (zatrzymujący cząsteczki) 1,2µ oraz filtr hydrofobowy (zatrzymujący powietrze) 0,2µ.

Zamawiający doprecyzuje pytania w zakresie pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga igieł z drenem i zaciskiem oraz ze skrzydełkami do podawania długoterminowego czy igieł bez drenu do przepłukiwania portu.

Odp. Igieł bez drenu do przepłukiwania portu + z drenem do wlewów krótkich.

Zamawiający zmienia odpowiedź w zakresie pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga noża do witrektomii przedniej 2 500 cięć na minutę, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

Czy zamawiający wymaga jednorazowego, sterylnie zapakowanego zestawu obejmującego nóż do witrektomii przedniej wraz z kaniulą irygacyjną, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

W związku z w/w sytuacją Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 04.10.2012 r. na godzinę 08:30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 04.10.2012r. na godzinę 09:15.

ZMIANA TREŚCI SIWZ i OGŁOSZENIA

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego – Zp/80/PN-73/12

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ i ogłoszenia.

Jest:

XII. Miejsce i termin składania ofert

1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego **Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia** w terminie do dnia **27.09.2012 r.** do godziny **08:30**

2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej w dniu **27.09.2012 r.** o godz. **09:15**

2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

winno być :

XII. Miejsce i termin składania ofert

1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego **Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia** w terminie do dnia **04.10.2012 r.** do godziny **08:30**

2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej w dniu **04.10.2012 r.** o godz. **09:15**

2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.