



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

**tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl**

DZPZ-530-Zp/74/PN-67/12

Wałbrzych, 03.10.2012r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy produktów do rekonstrukcji piersi i leczenia odtwórczego”

– Zp/74/PN-67/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. poz. 4

Czy Zamawiający dopuści endoprotezy silikonowe okrągłe w 3 profilach (niski, wysoki i bardzo wysoki), wypełnione jednym rodzajem żelu o objętości 95-695 ml. Z certyfikatem CE, bez FDA?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wymagamy 5 profili.

Pyt. 2 dot. poz. 5

Czy Zamawiający dopuści endoprotezy o kształcie anatomicznym o objętości 135-490 ml, wypełnione zagęszczonym żelem, z certyfikatem CE, bez FDA?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 3

W przypadku zgody na dopuszczenie do w/w pozycji prosimy o wydzielenie z Przedmiotu Zamówienia poz. 4 i 5 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wydziela w/w pozycji z przedmiotu Zamówienia, ponieważ wymagamy protez w 5 profilach w jednolitym systemie doboru z expanderami.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści wyłączenie z załącznika nr 1 punktu 1?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty bez komputerowego programu doboru objętości i profilu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści ekspandery anatomiczne o pojemności 150-800 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 7

Czy Zamawiający dopuści implanty bez certyfikatu FDA ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuści endoprotezy okrągłe o 4 profilach wysokości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Tak jak w SIWZ.

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*