

Wałbrzych 02.07.2008 r.

DZPZ/157/AR/07/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez dużych stawów i łączników metalowych do zespołów kości wraz z zapewnieniem instrumentarium – Zp/38/PN-28/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 21

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trzpienia prostego, modularnego wykonanego ze stopu tytanu lub CoCr, samocentrującego się w kanale kostnym, nie wymagającego zastosowania centralizatora bez możliwości zastosowania trzpieni rewizyjnych do dł. 250 mm?

Odp. Tak.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cementu kostnego 1 x 40 g wraz z mieszalnikiem do próżniowego mieszania i podawania cementu?

Odp. Tak.

DOT – Pakiet nr 22

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trzpienia anatomicznego, zwężającego się dystalnie, tytanowego, bez kołnierza, pokrytego na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 124 do 160 mm i prostokątnym przekroju poprzecznym w rozmiarach innych niż wymagane, posiadające nacięcia tylko wzdłużne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację?

Odp. Tak.

Pyt.2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie panewki bezcementowej wkręcanej, sferycznej, w rozmiarach zewnętrznych od 46 mm do 66 mm?

Odp. Nie.

DOT – Pakiet nr 25

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komponentu udowego z krótkim bolcem kierunkowym o równej średnicy na całej długości, o geometrii wewnętrznej w kształcie sfery, dającą możliwość maksymalnej oszczędności tkanki kostnej?

Odp. Tak.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komponentu udowego w rozmiarach zew. od 38 mm do 60 mm ze skokiem co 2 mm?

Odp. Tak.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie części panewki wykonanej z CoCr z porowatą powierzchnią zew, pokrytą HA w rozmiarach od 44 mm do 66 mm?

Odp. Tak.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rewizyjnego elementu tzw. Głowy XL na stożek 12/14, w rozmiarach zew. od 38mm do 60 mm ze skokiem co 2 mm ?

Odp. Tak.

Pyt. 5.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cementu kostnego 1 x 40 g?

Odp. Tak.

DOT – Pakiet nr 26

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie endoprotezy o następujących parametrach:

Endoproteza cementowa stawu kolanowego w wersjach:

- z zachowaniem PCL
- z tylną stabilizacją
- z komponentem rzepki
- z wkładką ruchomą / typu „mobile bearing”/
- z wersją rewizyjną, tylnostabilizowaną, wyposażoną w trzpienie piszczelowe i udowe oraz system podkładek i klinów piszczelowych i udowych

Komponenty udowe wykonane ze stopu CoCr, w części kłykciowej o przekroju owalnym, anatomiczne /prawe i lewe/ w minimum 6 rozmiarach.

Komponenty piszczelowe wykonane ze stopu CoCr w minimum 5 szerokościach.

Wkładka polietylenowa, w wersji ruchomej lub z mechanizmem zatraskowym na tacy piszczelowej z dodatkowym mocowaniem śrubą w wersji z zachowaniem PCL i i tylną stabilizacją, w 5 grubościach od ok.10 mm do ok. 22 mm. Wykonana z polietylenu w technologii o maksymalnie wysokiej odporności na ścieranie typu Arcom lub podobnej. Komponenty rzepki w 3 rozmiarach.

Do wariantu rewizyjnego dostępne są modułarne trzpienie śródszpikowe piszczelowe i udowe, z opcją offsetową, cementowe i bezcementowe, oraz podkłady i kliny do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie kości udowej i piszczelowej.

Dostępne instrumentarium przystosowane do MIS

Odp. Tak.

DOT – Pakiet nr 28

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie głów wewnętrznych metalowych o średnicy 28 mm w 5 długościach szyjki?

Odp. Tak.

***Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak***