



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 12.11.2012 r.

DZPZ-530-Zp/93/PN-84/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy materiałów dla potrzeb Oddziału Okulistycznego – Zp/93/PN-84/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw jednorazowych witrektomów przednich (pakiet nr 2) do 7 dni zważywszy na fakt, że wykorzystywane są one w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie?

Odp. Nie

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości zamawiania na cito dostaw jednorazowych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Okulistycznego (pakiet nr 1, 2, 4) zważywszy na fakt, że wykorzystywane są one w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie?

Odp. Nie

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 2 wykaz dostaw dotyczących innych wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce (np. materiały eksploatacyjne do aparatu do witrektomii, okulistyczne narzędzia chirurgiczne, noże mikrochirurgiczne, jednorazowe kaniule okulistyczne, zestawy do iniekcji doszkliskowych, soczewki wewnątrzgałkowe, materiały wiskoelastyczne, oleje, perfluorowęglowodory, roztwór błękitu trypanu, dotorebkowe pierścienie napinające, barwnik stosowany przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej, materiały okulistyczne)?

Odp. Tak

Pytanie nr 4

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczania faktur numerem umowy przetargowej oraz numerem pakietu.

Odp. Nie

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 1 noże pakowane po 10 sztuk w opakowaniu?

Odp. Nie

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 3 noże pakowane po 10 sztuk w opakowaniu?

Odp. Nie

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 3 noże o poprzecznej kalibracji 2,0 mm?

Odp. Nie

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 4 płyn irygacyjny o składzie:

Skład (1000 ml):

0.75 g KCl	K ⁺	10,05 mmol
0.48 g CaCl ₂ x 2 H ₂ O	Ca ²⁺	3.27 mmol
0.30 g MgCl ₂ x 6 H ₂ O	Mg ²⁺	1.48 mmol
3.90 g octanu sodu x 3 H ₂ O	Octan. ⁻	28.66 mmol
1.70 g cytrynian sodu x 2 H ₂ O	Cytrynian ³⁻	5.78 mmol
6.40 g NaCl	ogółem Na ⁺ ,	155.51 mmol
	ogółem Cl ⁻	129.05 mmol
Ok. 303 mOsmol/kg		

w plastikowych butelkach o objętości 500 ml?

Odp. Nie

Pytanie nr 9

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 4 do oddzielnego pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odp. Nie

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 nóż do witrektomii przedniej 23G, 800 cięć na minutę zapakowany osobno z kaniulą irygacyjną?

Odp. Nie

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 nóż do witrektomii przedniej 23G, 800 cięć na minutę bez kaniuli irygacyjnej?

Odp. Nie

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji 1 nóż z plastikową, ruchomą oraz blokową osłoną ostrza, umiejscowioną na stałe na trzonku noża, zapewniającą stabilny oraz wygodny uchwyt dla operatora?

Odp. Nie

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji 3 błękit trypanu o stężeniu 0,06% w ampułkostrzykawkach o pojemności 0,75 ml pakowanych po 10 sztuk?

Odp. Nie

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji 3 błękit trypanu o stężeniu 0,06% w ampułkostrzykawkach o pojemności 1 ml pakowanych pojedynczo?

Odp. Nie

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji 3 błękit trypanu o stężeniu 0,06% we fiolkach o pojemności 1 ml pakowanych pojedynczo?

Odp. Nie

Pytanie nr 16

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie nr 4 w pozycji 3 Zamawiający wymaga 150 sztuk czy 150 opakowań (po 5 sztuk) błękitu trypanu?

Odp. 150 szt. = 30 opakowań

Pytanie nr 17

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy dla Pakietów nr 1 i 4 należy złożyć po 1 sztuce próbek dla każdej pozycji w Pakiecie?

Odp. Tak

Pytanie nr 18, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych w ramach tego pakietu?

Odp. Nie

Pytanie nr 19, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nóż ostrzony jednostronnie; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie nr 20, dot. pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nóż 2,5 mm; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie nr 21, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy w Pakiecie nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści nóż bez znacznika głębokości?

Odp. Nie

Pytanie nr 22, dot. pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 1 poz. 4 do odrębnego zadania?

Odp. Nie

Pytanie nr 23, dot. pakietu nr 4 poz. 3

Czy w Pakiecie nr 4 poz. 3 Zamawiający dopuści błękit trypanu o stężeniu 0,06% i pojemności 1,0ml?

Odp. Nie

Pytanie nr 24, dot. pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 poz. 4?

Odp. Nie

Pytanie nr 25, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 1 nóż Slit bez znaczników?

Odp. Nie

Pytanie nr 26, dot. pakietu nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 poz. 3 błękit trypanu o stężeniu 0,05% w ampułkostrzykawkach o pojemności 0,7 ml, 6 szt. w opakowaniu?

Odp. Nie