



ISO 9001



Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 12.11.2012 r.

DZPZ-530-Zp/94/PN-85/12


Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy obłożeń dla Bloku Operacyjnego – Zp/94/PN-85/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z miękkiego dwuwarstwowego materiału z obszarami wzmocnionymi o gramaturze 55 g/m²; obszar wzmocnień 110 g/m²; nieprzemakalność > 150 cm H₂O dla obszarów niewzmocnionych i wzmocnionych, wytrzymałość na rozciąganie na sucho oraz na mokro > 45 N/50 mm obszary niewzmocnione i > 110 N/50 mm obszary wzmocnione, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro > 150 kPa obszary niewzmocnione i > 300 kPa obszary wzmocnione i następującym składzie:



Zestaw uniwersalny II

Skład zestawu:


1 serweta na stół narzędziowy	140 x 190
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna	150 x 240
1 samoprzylepna serweta operacyjna	170 x 175
2 samoprzylepne serwety operacyjne	75 x 90
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	33 x 33

Odp. Nie

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii w ułożeniu pacjenta na plecach ze zintegrowanymi osłonami na kończyny wykonanego z miękkiego dwuwarstwowego materiału z obszarami


wzmocnionymi o gramaturze 55 g/m²; obszar wzmocnień 110 g/m²; nieprzemakalność > 150 cm H₂O dla obszarów niewzmocnionych i wzmocnionych, wytrzymałość na rozciąganie na sucho oraz na mokro > 45 N/50 mm obszary niewzmocnione i > 110 N/50 mm obszary wzmocnione, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro > 150 kPa obszary niewzmocnione i > 300 kPa obszary wzmocnione i następującym składzie:

	Zestaw do laparoskopii I wzmocniony Skład zestawu: 1 serweta na stół narzędziowy 1 obłożenie stolika Mayo 1 serweta do zabiegów laparoskopii z samoprzylepnym oknem (28 x 32cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 2 ręczniki celulozowe	140 x 190 80 x 145 310 x 250 33 x 33
---	---	---

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji tarczycy wykonanego z miękkiego dwuwarstwowego materiału z obszarami wzmocnionymi o gramaturze 55 g/m²; obszar wzmocnień 110 g/m²; nieprzemakalność > 150 cm H₂O dla obszarów niewzmocnionych i wzmocnionych, wytrzymałość na rozciąganie na sucho oraz na mokro > 45 N/50 mm obszary niewzmocnione i > 110 N/50 mm obszary wzmocnione, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro > 150 kPa obszary niewzmocnione i > 300 kPa obszary wzmocnione i następującym składzie:



Miejsca wykropkowane – obszary wzmocnione

- 1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm),
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm),

- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 150 x 240 cm; wycięcie „U” 6,5 x 60 cm (wzmocnienie 70 x 60 cm),
- 1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 200 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm),
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm,
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m², nieprzemakalność > 200 cm H₂O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw II do zabiegów w chirurgii biodra 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 1 serweta operacyjna 1 serweta operacyjna 1 osłona na kończyne 1 serweta samoprzylepna 1 serweta samoprzylepna z wycięciem U (6,5 x 95 cm) 2 taśmy samoprzylepne 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 80 x 145 75 x 90 150 x 200 35 x 120 170 x 300 200 x 260 10 x 50 33 x 33
--	---	---

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu barkowego wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m², nieprzemakalność > 200 cm H₂O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa i następującym składzie:


	Foliodrape® Zestaw I do artroskopii stawu barkowego 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 1 osłona na kończyne 1 serweta operacyjna (podkład pod kończyne) 1 serweta samoprzylepna z wycięciem U (6,5 x 60 cm) 1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 2 taśmy samoprzylepne 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 80 x 145 25 x 80 150 x 175 200 x 260 150 x 240 10 x 50 33 x 33
--	---	---

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji na kończynie wykonanego z miękkiego dwuwarstwowego materiału z obszarami wzmocnionymi o gramaturze 55 g/m²; obszar wzmocnień 110 g/m²; nieprzemakalność > 150 cm H₂O dla obszarów niewzmocnionych i wzmocnionych, wytrzymałość na rozciąganie na sucho oraz na mokro > 45 N/50 mm obszary niewzmocnione i > 110 N/50 mm obszary wzmocnione

mm obszary wzmocnione, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro > 150 kPa obszary niewzmocnione i > 300 kPa obszary wzmocnione i następującym składzie:



Zestaw do zabiegów na kończynie I wzmocniony

Skład zestawu:


1 serweta na stolik narzędziowy	140 x 190
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145
1 serweta do obłożenia kończyny z elastycznym samouszczelniającym się otworem	320 x 200
1 serweta pomocnicza	150 x 150
1 osłona na kończynę	25 x 80
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
2 ręczniki celulozowe	33 x 33

Miejsca wykropkowane – obszary wzmocnione

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m², nieprzemakalność > 200 cm H₂O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa i następującym składzie:




Foliodrape® Zestaw I do artroskopii

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki	140 x 190
1 serweta do nakrycia stolika Mayo	80 x 145
1 serweta nieprzylepna (pod nogę)	150 x 175
1 osłona na kończynę	25 x 80
1 serweta do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów. Posiada samouszczelniające się, elastyczne otwory; 7 x 5 cm, Ø 5 cm	200 x 320
1 rurka drenowa	130
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	33 x 33

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 5


Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu barkowego wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m², nieprzemakalność > 200 cm H₂O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw I do artroskopii stawu barkowego 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 1 osłona na kończynę 1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 1 serweta samoprzylepna z wycięciem U (6,5 x 60 cm) 1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 2 taśmy samoprzylepne 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 80 x 145 25 x 80 150 x 175 200 x 260 150 x 240 10 x 50 33 x 33
---	---	---

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3, dot. pakietu nr 3 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m², nieprzemakalność > 200 cm H₂O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw I do neurochirurgii 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 1 serweta do obłożenia czaszki z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (19 x 30 cm) i torbą do zbierania płynów (z sitem i zaworem) 2 samoprzylepne serwety operacyjne (do ograniczenia wielkości pola operacyjnego, jeśli wymagane) 2 uchwyty Velcro do mocowania kabli i drenów 1 taśma samoprzylepna 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 80 x 145 245 x 320 50 x 50 2 x 23 10 x 50 33 x 33
---	---	---


Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4, dot. pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji urologicznych ze zintegrowanymi osłonami na kończyny wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m², nieprzemakalność > 200 cm H₂O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm, w

	Foliodrape® Zestaw I do urologii	
	1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki	140 x 190
	1 serweta urologiczna z nadłonowym samoprzylepnym okienkiem (Ø 7cm), z samoprzylepnym oknem na narządy płciowe (7 x 10 cm), osłoną na palec i torbą do zbierania płynów (z sitem)	150 x 200
	1 taśma samoprzylepna	10 x 50
	4 ręczniki celulozowe	33 x 33

kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw I do urologii	
	1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki	140 x 190
	1 serweta urologiczna z nadłonowym samoprzylepnym okienkiem (Ø 7cm), z samoprzylepnym oknem na narządy płciowe (7 x 10 cm), osłoną na palec i torbą do zbierania płynów (z sitem)	150 x 200
	1 taśma samoprzylepna	10 x 50
	4 ręczniki celulozowe	33 x 33

Odp.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, jałowe, obłożenie uniwersalne wykonane z niebieskiego barierowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 56g/m² na całości serwet, o odporności na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H₂O, o wytrzymałości na wypychanie na mokro ≥ 40 kPa; spełniające normę PN EN 13795; zawinięte w serwetę na stół instrumentarialny, pakowane w torebkę papierowo-foliową, wyposażone w podwójną, samoprzylepną etykiety typu TAG do dokumentacji medycznej, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, o następującym składzie zestawu:

- 1 szt. serweta samoprzylepna w rozmiarze 240cm x 150cm z taśmą samoprzylepną ciągłą o dł. 60cm, z dodatkowymi przylepcami do zamocowania serwety na ekranie anestezjologicznym
- 1 szt. serweta z przylepcem w rozmiarze 180cm x 170cm
- 2 szt. serwet z przylepcem na szerszym boku w rozmiarze 90cm x 75cm
- 1 szt. serweta na stół Mayo w rozmiarze 145cm x 80cm,
- 1 szt. serweta na stół instrumentalny w rozmiarze 150cm x 190cm,
- 2 szt. serwetek do rąk z niepylającej włókniny kompresowej w rozmiarze 20cm x 40cm,
- 1 szt. taśma medyczna mocująca w rozmiarze 50cm x 9cm

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, jałowe, obłożenie do laparoskopii wykonane z niebieskiego barierowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 56g/m² na całości serwet, o odporności na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H₂O, o wytrzymałości na wypychanie na mokro ≥ 40 kPa; spełniające normę PN EN 13795; zawinięte w serwetę na stół instrumentarialny, pakowane w torebkę papierowo-foliową, wyposażone w podwójną, samoprzylepną etykiety typu TAG do dokumentacji medycznej, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, o następującym składzie zestawu:

- 1 szt. serweta na stół Mayo w rozmiarze 145cm x 80cm,
- 1 szt. serweta na stół instrumentalny w rozmiarze 190cm x 150cm wykonany z jednokolorowej folii w części niewłókninowej

- 2 szt. serwetek do rąk z niepylającej włókniny kompresowej w rozmiarze 40cm x 20cm,
- 1 szt. serweta do laparoskopii w kształcie litery "T" w rozmiarze 240cm x 260cm z otworem 30cm x 34cm, przylepcem oraz zintegrowanymi nogawicami, z przylepcami do zamocowania serwety na ekranie anestezjologicznym
- 2 szt. serwetek do rąk z niepylającej włókniny kompresowej w rozmiarze 40cm x 20cm,
- 2 szt. dwukomorowa kieszeń na płyny z kształtką o rozmiarze 30cm x 25cm
- 1 szt. taśma medyczna mocująca w rozmiarze 50cm x 9cm

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6, dot. pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, jałowe, obłożenie do operacji tarczycy, serwety główne wykonane z niebieskiego barierowego laminatu wiskozowo-polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 73g/m² na całości serwet, o odporności na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H₂O, o wytrzymałości na wypychanie na mokro ≥ 40 kPa; spełniające normę PN EN 13795; zawinięte w serwetę na stolik instrumentalny, pakowane w torebkę papierowo-foliową, wyposażone w podwójną, samoprzylepną etykiety typu TAG do dokumentacji medycznej, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, o następującym składzie zestawu:

- 1 szt. serweta na stół instrumentalny w rozmiarze 190cm x 150cm, wykonany z jednokolorowej folii w części niewłókninowej
- 4 szt. serwetek do rąk z niepylającej włókniny kompresowej w rozmiarze 40cm x 20cm,
- 1 szt. serweta na stolik Mayo w rozmiarze 145cm x 80cm,
- 1 szt. serweta z przylepcem w rozmiarze 240cm x 150cm z wycięciem w kształcie litery "U" 63cm x 7cm
- 1 szt. serweta z przylepcem w rozmiarze 240cm x 180cm
- 1 szt. taśma medyczna mocująca w rozmiarze 50cm x 9cm

Odp. Nie

Pytanie nr 7, dot. pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, jałowe, obłożenie urologiczne, serweta główna wykonana z niebieskiego barierowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 56g/m² na całości serwet, spełniające normę: PN EN 13795, zawinięte w serwetę na stolik instrumentalny, pakowane w torebkę papierowo-foliową, wyposażone w podwójną, samoprzylepną etykietę typu TAG do dokumentacji medycznej, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, o następującym składzie zestawu:

- 1 szt. serweta na stół instrumentalny w rozmiarze 190cm x 150cm, wykonany z jednokolorowej folii w części niewłókninowej
- 2 szt. serwetek do rąk z niepylającej włókniny kompresowej w rozmiarze 40cm x 20cm,
- 1 szt. serweta w rozmiarze 215cm x 180cm z elastycznym otworem na krocze o śr. 4cm i otworem nadłonowym o śr. 5cm, ochraniaczem na palec, workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu oraz ze zintegrowanymi nogawicami,
- 1 szt. serweta na stolik Mayo w rozmiarze 145cm x 80cm,
- 2 szt. serwetek do rąk z niepylającej włókniny kompresowej w rozmiarze 40cm x 20cm,
- 1 szt. taśma medyczna mocująca w rozmiarze 50cm x 9cm

Odp. Nie

Pytanie nr 8, dot. projektu umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Terminy określone w projekcie umowy dot. poniedziałek - niedziela

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej i numeru pakietu lub żeby te informacje były zawarte na załączniku do faktury? Numer umowy i pakietu nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie

przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy i pakietu bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odp. Zamawiający nie modyfikuj projektu umowy.

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp. Zamawiający nie modyfikuj projektu umowy.

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Nie

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Zamawiający nie modyfikuj projektu umowy.

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zamawiający nie modyfikuj projektu umowy.

Pytanie nr 9, dot. pakietu nr 1 poz. 3

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska dotycząca ilości ręczników w zestawie. W kolumnie nazwa produktu Zamawiający określił ilość ręczników 4 szt., w kolumnie parametry ilość ręczników 2 szt.

Czy należy zaoferować zestaw zawierający 4 ręczniki?

Odp. Tak należy zaoferować 4 ręczniki.

Pytanie nr 10, dot. pakietu nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający:

- osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego materiału : termoplastycznej folii elastomerowej oraz z bielonej elastycznej tkaniny wykonanej z poliestru

oraz

- serwetę główną posiadającą 3 uchwyty na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro zamiast uchwyty do mocowania przewodów i drenów.

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 11, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści obok wymaganego, zestaw uniwersalnych serwet o składzie i parametrach:

- 1) Serweta z taśmą lepną 175x175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt.
- 2) Serweta z taśmą lepną 240x150cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt.
- 3) Serwety z taśmą lepną 75x90cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej – 2szt.
- 4) Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm – 1szt.
- 5) Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9x49cm – 1szt.
- 6) Ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt.
- 7) Osłona na stolik Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm – 1szt.

Parametry materiałów:

-serwety z pozycji 1, 2, 3 wykonane z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m² / folia PE 40 μ / włóknina 20 g/m²), oraz dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny o gram. 50g/m², łączna gramatura w strefie krytycznej min. 129g/m².

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powyższego zestawu z uwagi na fakt, iż w minionym czasie był on dostarczany do SSz w Wałbrzychu. Ze strony Użytkownika nie były zgłaszane reklamacje i inne zastrzeżenia jakościowe.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2

Czy zamawiający dopuści obok wymaganego, zestaw do laparoskopii o składzie i parametrach:

- 1) Serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 180/270x220cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny z samoprzylepnym otworem w kształcie trapezu o wymiarach (wysokość 20cm, dolna podstawa 30cm, górna podstawa 20cm) – 1szt.
- 2) Taśma samoprzylepna 9x49cm – 1szt.
- 3) Kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2 x 15x40cm – 1szt.
- 4) Osłona na stół Mayo 79x145cm – 1szt.
- 5) Serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 150x200cm – 1szt.

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni, wymogi gramatury zgodne z SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powyższego zestawu z uwagi na fakt, iż w minionym czasie był on dostarczany do SSz w Wałbrzychu. Ze strony Użytkownika nie były zgłaszane reklamacje i inne zastrzeżenia jakościowe.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 3

Czy zamawiający dopuści obok wymaganego, zestaw do operacji tarczycy o składzie i parametrach:

- 1) Serweta chirurgiczna górna w rozmiarze 200x150cm z samoprzylepnym wycięciem U (10x50cm) – 1szt.
- 2) Serweta chirurgiczna dolna w rozmiarze 180x220 z taśmą samoprzylepną
- 3) Taśma samoprzylepna 9x49cm – 1szt.
- 4) Ręczniki chłonne 30x40cm – 2szt.
- 5) Kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2 x 15x40cm – 1szt.
- 6) Osłona na stół Mayo 79x145cm – 1szt.
- 7) Serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 150x200cm – 1szt.

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni, wymogi gramatury zgodne z SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powyższego zestawu z uwagi na fakt, iż w minionym czasie był on dostarczany do SSz w Wałbrzychu. Ze strony Użytkownika nie były zgłaszane reklamacje i inne zastrzeżenia jakościowe.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12, dot. pakietu nr 3

Czy zamawiający dopuści obok wymaganego, zestaw do kraniotomii o składzie i parametrach:

- 1) serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230x290cm, posiada otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20 cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów z możliwością regulacji otworu, worek do przechwytywania płynów z obustronnymi kieszeniami zabezpieczającymi przed odejściem płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu – 1szt.
- 2) serwety chirurgiczne z taśmą samoprzylepną 50x50cm – 4szt.
- 3) Taśma samoprzylepna 9x49cm – 1szt.
- 4) Ręczniki chłonne 18x25cm – 2szt.
- 5) Osłona na stół Mayo 79x145cm – 1szt.
- 6) Serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 150x190cm – 1szt.

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego wzmocniona w strefie krytycznej, wymogi gramatury zgodne z SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powyższego zestawu z uwagi na fakt, iż w minionym czasie był on dostarczany do SSz w Wałbrzychu. Ze strony Użytkownika nie były zgłaszane reklamacje i inne zastrzeżenia jakościowe.

Odp. Tak

Pytanie nr 13, dot. pakietu nr 4

Czy zamawiający dopuści obok wymaganego, zestaw do procedur urologicznych o składzie i parametrach:

- 1) serweta chirurgiczna do przecewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180cm, zintegrowana z nogawicami posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej o Ø 8 cm, otwór na pręcie o Ø 5cm i osłona na palec do badania per rectum. Z serwetą zintegrowany jest worek do przechwytywania płynów z sitem oraz usztywnionym brzegiem do jego regulacji, wyposażony w podłączenie do ssaka -1szt.
- 2) ręcznik chłonny 18 x 25cm - 1szt.
- 3) samoprzylepny organizator przewodów 9x18cm - 1szt.
- 4) serweta na stolik instrumentalny 150x190 cm - 1szt.

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego, wymogi gramatury zgodne z SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powyższego zestawu z uwagi na fakt, iż w minionym czasie był on dostarczany do SSz w Wałbrzychu. Ze strony Użytkownika nie były zgłaszane reklamacje i inne zastrzeżenia jakościowe.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy zamawiający dopuści obok wymaganego, zestaw do operacji biodra o składzie i parametrach:

- 1) serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów – 1szt.
- 2) serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem “U” o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej – 1szt.
- 3) serweta chirurgiczna 75x90cm – 1szt.
- 4) serweta chirurgiczna 150x190cm – 1szt.
- 5) osłona na kończynę 32x120cm – 1szt.
- 6) taśmy samoprzylepne 9x49cm – 2szt.
- 7) ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt.
- 8) dodatkowo wzmocniona osłona na stolik Mayo 79x145cm – 1szt.
- 9) wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm – 1szt.

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego wzmocnione w strefie krytycznej, wymogi gramatury zgodne z SIWZ.

Odp. Nie

Poz. 2

Czy zamawiający dopuści obok wymaganego, zestaw do operacji stawu barkowego o składzie i parametrach:

- 1) serweta chirurgiczna górna o wymiarach 200x150cm, z wycięciem U o wymiarach 50x10 cm z taśmą samoprzylepną – 1szt.
- 2) serweta chirurgiczna dolna z taśmą samoprzylepną 220x180cm – 1szt.
- 3) osłona na kończynę 37x75cm – 1szt.
- 4) Taśma samoprzylepna 9x49cm – 2szt
- 5) Ręczniki chłonne 30x40cm – 2szt.
- 6) Osłona na stolik Mayo 79x145cm – 1szt.
- 7) Serweta na stolik narzędziowy 150x180cm (zawinięcie zestawu) – 1szt.

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni, wymogi gramatury zgodne z SIWZ.

Odp. Nie

Poz. 3

Czy zamawiający dopuści obok wymaganego, zestaw do operacji kończyny o składzie i parametrach:

- 1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie o wymiarach 230x315cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 7cm, otoczony warstwą chłonną z wkomponowanymi na wszystkich bokach organizatorami przewodów – 1szt.
- 2) Serweta chirurgiczna o wymiarach 150x190cm – 1szt.
- 3) Osłona na kończynę 22x75cm – 1szt.
- 4) Taśma samoprzylepna 9x49cm – 2szt
- 5) Ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt.
- 6) Osłona na stół Mayo 79x145cm – 1szt.
- 7) Wzmocniona serweta na stół narzędziowy 150x190cm (zawinięcie zestawu) – 1szt.

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego wzmocnione w strefie krytycznej, wymogi gramatury zgodne z SIWZ.

Odp. Nie

Poz. 4

Czy zamawiający dopuści obok wymaganego, zestaw do artroskopii kolana o składzie i parametrach:

- 1) osłona na stół Mayo 79x145cm – 1szt.
- 2) ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt.
- 3) serweta na stół narzędziowy 150 x 190cm, warstwa chłonna 75x90cm – 1szt.
- 4) taśmy lepne 9x49cm, nieprzemakalne elastyczne – 2szt.
- 5) osłona na kończynę 22x75cm – 1szt.
- 6) obłożenie do artroskopii kolana 230x320cm, wyposażone w elastyczny samouszczelniający się otwór o średnicy 7cm zintegrowane z workiem do przechwytywania płynów, który również wyposażony jest w elastyczny samouszczelniający się otwór o średnicy 5cm – 1szt.
- 7) serweta na stół 150x190cm – 1szt.

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego, wymogi gramatury zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 5

Czy zamawiający dopuści obok wymaganego, zestaw do artroskopii barku o składzie i parametrach:

- 1) serweta chirurgiczna do operacji barku o wym. 400x240cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o wym. 10x10 cm, oraz zintegrowane taśmy samoprzylepne. Serweta wyposażona jest w worek do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu i dwa organizatory przewodów typu rzep – 1szt
- 2) serweta chirurgiczna o wym. 152x193cm, z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 15x61 cm – 1szt.
- 3) wzmocniona osłona na stół Mayo 79x145cm, 65 x 85cm warstwa chłonna – 1szt.
- 4) ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt.
- 5) taśmy lepne 9x49cm, nieprzemakalne elastyczne – 2szt.
- 6) osłona na kończynę 22x75cm – 1szt.
- 7) wzmocniona serweta na stół 150x190cm,

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego, wymogi gramatury zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Prosimy zamawiającego o możliwość składania ofert na pozycję.

Odp. Nie

Pytanie nr 16, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie wykonane na całej powierzchni z miękkiego, łatwo układającego się, nie pyłacego, niepalnego laminatu trójwarstwowego- , polipropylenowo- polioetylenowego o gramaturze 62g/m2. Materiał cechuje się bardzo wysokim współczynnikiem chłonności, który wynosi minimum 400 % , środkowa warstwa z folii polietylenowej stanowi nieprzepuszczalną barierę dla bakterii i

wirusów jak i płynów ($H_2O > 200\text{cm}$), wytrzymałość na wypychanie na mokro minimum 200kPa. Materiał na całej powierzchni znacznie przekracza wysokie wymagania dla strefy krytycznej wg EN 13795. Miękka spodnia warstwa polipropylenowa chroni skórę przed przyklejaniem się do folii, co zapobiegnie powstawaniu odparzeń skóry przy długich zabiegach. Obłożenie składa się z 1x Serwety na stół narzędziowy 140x190cm , 1x stół Mayo 77x142cm, 2xSerweta boczna 75x98cm , 4x ręczniki chłonne, 1x samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep (Velcro) 2,5x13cm, 1x serweta dolna 196x200 cm przylepna 1x serweta górna 160x260 cm przylepna .

Na opakowaniu 4szt etykiet do karty pacjenta zawierające informacje na temat producenta, numeru katalogowego, numeru lot, daty ważności produktu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2

Czy zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z włókniny SMS o bardzo wysokich parametrach , co potwierdzamy choćby gramaturą, która w miejscu wzmocnień (wykonanych z włókniny i laminatu) wynosi aż 118 gram na metr kwadratowy. Wytrzymałość na wypychanie minimum 195kPa. Zestaw składa się : osłony na stół narzędziowy o wymiarach 152x193 cm, osłona na stół Mayo 75x 141 cm, serweta do laparoskopii 196/254x292 w kształcie litery T z obłożeniem ramion stołu, zintegrowana część na kończyny, wokół otworu przylepnego 30x33 cm wzmocnienie chłonne 53x56cm , 8 uchwytów na przewody typ rzep. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik w trakcie zabiegu może kilkakrotnie przepinać przewody wedle swojej wygody.

Na opakowaniu 4szt etykiet do karty pacjenta zawierające informacje na temat producenta, numeru katalogowego, numeru lot, daty ważności produktu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2

Czy zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii wykonany na całej powierzchni z miękkiego, łatwo układającego się, nie pyłącego, niepalnego laminatu trójwarstwowego- , polipropylenowo- polioetylenowego o gramaturze 62g/m². Materiał cechuje się bardzo wysokim współczynnikiem chłonności, który wynosi minimum 400 % , środkowa warstwa z folii polietylenowej stanowi nieprzepuszczalną barierę dla bakterii i wirusów jak i płynów ($H_2O > 200\text{cm}$), wytrzymałość na wypychanie na mokro minimum 200kPa. Materiał na całej powierzchni znacznie przekracza wysokie wymagania dla strefy krytycznej wg EN 13795. Miękka spodnia warstwa polipropylenowa chroni skórę przed przyklejaniem się do folii, co zapobiegnie powstawaniu odparzeń skóry przy długich zabiegach. Obłożenie składa się z: osłony na stół narzędziowy 140x190cm, 1 serweta do głównej 269x304x196cm w kształcie litery T z obłożeniem ramion stołu, zintegrowana część na kończyny wokół otworu 25x28cm wzmocnienie chłonne 53x56cm, 8 uchwytów na przewody typu rzep, 1xserweta na stół Mayo 77x142cm.

Na opakowaniu 4szt etykiet do karty pacjenta zawierające informacje na temat producenta, numeru katalogowego, numeru lot, daty ważności produktu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 3

Czy zamawiający dopuści inne , wygodniejsze rozwiązanie dla użytkownika w postaci jednej serwety do zabiegu na tarczycy. Obłożenie to charakteryzuje się bardzo dużą wygodą w zastosowaniu, szybszym rozłożeniem oraz mniejszą ilością odpadów do utylizacji . Zestaw składa się z serwety na stół narzędziowy o wymiarach 140x190 cm, serweta Mayo 77x142cm pakowana sterylnie, osobno , serweta główna 196x269x309 cm w kształcie litery T z obłożeniem ramion stołu, część główna serwety osłaniająca pacjenta wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen), boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezyjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen), otwór w kształcie rombu przylepny 13x13cm, wzmocnienie chłonne wokół okna o rozmiarze 60x76cm o gramaturze 140g i wytrzymałości na wypychanie na mokro minimum 490kPa. Zintegrowane trzy podwójne uchwyty na przewody oraz dodatkowe wzmocnienie – antypoślizgowa mata na narzędzia.

Na opakowaniu 4szt etykiet do karty pacjenta zawierające informacje na temat producenta, numeru katalogowego, numeru lot, daty ważności produktu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu ortopedycznego – do biodra, którego serwety okrywające pacjenta wykonane są z trójwarstwowego laminatu, cechującego się bardzo wysokimi parametrami na całej powierzchni. Gramatura na całej powierzchni 62g natomiast w miejscu wzmocnień gramatura wynosi 140g, odporność na przenikanie płynów 200cm H₂O, w miejscu krytycznym natomiast wynosi 350cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie na mokro w miejscach krytycznych 550kPa.

Zestaw składa się z: 2xSerwety na stół narzędziowy 140x190cm wzmocnione, 1x serweta na stół Mayo 80x147cm wzmocniona, 1x stokineta 30x122cm – 2warstwowa elastyczna , 2x ręczniki chłonne 30x20cm, 1x serweta nieprzylepna 98x98cm , 2x taśma włókninowa 9x50cm, 1x serweta dolna 196x305cm wycięcie U przylepne 15x116 cm, wzmocnienie chłonne, 2podwójne uchwyty na przewody , 1xserweta górna 183x254 cm, przylepna wzmocnienie chłonne 67x39cm, 1 uchwyt na przewody.

Na opakowaniu 4szt etykiet do karty pacjenta zawierające informacje na temat producenta, numeru katalogowego, numeru lot, daty ważności produktu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji barku wykonany z trójwarstwowego laminatu, cechującego się bardzo wysokimi parametrami materiału. Gramatura w części okrywającej pacjenta 62g natomiast w miejscu wzmocnień gramatura wynosi 140g, odporność na przenikanie płynów 200cm H₂O, w miejscu krytycznym natomiast wynosi 350cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie na mokro w miejscach krytycznych 550kPa. Zestaw składa się z 1x serwety 160x254cm z folią operacyjną , z torbami na płyny i 3 uchwytami na przewody , 1x serwety typu U 196x295 cm z wycięciem 25x64cm , wzmocnienie 102x112cm. Serweta na stół Mayo 77x142cm wzmocniona, sterylana, pakowana osobno, serweta na stół instrumentariuszki 140 x190cm, sterylana, pakowana osobno.

Na opakowaniu 4szt etykiet do karty pacjenta zawierające informacje na temat producenta, numeru katalogowego, numeru lot, daty ważności produktu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn wykonany z trójwarstwowego laminatu, cechującego się bardzo wysokimi parametrami materiału. Gramatura serwet okrywających pacjenta 62g natomiast w miejscu wzmocnień gramatura wynosi 140g, odporność na przenikanie płynów 200cm H₂O, w miejscu krytycznym natomiast wynosi 350cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie na mokro w miejscach krytycznych 550kPa. Zestaw składa się z:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 147 cm
- 1 x stokineta pełnobarierowa 23x122cm elastyczna, dwuwarstwowa
- 3 x taśma lepna włókninowa, 9 x 50 cm
- 1 x serweta Tiburon® 145 x193 cm
- 1 x serweta do operacji kończyn Tiburon® 221 x 326 cm, wzmocnienie 77 x 114 cm, otwór elastyczny Ø 6 cm, 6 podwójnych uchwytów na przewody

Na opakowaniu 4szt etykiet do karty pacjenta zawierające informacje na temat producenta, numeru katalogowego, numeru lot, daty ważności produktu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii wykonany z trójwarstwowego laminatu, cechującego się bardzo wysokimi parametrami na całej powierzchni. Gramatura serwety w części okrywającej pacjenta 62g natomiast w miejscu wzmocnień gramatura wynosi 140g, odporność na przenikanie płynów 200cm H₂O, w miejscu krytycznym natomiast wynosi 350cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie na mokro w miejscach krytycznych 550kPa, składający się z: 1x serweta do artroskopii 234x302cm , wzmocnienie na obszarze 66x107cm. Podwójny elastyczny otwór o średnicy 6cm, wokół otworu wzmocnienie na obszarze 66x107cm, torba na płyny z portem do ssaka, 3 uchwytami na przewody, boki serwety wykonane z pełnobarierowej folii,

1xserweta na stół Mayo 77x142cm , 1x osłona na stół narzędziowy 140x190cm, 1x osłona na kończynę – stokineta 38x75cm pakowana w dodatkowym opakowaniu sterylnym.

Na opakowaniu 4szt etykiet do karty pacjenta zawierające informacje na temat producenta, numeru katalogowego, numeru lot, daty ważności produktu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 5

Czy zamawiający dopuści zestaw do artroskopii barku, gdzie serweta główna wykonana jest z trójwarstwowego laminatu, cechującego się bardzo wysokimi parametrami na całej powierzchni. Gramatura na całej powierzchni 62g , odporność na przenikanie płynów 200cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na mokro min.200kPa. Zestaw składa się z serwety do operacji barku 262x411cm z elastycznym otworem 29x36cm z torbą na płyny z dwoma przylepcami typu rzep zapakowana dodatkowo w papier krepowy , z 1xSerwety na stół narzędziowy 140x190 sterylnej, pakowanej osobno, 1x serwety na stół Mayo 80x147cm, sterylnej pakowanej osobno, 1x stokinety z taśmą samoprzylepną, sterylnej, pakowana osobno.

Na opakowaniu 4szt etykiet do karty pacjenta zawierające informacje na temat producenta, numeru katalogowego, numeru lot, daty ważności produktu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18, dot. pakietu nr 4 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji urologicznych gdzie serweta główna wykonana jest z trójwarstwowego laminatu, cechującego się bardzo wysokimi parametrami na całej powierzchni. Gramatura na całej powierzchni 62g , odporność na przenikanie płynów 200cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na mokro 200kPa. Zestaw składa się z: 1xserweta główna 150x173x251cm , zintegrowane nogawice , otwór brzuszny przylepny średnica 5cm i otwór na prącie średnica 5cm , wzmocnienie foliowe , gumowa osłona na palec, torba na płyny z przylepcem do fartucha operatora, z filtrem na materiał do badania i z portem do ssaka, 1x Serweta na stół narzędziowy 140x190cm, 2x ręczniki chłonne 11x16cm , przezroczysta taśma lepna 8x40cm.

Na opakowaniu 4szt etykiet do karty pacjenta zawierające informacje na temat producenta, numeru katalogowego, numeru lot, daty ważności produktu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19, dot. pakietu nr 1 poz. 1

1 taśma op 9x50 cm

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,

4 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z łata chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm , łata chłonna 25x60 cm

1 przyklejana serweta średnia z łata chłonną i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 25x60 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm z łata chłonną i przykryciem na przewody, łata chłonna 25x60 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 75g/m²

Gramatura w części chłonnej 80g/m² ŁATA CHŁONNA

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >290 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 314 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 167 cm H₂O

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz.2

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

2 taśmy op 9 x 50 cm

1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm, przesłona 31 x 35 cm, łata chłonna 5x80 cm, uchwyt na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 60g/m²

Gramatura w części chłonnej 80g/m² ŁATA CHŁONNA

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >168 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 168 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 165cm H₂O

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz.3

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

1 taśma op 9 x 50 cm

1 przyklejana serweta 75 x 90 cm

1 serweta z wycięciem z łąką chłonną i uchwytem na przewody 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm, łąka chłonna 75x140 cm, składana spodem w literę U

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 75g/m²

Gramatura w części chłonnej 80g/m² ŁATA CHŁONNA

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >290 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 314 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 167 cm H₂O

Odp. Nie

Poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie następującego zestawu:

1 uchwyt na przewody z przylepcami 2,5 x 30 cm

1 ręcznik do rąk

1 serweta TUR wszystko w jednym 230/270 x 260 cm, przesłony 6 i 8 cm, otwór na palec, zintegrowana torba na płyny z sitem

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 60g/m²

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >168 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 168 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 165cm H₂O

Odp. Zgodnie z SIWZ.